



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 80-2022

***“ADQUISICIÓN JERINGAS SALINAS PRECARGADAS PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”***

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE “JERINGAS SALINAS PRECARGADAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 80-2022)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de **24 meses** y el presupuesto de licitación es **258.201,90€**, siendo la base imponible **213.390,00€** y el I.V.A (21%) **€**

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de JERINGAS SALINAS PRECARGADAS con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características particulares y en las cantidades estimadas, precios máximos por lotes y características generales que se encuentran definidas a continuación.

2. CANTIDADES, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTE 1: JERINGA PRECARGADA 3 ML. (NA CL 0.9%)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 24 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
F05602	Jeringa precargada 3 ml. (NA CL 0,9%)	0,27	657.000	177.390,00	21,00	37.251,90	214.641,90

BASE IMPONIBLE	177.390,00
IVA	37.251,90
TOTAL LOTE	214.641,90

CARACTERÍSTICAS:

- Jeringa cono luer-lock precargada con 3 ml. Cloruro sódico (CL NA 0.9%)
- Categoría IIA o superior
- De polipropileno
- Con tapón
- En envase individual con contenido estéril
- Apirógeno
- Diámetro interior del cuerpo de la jeringa de al menos 1,2 cm para disminuir presiones y posibles lesiones venosas.
- Con embolo antirreflujo.

- La jeringa debe llevar impreso: método de esterilización, lote y fecha de caducidad en castellano.
- Se requiere ausencia de látex, DEPH y Bisfenol A.

LOTE 2: JERINGAS PRECARGADAS 10 ML. (NA CL 0.9%)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 24 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
F05604	Jeringa precargada 10 ML (NA CL 0,9%)	0,40	90.000	36.000,00	21,00	7.560,00	43.560,00

BASE IMPONIBLE	36.000,00
IVA	7.560,00
TOTAL LOTE	43.560,00

CARACTERÍSTICAS:

- Jeringa cono luer-lock precargada con 10 ml. Cloruro sódico (CL NA 0.9%)
- Categoría IIA o superior
- De polipropileno
- Con tapón
- En envase individual con contenido estéril
- Apirógeno
- Diámetro interior del cuerpo de la jeringa de al menos 1,2 cm para disminuir presiones y posibles lesiones venosas.
- Con embolo antirreflujo.
- La jeringa debe llevar impreso: método de esterilización, lote y fecha de caducidad.
- Se requiere ausencia de látex, DEPH y Bisfenol A.

3. CONDICIONES GENERALES

Los precios unitarios ofertados deberán tener como máximo 2 decimales.

La presentación en envase individual, llevará impreso el **MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN, EL LOTE, LA FECHA DE ESTERILIZACIÓN Y DE CADUCIDAD.**

Cumplirá las condiciones recogidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por la que se regulan los productos sanitarios, e irán marcados CE.

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital U. Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:00h.

Plazo de Entrega/ reposición

Plazo de entrega/reposición del producto demandado será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido.

Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en el producto suministrado, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dicho producto por otro del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando al Hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

Así mismo el adjudicatario se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones laborales vigentes, relativas a la contratación y empleo de su personal y la relativa a Seguridad Social y Seguridad e Higiene (Ley de Protección de Riesgos Laborales).

Leganés, 25 de noviembre de 2022

EL DIRECTOR GERENTE
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: DEL CACHO MALO DOMINGO

CONFORME EL ADJUDICATARIO:

A N E X O I

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN: *Debe ser incluido en el sobre 3 como primera hoja de la oferta técnica)*

CODIGO INDICADO EN EL PPT <i>(Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)</i>	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR <i>(Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)</i>	REFERENCIA DEL LICITADOR