

ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente A/SUM-040836/2022

SUMINISTRO DE ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG, IONTOFORESIS PARA DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN

Para general conocimiento de los interesados en la licitación se publica la respuesta dada por la Unidad Promotora de este expediente, a las consultas realizadas por las siguientes empresas:

CALVO IZQUIERDO

- Podrían confirmarme si del expediente Expte. A/SUM-040836/2022 para el Lote 12 ELECTRODOS DESECHABLES P/TENS 50X50, ¿los quieren con cable con corchete?

Respuesta:

Los Electroodos desechables P/TENS 50X50 del Lote 12 son con cable.

IBERIAN CARE 2016 S.L.

- ¿Podrían confirmarnos qué equipos deben ser compatibles con el producto del lote 8?

Respuesta:

Los electrodos del lote 8 corresponden a desfibriladores modelo Lifepack 20e y 15, de la marca Stryker Iberia



AB Medica Group S.A.

- No me cuadra el precio con la descripción.
Pensaba que eran almohadillas para palas rígidas, pero pone que llevan cable...
¿Disponen de una foto del producto?

8	ELECTRODOS DESECHABLES DESFIBRILADOR. -Compatible con los equipos del hospital. -Con cable incorporado. -Almohadilla para uso en DEA (desfibrilador externo automático) - Envasado de 2 unidades, con fecha de caducidad. Código: 100580 Servicio: MQ12-53, QINF, ELFI, CAR3, MQO2,....	3,800	4.000	15.200,00	15.200,00	21%	3.192,00	18.392,00
---	---	-------	-------	-----------	-----------	-----	----------	-----------

Respuesta:

El lote 8, Los electrodos desechables desfibrilador, deberán tener:

- Forma oval, medidas aproximadas 145-155 x 90-110 mm*
- Foam grado medico*
- Adhesivo hidrogel sólido en toda la superficie*
- Latiguillo incorporado de longitud aproximada 70-80 cm*

Madrid, 2 de enero de 2023

SERVICIO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Fdo.: Nieves Carrión Sánchez

