

CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES EN EL INFORME TÉCNICO DE 19 DE ENERO DE 2023, RELATIVO A LA VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL LOTE 1, “ELECTRODOS DE MONITORIZACIÓN DESECHABLES PARA PRUEBAS DE CORTA Y LARGA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN “SUMINISTRO DE ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG, IONTOFÉRESIS”

EXPEDIENTE: A/SUM-040836/2022

Advertido error material en el Informe Técnico, de 19 de enero de 2023, relativo a la valoración de la documentación presentada por las empresas licitadoras, correspondiente al Lote 1, “Electrodos de monitorización desechables para pruebas de corta y larga duración”, se procede a realizar la siguiente rectificación:

LOTE 1	ELECTRODOS DE MONITORIZACIÓN DESECHABLES PARA PRUEBAS DE CORTA Y LARGA DURACIÓN.
CAHNOS, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • No cumple medidas <p>En los Pliegos se pide una superficie máxima de 4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 28 mm x 44 mm, según ficha técnica.</p>
AB MEDICA GROUP S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALAY PRODUCTOS CLÍNICOS, S.A.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • No cumple medidas <p>En los Pliegos se pide una superficie máxima de 4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 32 mm x 41 mm, según ficha técnica.</p>
GARRIC MEDICA, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • No cumple medidas <p>En los Pliegos se pide una superficie máxima de 4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 42,2 mm x 36,7 mm, según ficha técnica.</p>

INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • No cumple medidas <p>En los Pliegos se pide una superficie máxima de 4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 43 mm x 45 mm, según ficha técnica.</p>
FIRMA AMBU, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3M ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	<p>CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No cumple medidas <p>En los Pliegos se pide una superficie máxima de 4 cm, según la muestra presentada el electrodo tiene una superficie de 3,6 x 4,2 cm, aunque en la ficha técnica solamente consta la medida de 3,66 cm.</p>
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Madrid, 8 de febrero de 2023

P. Paz

Fdo.: Purificación Pazos Ramos
Supervisora Recursos Materiales