

### **EVALUACIÓN TÉCNICA**

**EXPEDIENTE: A/SUM-040836/2022**

**OBJETO: “SUMINISTRO DE ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG, IONTOFORESIS” PARA DISTINTOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.**

#### **EMPRESAS LICITANTES:**

- CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.
- AB MEDICA GROUP S.A.
- 3M ESPAÑA, S.L.
- PRIM, S.A.
- INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
- TELIC GROUP
- FIRMA AMBU, S.L.
- ALAY PRODUCTOS CLÍNICOS, S.A.
- GARRIC MEDICA, S.L.
- VYAIR MEDICAL, S.L.
- SANRO ELECTROMEDICINA
- CALVO IZQUIERDO, S.L.
- CAHNOS, S.L.
- IBERIAN CARE 2016, S.L.

Una vez revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

<b>LOTE 1</b>	<b>ELECTRODOS DE MONITORIZACIÓN DESECHABLES PARA PRUEBAS DE CORTA Y LARGA DURACIÓN.</b>
<b>CAHNOS, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>AB MEDICA GROUP S.A.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>ALAY PRODUCTOS CLÍNICOS, S.A.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>GARRIC MEDICA, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>FIRMA AMBU, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>3M ESPAÑA, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>IBERIAN CARE 2016, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>LOTE 2</b>	<b>ELECTRODOS DESECHABLES PARA PRUEBAS DE ESFUERZO.</b>
<b>CAHNOS, S.L.</b>	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No incluye preparador de piel</li> <li>• No cumple medidas, en los Pliegos se pide un tamaño máximo de 4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 50 mm</li> </ul>
<b>TELIC GROUP</b>	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No incluye preparador de piel</li> <li>• No cumple medidas</li> </ul> <p>En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 50 x 36 mm <math>\pm</math> 1.</p>

<b>AB MEDICA GROUP S.A.</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No incluye preparador de piel</li> </ul>
<b>ALAY PRODUCTOS CLÍNICOS, S.A</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No incluye preparador de piel.</li> <li>No cumple medida. En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 45 x 34 mm</li> </ul>
<b>INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No incluye preparador de piel</li> <li>No cumple medida. En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 43 x 45 mm</li> </ul>
<b>FIRMA AMBU, S.L.</b>	<b>CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
<b>3M ESPAÑA, S.L.</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No incluye preparador de piel</li> </ul>
<b>CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No incluye preparador de piel</li> <li>No cumple medidas, en los Pliegos se pide un tamaño máximo de 4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 57 x 34 mm</li> </ul>
<b>CALVO IZQUIERDO, , S.L.</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No incluye preparador de piel</li> </ul>
<b>VYAIRE MEDICAL, S.L.</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No incluye preparador de piel</li> </ul>

LOTE 3	ELECTRODOS DE MONITORIZACIÓN DESECHABLES PEDIÁTRICOS.
CAHNOS, S.L.	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No cumple medidas</li> </ul> En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 2,4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 30 mm
AB MEDICA GROUP S.A.	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No cumple medidas</li> </ul> En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 2,4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 30 mm
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No cumple medidas</li> </ul> En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 2,4 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 30 mm
FIRMA AMBU, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3M ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 4	ELECTRODOS DESECHABLES PARA NEONATOS.
CAHNOS, S.L.	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No cumple medidas</li> </ul> En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 2 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 30 mm
FIRMA AMBU, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3M ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



<b>LOTE 5</b>	<b>ELECTRODOS DESECHABLES CON LATIGUILLO CONEXION HEMBRA.</b>
<b>CAHNOS, S.L</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>AB MEDICA GROUP S.A.</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No cumple medidas</li> </ul> En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 2 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 23 x 30 mm
<b>FIRMA AMBU, S.L.</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No cumple medidas</li> </ul> En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 2 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 22 x 30 mm
<b>LOTE 6</b>	<b>ELECTRDOS DESECHABLES CON LATIGUILLO CONEXIÓN MACHO</b>
<b>CAHNOS, S.L</b>	<b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No cumple medidas</li> </ul> En los Pliegos se pide un tamaño máximo de 2 cm y presenta un electrodo con un tamaño de 30 mm
<b>INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>FIRMA AMBU, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>LOTE 7</b>	<b>ELECTRODO RADIOTRANSARENTE DE CARBONO P/RESONANCIA MAGNÉTICA ADULTOS.</b>
<b>CAHNOS, S.L</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>TELIC GROUP</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>AB MEDICA GROUP S.A.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>ALAY PRODUCTOS CLÍNICOS, S.A</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>FIRMA AMBU, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>CARDINAL HEALTH</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>LOTE 8</b>	<b>ELECTRODOS DESECHABLES DESFIBRILADOR.</b>
<b>AB MEDICA GROUP S.A.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>CARDINAL HEALTH</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>LOTE 9</b>	<b>ELECTRODOS P/IONTOFORESIS (KIT DE 2 ELECTRODOS)</b>
	DESIERTO
<b>LOTE 10</b>	<b>ELECTRODOS P/IONTOFORESIS (KIT DE 2) CON BATERÍA INCORPORADA</b>
	DESIERTO
<b>LOTE 11</b>	<b>ELECTRODOS LARGA DURACIÓN PARA HOLTER ADHESIVO</b>
<b>CAHNOS, S.L</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>AB MEDICA GROUP S.A.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>FIRMA AMBU, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>3M ESPAÑA, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>VYAIR MEDICAL, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>LOTE 12</b>	<b>ELECTRODOS DESECHABLES P/TENS 50X50</b>
<b>PRIM</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>SANRO ELECTROMEDICINA</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>TELIC GROUP</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>AB MEDICA GROUP S.A.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>CALVO IZQUIERDO, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Madrid, 19 de enero de 2023



Fdo.: Purificación Pazos Ramos  
Supervisora Recursos Materiales

