

RESULTADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE PACU 2023-1-6 MIC PLACAS, TUBOS Y DIVERSO MATERIAL DE MICROBIOLOGÍA						
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	CÓDIGO ARTÍCULO	ARTÍCULO	CANTIDAD OFERTA	PROVEEDOR	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Hemocultivos: Medio líquido para aislamiento de microorganismos aerobios, anaerobios, micobacterias y hongos con sistema automático de detección del metabolismo bacteriano mediante un sensor fluorométrico de gases (CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> )	062414	FRASCO PARA AISLAMIENTO DE	200	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
		023259	HEMOCULTIVO AEROBIOS	21000		CUMPLE
		023260	HEMOCULTIVO ANAEROBIOS	21000		CUMPLE
		039050	HEMOCULTIVOS PEDIÁTRICOS (100)	3000		CUMPLE
		071848	KIT IDENTIFICACION DE MICROORGANISMO DIRECTAMENTE DEL HEMOCULTIVO POSITIVO POR	100		CUMPLE
		043434	MB/BACT ALERT CULTIVO DE SANGRE PARA MICOBACTERIASC-50	200		CUMPLE
		066743	UNIDAD DE AIREACION Y SUBCULTIVO PARA HEMOCULTIVO	5500		CUMPLE
2	Discos de antibióticos	021314	DISCO ANTIBIOTICO EN BLANCO	45000	BIO-RAD LABORATORIES S.A	CUMPLE
3	Kits de aglutinacion para Staphylococcus sp	036614	TEST AGLUTINACION IDENTIF.STAPHYLOCOCCUS AUREUS (250 DET)	9000	BIO-RAD LABORATORIES S.A	CUMPLE
4	Pruebas rápidas detección micororganismos multirresistentes	064865	MINIPANELES PARA LA DETECCION DE CARBAPENEMASAS ENBACILLOS	1000	RAL TECNICA PARA EL LABORATORIO, S.A.	CUMPLE
		071084	NG TEST CTX-M MULTI	1000		CUMPLE
5	Método ferotóxico de sensibilidad de Mycobacterium tuberculosis complex a faracos de primera línea	056110	KIT ANTIBIOTICO PZA PARA BACTEC MGIT 960(TUBERC) KIT 50 DET	100	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
		048767	KIT DE ANTIBIOTICOS P/SENSIBILIDAD DE MICOBACTERIAS	120		CUMPLE
		056109	TUBO PARA PZA DEL BACTEC MGIT 960(TUBERC) C/25	200		CUMPLE
6	Placas A.Mueller Hinton con sangre	023212	PLACA AGAR MUELLER HINTON-F	4500	THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE

					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
7	Placas A. Mueñer-Hinton	057303	PLACA AGAR MUELLER HINTON C-10	6000	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
					SCHARLAB S.L	CUMPLE
8	Placas A. columbia con sangre de carnero	058093	PLACA AGAR SANGRE * C-10	40000	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
9	Placas A. columbia CNA con sangre de carnero	057302	PLACA AGAR CNA C-20	25000	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
10	Placas A. chocolate enriquecido con isovitalex	057297	PLACA AGAR CHOCOLATE C-20	15000	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
11	Placas A. Anaerobio no selectivo con sangre	057298	PLACA AGAR ANAEROBIO (SCHAEDLER)	20000	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	NO CUMPLE Oferta medio SELECTIVO PARA BACTEROIDES Y PREVOTELLA
12	Placas A. Sabouraud con gentamicina y cloranfenicol	057305	PLACA AGAR SABOURAUD + GENT + CHLOR C-20	24000	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
13	Placas selectivas para aislamiento de gonococo	057308	PLACA AGAR VCAS THAYER MARTIN	2200	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
			PLACA AGAR VCAS3 THAYER MARTIN C-20	2200	BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE

14	Placas A. MacConkey con crista, vicieta	057307	PLACA AGAR MACCONKEY	22000	THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
					SCHARLAB S.L	CUMPLE
15	Placas A. MacConkey Sorbitol	057292	PLACA MACCONKEY SORBITOL AGAR C-10	150	THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
					THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	CUMPLE
16	Placas A.CLED	057300	PLACA AGAR CLED C-10	31000	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
					THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
17	Placas A. SS	057301	PLACA AGAR SS C-10	10000	BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
18	Placas A.BHI	057306	PLACA AGAR BHI C-20	350	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
19	Placas A. Tripticasa soja	057295	PLACA TRYPTONE SOY AGAR C-10	500	THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	NO CUMPLE Contiene sangre incorporada. No incluido en especificaciones

					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
					THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	CUMPLE
20	Placas de A.Campylobacter spp	049918	PLACA DE A. CAMPYLOBACTER SIN SANGRE (20 PLACAS)	12000	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
21	Agar BHI-vancomicina	047006	AGAR BHI - VANCOMICINA C-20	4000	SIN OFERTAS	
					THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	NO CUMPLE no formato biplaca que permita diferenciar cepas productoras de OXA-48
					BECTON DICKINSON, S.A.	NO CUMPLE no formato biplaca que permita diferenciar cepas productoras de OXA-48
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
					THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	NO CUMPLE coctel antibióticos sin especificar cefoxitina
22	Placas selectivas cromogénicas cribado microorganismos multirresistentes	062496	PLACA DOBLE DE CARBAPENEMASA	13000	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
					THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	NO CUMPLE coctel antibióticos sin especificar cefoxitina
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE
23	Medio Granada	040556	MEDIO GRANADA C-20	5000	THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA)	CUMPLE
					BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
					BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE

					SCHARLAB S.L.	
24	Medio selectivo para aislamiento de anaerobios	042520 042521	BBE ANA CON AMINOGlicosido C- LK ANAEROBIOs C-20	600 600	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE CUMPLE
25	Agar patata	043344	AGAR PATATA C-20	800	THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA) BECTON DICKINSON, S.A. BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	CUMPLE CUMPLE CUMPLE
26	Cromocagar	036485	CROMOAGAR IDENTIFICACION DE LEVADURAS C-20	10000	THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA) BECTON DICKINSON, S.A. BIO-MERIEUX ESPAÑA, S.A.	NO CUMPLE No contienen inductor de hexosaminidasa CUMPLE
27	Tubos de medic de cultivo básico. Tubos para el aislamiento e identificación de microorganismos. Presentación de 20 y/o 100 tubos.	057288 057284 057283 057279 057278 057286 057287 057277 057290 057289 057280	TUBO AGUA DE PEPTONA C-100 TUBO CALDO BHI C-100 TUBO CALDO SELENITO C/100 TUBO KLIGER C-100 TUBO LISINA HIERRO AGAR TUBO MUELLER HILTON C-20 TUBO SABOURAUD DEXTROSE AGAR TUBO TIOGLICOLATO VIT. K. HEMINA TUBO TODD-HEWITT C-100 TUBO TRYPTONE SOJA AGAR TUBO UREA AGAR C-100	500 2000 9000 2000 1600 10000 100 17000 3000 500 2000	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
28	Tubos de solución salina 0,9%	062411	TUBO DE SOLUCION SALINA 0,9% C- 100	12000	THERMO FISHER DIAGNOSTICS,SLU(A PHADIA) ELIGEN DIAGNOSTICA S.L. SARSTEDT, S.A.U.	CUMPLE CUMPLE CUMPLE

29	Tubo de medio de cultivo de micosel	039552	TUBO DE MEDIO DE CULTIVO MICOSEL	4000	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
30	Tubos para aislamiento de micobacterias	021550	TUBOS DE MEDIO DE COLETSOS C-25	4500	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
		021274	TUBOS DE MEDIO DE LOWE STEINS JENSEN C-25	4500	SCHARLAB S.L	CUMPLE
				500	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
31	Tubos para congelar microorganismos	30561	Tubos para congelar microorganismos	500	SCHARLAB S.L	CUMPLE
32	Tubos para congelar microorganismos exigentes	49956	Tubos para congelar microorganismos exigentes	SIN OFERTAS		
33	Medio líquido con tapón de rosca para el aislamiento de micobacterias de muestras clínicas con sistema automático de detección.	049919	MEDIO LIQ. AISLAMIENTO MICOBACT.	5000	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE
		071849	METODO DE INMUNOCROMATOGRAFIA DET PROTEINA MPT64 M TUBERCULOSIS	50		CUMPLE
		047761	REACT. DESCONTAMINACION MUESTRAS P/CULTIVO MICOBACTERIA R3 TAMPON	600		CUMPLE
34	Kit de extracción de muestras con medio de transporte líquido	037624	KIT ESTERIL SISTEMA DE RECOGIDA DE MUESTRA Y TRANSPORTE PARA VIRUS	5000	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU (A PHADIA)	NO CUMPLE No contiene torundas incorporadas ni especificaciones sobre ello
					ELIGEN DIAGNOSTICA S.L.	NO CUMPLE ausencia de información sobre compatibilidad con realización ensayos moleculares.

35	Medio de transporte para virus con torunda flexible	027246	TORUNDA VARILLA ALAMBRE FINO CON MEDIO TRANSPORTE DE VIRUS, ESTERIL.C-100	180000	AKRALAB,S.L.	NO CUMPLE ausencia de información sobre compatibilidad con realización ensayos moleculares y características de la torunda (flexibilidad, fiocada, etc)
					PROSAC PRODUCTOS, S.L.	CUMPLE
					MATERLAB, S.L.	NO CUMPLE ausencia de información sobre compatibilidad con realización ensayos moleculares y características de la torunda (flexibilidad, fiocada, etc)

