

**EXPEDIENTE: PAS 2022 – 0 – 036**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ABREBOCAS DE PLÁSTICO DESECHABLE PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS DEL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE.**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el **Suministro de abre bocas de plástico desechables** para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de Febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

| LOTE ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   |
|-----------|--------|---|
| 1         | 345693 | <p><b>ABREBOCAS DE PLÁSTICO DESECHABLES PARA ADULTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado en material plástico atraumático, con orificio suficiente para permitir el paso del endoscopio.</li> <li>• Con correa perforada con posibilidad de ajuste que permita adaptar la talla del paciente con intervalos de 1 cm.</li> <li>• Amplias aberturas laterales que permitan el acceso para succión de secreciones de al menos 25x48 mm (+-5%)</li> <li>• Para pacientes adultos.</li> <li>• Desechable o de un solo uso.</li> <li>• Envasado individualmente.</li> <li>• Libre de aristas</li> <li>• Libre de Látex.</li> <li>• Libre de Ftalatos.</li> </ul> |
| 2         | 313772 | <p><b>ABREBOCAS DE PLÁSTICO DESECHABLES PARA PEDIÁTRICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado en material plástico atraumático, con orificio suficiente para permitir el paso del endoscopio.</li> <li>• Con correa perforada con posibilidad de ajuste que permita adaptar la talla del paciente con intervalos de 1 cm.</li> <li>• Amplias aberturas laterales que permitan el acceso para succión de secreciones de al menos 25x48 mm (+-5%)</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Existencia de dispositivo diferente de menor diámetro para pacientes pediátricos.</li><li>• Desechable o de un solo uso.</li><li>• Envasado individualmente.</li><li>• Libre de aristas</li><li>• Libre de Látex.</li><li>• Libre de Ftalatos.</li></ul> |
|--|--|

### **3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: ESTEBAN LOPEZ JAMAR JOSE MIGUEL  
Fecha: 2022 11 29 14:39

\_\_\_\_\_  
**Jefe de la Unidad de Endoscopias**

Fdo:

\_\_\_\_\_  
**Conforme: El Adjudicatario**

**POR LA ADMINISTRACIÓN:**

Por Vacante:

Documento firmado digitalmente por: ZARCO RODRIGUEZ JULIO VICENTE  
Fecha: 2022 12 13 13:38  
Referencia: 57/686982 9/22  
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]  
La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, por suplencia temporal (vacante) el Subdirector Gerente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), (BOCM. Núm. 236, de 2/10/2015), en consonancia con el artículo 16 del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud (BOE núm. 91, de 16/04/1987), y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Vice consejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

**ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Nº EXPEDIENTE: PAS 2022 - 0 - 036

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SUMINISTRO DE ABREBOCAS DE PLÁSTICO DESECHABLE PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA  
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

EL SERVICIO APARATO DIGESTIVO DEL

| Lote                 | Ítem | Código | Descripción                                      | Consumo estimado 36 meses | Tipo unidad | Unidad/€ sin IVA | Unidad/€ con IVA | IVA% | Base imponible | Importe IVA (21%)  | TOTAL € con IVA     | Epigrafe Presupuestario |
|----------------------|------|--------|--|---------------------------|-------------|------------------|------------------|------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                    | 1    | 345693 | Abrebocas para pacientes adultos Desechables     | 33.000                    | Unidad      | 0,800 €          | 0,968 €          | 21%  | 26.400,000 €   | 5.544,000 €        | 31.944,000 €        | 27004                   |
| 2                    | 2    | 313772 | Abrebocas para pacientes pediátricos Desechables | 12.000                    | Unidad      | 0,800 €          | 0,968 €          | 21%  | 9.600,000 €    | 2.016,000 €        | 11.616,000 €        | 27004                   |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> |      |        |  |                           |             |                  |                  |      |                | <b>7.560,000 €</b> | <b>43.560,000 €</b> |                         |

La autenticidad de este documento puede comprobarse mediante el siguiente código seguro de verificación: