

INFORME DE VALORACIÓN

CONTRATO N.º: 96/2022

**SUMINISTRO DE CAUDALÍMETROS
ELECTROMAGNÉTICOS PARA TUBERÍAS EN
CARGA DE CANAL DE ISABEL II, S. A., M.P.**

Área: **AUTOMATIZACIÓN**

1. REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Una vez analizado el contenido de las especificaciones técnicas de los licitadores, se ha apreciado lo siguiente:

Lote 1:

1. La empresa SIEMENS S.A., **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con los ensayos metrológicos teniendo en cuenta el informe del Área de Metrología de 26 de junio de 2023.
2. La empresa KROHNE Iberia SLU, **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, pero **NO CUMPLE** los ensayos metrológicos teniendo en cuenta el informe del Área de Metrología de 26 de junio de 2023.

No cumple:

- Curva completa indicada en el pliego Error medio $\leq \pm 1 \%$ (en todos los caudales) (DN 200).

En conclusión, teniendo en cuenta el informe del Área de Metrología de 26 de junio de 2023 las ofertas:

- SIEMENS S.A., debe tomarse en consideración.
- KROHNE Iberia SLU, NO debe tomarse en consideración.

Lote 2:

1. La empresa SIEMENS S.A., **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, pero **NO CUMPLE** los ensayos metrológicos teniendo en cuenta el informe del Área de Metrología de 26 de junio de 2023.

No cumple:

- Curva completa indicada en el pliego Error medio $\leq \pm 1 \%$ (en todos los caudales) (DN 200)
- Repetibilidad Desviación típica de las iteraciones $\leq \pm 0,5 \%$ (en todos los caudales)

2. La empresa KROHNE Iberia SLU, **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, pero **NO CUMPLE** los ensayos metrológicos teniendo en cuenta el informe del Área de Metrología de 26 de junio de 2023.

No cumple:

- Curva completa indicada en el pliego Error medio $\leq \pm 1 \%$ (en todos los caudales) (DN 200)
- Repetibilidad Desviación típica de las iteraciones $\leq \pm 0,5 \%$ (en todos los caudales)

En conclusión, teniendo en cuenta el informe del Área de Metrología de 26 de junio de 2023 las ofertas:

- SIEMENS S.A., NO debe tomarse en consideración.
- KROHNE Iberia SLU, NO debe tomarse en consideración.

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN

De conformidad con el apartado 8 del Anexo I al PCAP, los criterios que han de servir de base para la adjudicación del Contrato son los siguientes:

- El Contrato se adjudicará a la oferta con el precio más bajo.

3. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La oferta económica de conformidad con la fórmula establecida en el apartado 8 A) 1 del Anexo I al PCAP es la siguiente:

Lote 1:

Licitador	Valor ofertado (Oferta económica)
SIEMENS S.A.	428.563,54 €

Una vez revisada la oferta económica se observa lo siguiente:

La oferta económica presentada por el licitador cumple con los requisitos indicados en el Anexo II del PCAP, no excede el valor estimado de licitación ni han modificado el número de unidades indicado, y los cálculos de las proposiciones económicas, comprobados con los precios unitarios indicados, son correctos.

Lote 2:

No se tienen en consideración las ofertas del lote 2, dado que no cumplen los criterios mencionados en el punto 1 del presente informe.

3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Lote 1:

Clasificación	Licitador
1º	SIEMENS S.A.

Lote 2:

No se tienen en consideración las ofertas del lote 2, dado que no cumplen los criterios mencionados en el punto 1 del presente informe.

Firma:

Firmado electronicamente
por: Santiago Cuenca Rubio
Por delegación de JAVIER
GARCÍA DEL RÍO

Javier García del Río
Jefe del Área de Automatización