

Exp.: PASA 116/2022

**Junta de
Compras
ACTA 1/2023**

JUNTA DE COMPRAS

ACTA 1/2023

En Leganés, a las 10:10 horas del día 4 de enero de 2.023, se reúne la Junta de Compras del Hospital Universitario Severo Ochoa para proceder al **desencriptado, descarga y valoración de la documentación presentada por los licitadores presentados y a la propuesta de adjudicación** del contrato titulado **ARRENDAMIENTO EQUIPO TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA (TAC) PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” (PASA 116-2022)**

La Junta está constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE

Don Javier Reneses Yepes

DIRECTOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES

VOCALES

Don Iván Andrés Andrada

JEFE DE MANTENIMIENTO

Doña Anna Postlbauer Correas

SUPERVISORA RECURSOS MATERIALES

SECRETARIA

Doña Nuria Alcalde García

JEFE SUMINISTROS

Por la presidencia de la Junta de Compras se tiene ésta por constituida con los miembros indicados, comenzando el acto con la comprobación del certificado emitido por la oficina receptora de fecha 4 de enero de 2023.

Han presentado oferta dentro del plazo máximo indicado para ello las siguientes empresas:

| CIF | LICITADOR | FECHA ENTRADA | HORA ENTRADA | REGISTRO ENTRADA |
|-----------|----------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| B50556414 | CEDYT SISTEMAS DIAGNOSTICOS,S.L. | 30.12.2022 | 12:46:00 | 57/901598.9/22 |
| B86963162 | CLINICAL INFORMATION SYSTEMS SL | 30.12.2022 | 14:19:00 | 57/904647.9/22 |

A continuación, se procede a efectuar el descryptado y descarga de las ofertas presentadas procediendo a calificar la documentación de conformidad con lo señalado en el PCA.

Vista la documentación administrativa la Junta acuerda admitir a todas las ofertas. Seguidamente se detallan las ofertas económicas:

| | |
|-----------------|--------------|
| LOTE N°: | ÚNICO |
|-----------------|--------------|

| | | | | LICITACION | | OFERTAS | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| LICITADOR | EQUIPO OFRECIDO POR EL LICITADOR | REFERENCIA LICITADOR | CAN-TIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | BASE IMPONIBLE | PRECIO UNITARIO SIN IVA | BASE IMPONIBLE |
| CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L. | GE | Brightspeed Elite | 1 | 59.990,00 | 59.990,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | TOTAL | 59.990,00 | TOTAL | 45.000,00 |
| CLINICAL INFORMACIÓN SYSTEMS, S.L. | GE | Brightspeed LT 16C | 1 | 59.990,00 | 59.990,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| | | | | TOTAL | 59.990,00 | TOTAL | 58.500,00 |

A continuación, se acuerda suspender la sesión para trasladar la documentación técnica al Servicio promotor del expediente para su valoración. Vista la oferta presentada por CLINICAL INFORMATION SYSTEMS, S.L, el servicio promotor del expediente, con el fin de poder realizar una valoración certera, ha considerado necesario solicitar precisiones o aclaraciones sobre la oferta presentada. Una vez vista la aclaración presentada se reanuda la sesión, con la presentación del informe del servicio promotor (anexo 1).

De conformidad con el informe señalado la Junta de Compras acuerda rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el art. 20.6 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

| <u>EMPRESA</u> | <u>MOTIVO DE EXCLUSIÓN</u> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| CEDYT SISTEMAS DIAGNOSTICOS, S.L. | El equipo ofertado no es un TAC móvil |

Finalmente una vez valoradas las proposiciones admitidas en el procedimiento abierto simplificado abreviado nº 116-2022 para la contratación de “ARRENDAMIENTO EQUIPO TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA (TAC) PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” según la ponderación de los criterios recogida en informes que obran en el expediente, se, acuerda elevar al Órgano de Contratación la siguiente propuesta de adjudicación :

Empresa: **CLINICA INFORMATION SYSTEMS, S.L.** N.I.F.: B86963162

Plazo de Ejecución: 7 Semanas

| <u>LOTE</u> | <u>BASE IMPONIBLE</u> | <u>TIPO IVA (21%)</u> | <u>TOTAL IMPORTE</u> |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Único | 58.500,00 | 12.285,00 | 70.785,00 |

IMPORTE TOTAL PROPUESTA ADJUDICACION: 70.785,00 € (Base imponible: 58.500,00€ e IVA 21 %: 12.285,00 €).

MOTIVACION PROPUESTA ADJUDICACIÓN:

Por cumplir todos los requisitos exigidos en los pliegos y por ser la empresa que ha presentado la oferta con mejor calidad-precio una vez ponderados los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, todo ello conforme al art. 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (Se adjunta cuadro de valoración.)

Sin más que tratar, se da por finalizado el acto y para que conste y surta efectos en el expediente, se extiende la presente acta en el lugar y fecha al principio indicados.

EL PRESIDENTE DE LA

Firmado digitalmente por JAVIER RENESES YEPES

JUNTA DE COMPRAS

JAVIER RENESES YEPES

Firmado digitalmente por NURIA ALCALDE GARCIA

LA SECRETARIA DE LA
JUNTA DE COMPRAS

NURIA ALCALDE GARCIA

ANEXO 1

INFORME TÉCNICO (PRESCRIPCIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y CRITERIOS EVALUABLES POR APLICACIÓN FÓRMULAS)

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO

| CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 40 PUNTOS) | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|---|--------|--|--------|---|--------|--|--------|--------------------------|
| LICITADOR | EQUIPO OFRECIDO POR EL LICITADOR | CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS | | | Tener acreditado un Sistema de Gestión de Seguridad de la información en el ámbito del diagnóstico por imagen, conforme a la ISO 27001:2013 o equivalente | | Tener conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad categoría MEDIA en el ámbito de la Administración Electrónica | | Rotación del tubo-detector (en segundos). Siendo el tiempo mínimo de rotación exigido en el señalado en el PPT, se valorará el menor tiempo | | Cobertura total del detector (en mm.). Se valorará la mayor longitud | | TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS) |
| | | SI CUMPLE | NO CUMPLE | JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE | Si/No | PUNTOS | Si/No | PUNTOS | P= Menor tiempo en sg. De todas las ofertas x 10 Tiempo de la oferta a valorar | PUNTOS | P= Longitud en mm. de la oferta a valorar X 10 Mayor longitud en mm. de todas las ofertas | PUNTOS | |
| CEDYT SISTEMAS DIAGNÓSTICOS, S.L. | Brightspeed Elite | | x | El equipo ofertado no es un TAC móvil | | | | | | | | | 0,00 |
| CLINICAL INFORMATION SYSTEMS, S.L. | Brightspeed LT 16C | x | | | Si | 10 | Si | 10 | 0,7 sg. | 10 | 20 mm | 10 | 40,00 |

Leganés, 4 de enero de 2023
JEFE DE SECCIÓN DE RADIOLOGÍA
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA


Dr. José María Abadal Villayandre

ANEXO 2

INFORME PROPUESTA ADJUDICACION

LOTE N°: ÚNICO

| | | | LICITACION | | OFERTAS | | | VALORACIÓN CRITERIOS | | | | | | | | | | PUNTAJE TOTAL (MÁX. 100 PUNTOS) | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---|---|----|--------|----|---|----|---|----|------------------------------------|---|--|--------|--|-----------------|--|--------|--|
| EMPRESA | EQUIPO OFERTADOR POR EL LICITADOR | REFERENCIA LICITADOR | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | BASE IMPONIBLE | PRECIO UNITARIO SIN IVA | BASE IMPONIBLE | BAJA | CRITERIO PRECIO (MÁXIMO 40 PUNTOS) | CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 40 PUNTOS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tener acreditado un Sistema de Gestión de Seguridad de la información en el ámbito del diagnóstico por imagen, conforme a la ISO 27001 2013 o equivalente SI..... 10 Puntos No..... 0 puntos | | | | Tener conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad categoría MEDIA en el ámbito de la Administración Electrónica SI..... 10 puntos No..... 0 puntos | | Rotación del tubo-detector (en segundos). Siendo el tiempo mínimo de rotación exigido en el señalado en el PPT, se valorará el menor tiempo P= Menor tiempo en s.g. De todas las ofertas x 10 Tiempo de la oferta a valorar | | | Cobertura total del detector (en mm.). Se valorará la mayor longitud P= Longitud en mm. de la oferta a valorar X 10 Mayor longitud en mm. de todas las ofertas | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SI/NO | | PUNTOS | | SI/NO | | PUNTOS | | | Rotacion en Sg. | | PUNTOS | | Longitud en mm. | | PUNTOS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLINICAL INFORMA TION SYSTEM S.S.L | General Electric | Brightspee d LT 16C | 1 | 59.900,00 | 59.900,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 1.490,00 | 60,00 | SI | 10 | SI | 10 | 0,7 sg. | 10 | 20 m. | 10 | 100,00 | | | | | | | | |