

EXPEDIENTE: 2021-0-55

Material: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DETERMINACIONES TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA EL LABORATORIO-CORE-

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	<p>REACTIVOS Y MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN EL LABORATORIO CORE</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1.- La innovación e introducción de nuevos biomarcadores aporta valor y mejora el cuidado de los pacientes. Por ello, se valorará con un máximo de 5 puntos, no siendo sumatorios los rangos: La aportación de un proyecto de incorporación de nuevas técnicas en el ámbito de las demencias, cáncer, cardiovascular y/o POCT (pruebas a la cabecera del paciente)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aportación de, al menos 5 técnicas en 4 áreas distintas: 5 puntos. - Aportación de, al menos 4 técnicas en 3 áreas distintas: 1 punto. - Aportación de, al menos 3 técnicas en 2 áreas distintas: 0,5 puntos. - No aporta innovación: 0 puntos. 	<p>PROVEEDOR ROCHE DIAGNOSTICS S.L.UTOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Aportación de 8 técnicas en 4 áreas distintas...5 PUNTOS</p>	

EXPEDIENTE: 2021-0-55

Material: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DETERMINACIONES TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA EL LABORATORIO-CORE-

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
	<p>2. - Para garantizar la eficiencia y optimización de los reactivos de las técnicas inmunológicas y maximizar su rendimiento, se valorará: La estabilidad de la calibración de las mismas demostrable por metódica (<i>Insert</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estabilidad de la calibración de todas las técnicas inmunológicas superior a 60 días: 6 puntos. - Estabilidad de la calibración de todas las técnicas inmunológicas entre 46 y 60 días: 2 puntos. - Estabilidad de la calibración de todas las técnicas inmunológicas entre 36 y 45 días: 0,5 puntos. - Estabilidad de la calibración de todas las técnicas inmunológicas entre 26 y 35 días: 0 puntos. 	<p>2.- Estabilidad superior a 60 días.....6 PUNTOS</p>	

EXPEDIENTE: 2021-0-55

Material: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DETERMINACIONES TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA EL LABORATORIO-CORE-

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
	<p>3- Para garantizar y optimizar los tiempos de respuesta de las peticiones que incluyan pruebas inmunológicas se valorará: El tiempo de obtención de resultados de <u>todas</u> las técnicas inmunológicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultados de todas las técnicas inmunológicas ofertadas obtenidos en menos de 30 minutos: 8 puntos. - Resultados de todas las técnicas inmunológicas ofertadas obtenidos entre 30 y 40 minutos: 2 puntos. - Resultados de todas las técnicas inmunológicas ofertadas obtenidos en entre 41 y 50 minutos: 1 punto. 	<p>3.- Tiempos iguales o inferiores a 27 minutos.....8 PUNTOS</p>	

EXPEDIENTE: 2021-0-55

Material: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DETERMINACIONES TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA EL LABORATORIO-CORE-

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
	<p>4.-Para garantizar la consolidación de las técnicas ofertadas en la misma plataforma analítica, se valorará: Que la mayor cantidad de dichas técnicas sean de la propia empresa licitadora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0-1 técnicas ofertadas no pertenecen a la empresa licitadora: 5 puntos - 2-5 técnicas ofertadas no pertenecen a la empresa licitadora: 1 puntos - > 5 técnicas ofertadas no pertenecen a la empresa licitadora: 0 puntos 	<p>4.- 1 técnica no pertenece a la empresa licitadora...5 PUNTOS</p>	

EXPEDIENTE: 2021-0-55

Material: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DETERMINACIONES TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA EL LABORATORIO-CORE-

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
	<p>5.- Se valorará la disponibilidad de gestión preanalítica automática de los índices séricos integrada en la solución preanalítica</p> <p>- Sí dispone: 6 puntos.</p>	<p>5.- Si Dispone..... 6 PUNTOS</p>	

Madrid, a 6 de marzo de 2023

JEFE DE SERVICIO DE BIOQUÍMICA

COORDINADORA LABORATORIO CORE


 Fdo.: Ana López Jiménez


Hospital Universitario
12 de Octubre
 SaludMadrid
SERVICIO DE BIOQUÍMICA
ANÁLISIS CLÍNICOS



Fdo.: Cecilia Cueto-Felgueroso Ojeda