

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EMPAPADORES DE CELULOSA DE 60 X 90 CM PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (EXP.PASO - SUM 003/23)

El objeto del presente expediente es la contratación del suministro de empapadores de celulosas 60 x 90 cm de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad detalladas en el Pliego de Descripciones Técnicas del PASO – SUM 003/23.

Una vez abierto el sobre que contiene la documentación administrativa, se ha realizado la lectura y evaluación de la documentación técnica y las muestras presentadas por los licitadores en el expediente de referencia, con lo que se procede a la emisión del informe con la valoración técnica final exponiendo en la siguiente tabla, las calificaciones concluyentes de APTA/NO APTA.

Licitador	NacilMedica 4	Helianthus medical	Laboratorios Indas S.A.U.	CV medica S.L.	Tegosa médica S.L.	ADA Group
	Ref. NNX088404	Ref.537062760	Ref.1834014	Ref.880442	Ref.1799.10	Ref.79000180609090
Lote único	NO APTA	NO APTA	APTA	NO APTA	NO APTA	APTA

Alcorcón, a la fecha de la firma.

Consideraciones particulares de las ofertas presentadas a los lotes integrados en el EXP. PASO SUM 003/23

EMPRESAS EXCLUIDAS			
EMPRESA	REFERENCIA	MINIMO SOLICITADO	MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
NacilMedica 4	NNX088404	Peso en seco: 70 gr \pm 5 gr.	Peso: 47 gr.
		- Capa media de celulosa, con gran capacidad de absorción, repartida uniformemente con calandrado de forma romboidal o similar que evite el desplazamiento del núcleo de celulosa, sin presentar claros en su aspecto y de esta forma impida su desplazamiento en seco o una vez mojado.	Presenta claros en su aspecto ya que la celulosa esta repartida de forma circular, dejando grandes huecos entre los circulos.
		Si las capas externa e interna son del mismo color, es obligatorio que lleven un distintivo que los diferencia.	Mismo color sin distintivo diferenciador.
		El marco que rodea la superficie útil no podrá exceder en ningún caso los 5 cm por cada lado.	6 cm en el lado más estrecho.
		Absorción \geq 1300 cc.	Absorción < 1300 cc.
Helianthus medical	537062760	- Capa media de celulosa, con gran capacidad de absorción, repartida uniformemente con calandrado de forma romboidal o similar que evite el desplazamiento del núcleo de celulosa, sin presentar claros en su aspecto y de esta forma impida su desplazamiento en seco o una vez mojado.	Carece de calandrado, por lo que la celulosa no esta repatida de forma uniforme.
		Si las capas externa e interna son del mismo color, es obligatorio que lleven un distintivo que los diferencia.	Mismo color sin distintivo diferenciador.
CV medica	8880442	- Capa media de celulosa, con gran capacidad de absorción, repartida uniformemente con calandrado de forma romboidal o similar que evite el desplazamiento del núcleo de celulosa, sin presentar claros en su aspecto y de esta forma impida su desplazamiento en seco o una vez mojado.	No es de celulosa. una vez humedo, se deslaza y se desace.
		El marco que rodea la superficie útil no podrá exceder en ningún caso los 5 cm por cada lado.	6 cm en el lado más estrecho.
Tegosa médica	1799.10	Peso en seco: 70 gr \pm 5 gr.	Peso: 60 gr.