

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º 4/2022 “SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS DE AGUA EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y PERÍODO VACACIONAL, TRASLADOS DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS ESPECÍFICOS”

De conformidad con lo indicado en el Acta de 23 de marzo de 2023, una vez analizada la documentación presentada por los licitadores, la Mesa Permanente de Contratación asistida por los servicios técnicos de Canal de Isabel II Sociedad Anónima, M.P. procederá a solicitar las aclaraciones necesarias en los términos y condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

Los **aspectos susceptibles de aclaración** encontrados en la documentación de especificaciones técnicas aportada por los licitadores son los siguientes:

CAASA TECNOLOGÍA DEL AGUA, S.A.

Aspecto susceptible de aclaración: el apartado 6.A) 5 del Anexo I del PCAP, se indica que los licitadores deberán incluir en el sobre nº3 de sus ofertas la documentación que, a continuación, se indica:

“(…)

5. Certificación de laboratorio ISO 17025 o equivalente o informe de validaciones sobre los métodos de análisis requeridos en el análisis de control, según sea preciso, en concreto:

- *Fisicoquímicos: Olor, sabor, color, turbidez, pH, conductividad, nitritos, amonio, aluminio, cloro libre y cloro combinado.*
- *Microbiológicos: Coliformes, E. Coli, Recuento de Aerobios a 22°C, Clostridium perfringens y Enterococos intestinales.”*

Aclaración: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de certificación de laboratorio ISO 17025 o equivalente o informe de validaciones sobre los métodos de análisis requeridos en el análisis de control, según sea preciso, en concreto:

- Fisicoquímicos: Olor, sabor, color, turbidez, pH, conductividad, nitritos, amonio, aluminio, cloro libre y cloro combinado.
- Microbiológicos: Coliformes, E. Coli, Recuento de Aerobios a 22°C, Clostridium perfringens y Enterococos intestinales.

Las aclaraciones solicitadas deben presentarse a través de la Plataforma Electrónica de Licitación, **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.**



Fecha:
2023.04.14
11:34:56 +02'00'

La Secretaria de la Mesa Permanente de Contratación