

INFORME FINAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS
EXPEDIENTE: 167/2022

Área: **Análisis Instrumental**
Fecha: 07/03/2023

1º ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUBCONTRATACIÓN

El pasado 13 de febrero de 2023, se procedió a la apertura telemática del sobre único de los licitadores admitidos, correspondiente al procedimiento con nº de expediente 167/2022.

Tras comprobar la documentación presentada como acreditación de las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (apartado 6 del ANEXO I del PCAP) que rigen el presente contrato se concluye:

La empresa COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS, S.L. queda excluida del presente procedimiento, ya que no cumple los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.

Concretamente, no se cumplen dos especificaciones técnicas requeridas en el apartado 6 A) 1.1. del ANEXO I del PCAP, "Especificaciones del análisis", que se detallan en el apartado 2.1. del pliego de prescripciones técnicas:

- 1) Límite superior de medida para carbono total usando argón como gas portador: mínimo 175 mg. Valor ofertado: 150 mg.**
- 2) Límite superior de medida para nitrógeno total usando argón como gas portador: mínimo 300 mg. Valor ofertado: 200 mg.**

La empresa LECO INSTRUMENTOS S.L. cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas.

Tras comprobar la documentación presentada (ANEXO 10 del PCAP) sobre subcontratación de prestaciones, se concluye:

El licitador LECO INSTRUMENTOS S.L. no contempla subcontratación

2º OFERTAS ECONÓMICAS

El importe ofertado por el licitador LECO INSTRUMENTOS S.L. es de 64.000 euros IVA excluido.

Este importe no supera el valor estimado del contrato, 66.000 euros IVA excluido, y por tanto, cumple con lo requerido en el ANEXO II del PCAP.

3º OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONADO

De conformidad con las reglas para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas indicadas en el apartado 8 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta económica de LECO INSTRUMENTOS S.L. no está incursa en valor anormal o desproporcionado.

4º CRITERIOS DE VALORACIÓN

De conformidad con apartado 8 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares los criterios que han de servir de base para la adjudicación del Contrato son los siguientes:

A) 1. Valoración económica.....70 puntos

$$V_i = 70 \times P_{min} / P_i$$

Donde:

V_i = Valoración correspondiente a la oferta i

P_i = Precio propuesto por la empresa i , en €.

P_{min} = Precio mínimo ofertado, en €.

A) 2. Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.....30 puntos:

A) 2.1. Tiempo de análisis de C y N para 0,25g de EDTA y RSD ≤ 1,0%.....20 puntos

$$V_i = 20 \times \frac{6 - t_i}{6 - t_m}$$

Donde:

V_i = Valoración correspondiente a la oferta i .

t_i = Tiempo de análisis de C y N para 0,25g de EDTA y RSD ≤ 1,0% ofertado por la empresa i en minutos.

t_m = Tiempo de análisis de C y N para 0,25g de EDTA y RSD ≤ 1,0% menor ofertado en minutos.

A) 2.2. Ampliación del periodo de garantía.....10 puntos

$$V_i = 10 \times \frac{M_i}{36}$$

Donde:

V_i = Valoración correspondiente a la oferta i .

M_i = Meses adicionales de ampliación del periodo de garantía, sobre el establecido en el apartado 10.6 del Anexo I del PCAP, por la empresa i .


Los valores ofertados por el licitador para los criterios técnicos cuantificables han sido los siguientes:

A) 2.1. Tiempo de análisis de C y N para 0,25g de EDTA y RSD ≤ 1,0%.....3 minutos


A) 2.2. Ampliación del periodo de garantía.....12 meses adicionales

5º CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Licitador	LECO INSTRUMENTOS S.L.
Valoración económica	70
Valoración técnica	
Criterio A)2.1.	20
Criterio A)2.2.	3,3
Valoración total	93,3
Clasificación	1

**LÓPEZ
FAUSTE
RAFAEL** -  Firmado
digitalmente por
LÓPEZ FAUSTE
RAFAEL -
AUTH
Fecha:
2023.03.13
13:15:10 +01'00'

Rafael López Fauste
Responsable de Laboratorio
Área de Análisis Instrumental

**GOIZUETA
SÁNCHEZ
MIGUEL** -  Firmado
digitalmente por
GOIZUETA
SÁNCHEZ MIGUEL -
AUTH
Fecha: 2023.03.13
15:18:30 +01'00'

Miguel Goizueta Sánchez
Jefe de Área de Análisis Instrumental