

Tras haber procedido a la revisión de la documentación técnica presentada al lote 10 del PA 3/2023 "Suministro de sistemas de estimulación, desfibriladores y holter inyectable para el Hospital Universitario Severo Ochoa" se advierte de un error en la valoración del criterio de adjudicación 2.18 "Frecuencia en reposo independiente de la hora basada en la actividad real del paciente" otorgada a la oferta presentada por la empresa Medtronic.

Por todo ello se procede a corregir la valoración del lote 10 del informe técnico emitido el 11 de abril de 2023 según lo indicado a continuación:

Leganés a 3 de mayo de 2023

JEFE DE SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Fdo.: Inmaculada Fernández Rozas



LOTE 10 SISTEMA DAI BICAMERAL											
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 40 PUNTOS)			TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIRICACIÓN SI NO CUMPLE	Frecuencia en reposo independiente de la hora, basada en la actividad real del paciente Si..... 20 Puntos No..... 0 puntos	Onda de choque multiprogramable: polaridad, pendiente y anchura de impulsos Si 20 puntos No..... 0 puntos			
ABBOTT MEDICAL, S.A	Generador	10.1	CDDRA300Q CD2359-40C	x							
	Cables no preformados de estimulación y detección en	1948/52 1948/58	2088TC/46								
	ventrículo derecho y aurícula izquierda de	2088TC/52 2088TC/58	2088TC/58	x							
	fijación activa/pasiva	2088TC/65 2088TC/100	2088TC/65								
		10.2									
	Cable desfibrilación		7122Q/52 7122Q/58 7122Q/65 7120Q/52 7120Q/58 7120Q/65	x							
		10.3									
	Generador	10.1	DDMD3D1 / DDMD3D4	x							
	Cables no preformados de estimulación y detección en	5076-58 / 5076-52 / 5076-45 / 5076-65 / 5076-85		x							
	ventrículo derecho y aurícula izquierda de	10.2	Según Anexo	x							
	Cable desfibrilación	10.3									
							Si	20.00	Si	20.00	40.00
							No	0.00	No	0.00	0.00
							TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)		40.00		
									0.00		