

INFORME TÉCNICO COMPLEMENTARIO Y DEFINITIVO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA LOS LOTES 21 Y 22 DEL ACUERDO MARCO AM PA SUM 45/2022 PARA EL SUMINISTRO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS, SISTEMAS DE EXTRACCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE PARA ANALÍTICA, SISTEMAS DE FIJACIÓN DE VÍAS CENTRALES Y PERIFÉRICAS, Y CELULOSA PRECORTADA PARA OCLUSIÓN POST EXTRACCIÓN, PARA TODOS LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERMAS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

En contestación al escrito de fecha 17 de octubre de 2023 presentado por la compañía Greiner Bio-One España, S.A.U. a la Subdirección General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud, en el que solicita la reevaluación de los criterios automáticos del expediente AM PA SUM 45/2022 “suministro de catéteres intravenosos periféricos, sistemas de extracción para la obtención de muestras de sangre para analítica, sistemas de fijación de vías centrales y periféricas, y celulosa precortada para oclusión post extracción, para todos los centros dependientes del SERMAS” y en el que recoge:

1.- “El Tribunal Administrativo de Contratación Pública notificó con fecha 14 de septiembre la resolución desestimatoria número 342/2023.

En la mencionada resolución del tribunal, se incluían las alegaciones de la empresa Nacil, indicando que cometió un error al informar sobre la medida del diámetro interno de la aguja”

2.- Además, alega

“Entendemos que el Tribunal no ha tenido en cuenta esta manifestación de la empresa competidora de Greiner, ni tampoco ha valorado que, debido a este error, nuestra compañía fue excluida de la licitación. Sin embargo, en el caso de que se hiciese un cálculo con las medidas reales indicadas por Nacil, nuestra empresa estaría seleccionada y no excluida del procedimiento”

Solicita la reevaluación de los criterios automáticos para los lotes 21 y 22 por parte de la empresa

A la vista de estos antecedentes y atendiendo a los nuevos datos, con la documentación que obra en nuestro poder, el órgano promotor entiende que procede reevaluar los criterios automáticos de los lotes 21 y 22, si pudiera realizarse en el estado actual de la tramitación del expediente.

Una vez realizada dicha reevaluación se verifica que efectivamente en el caso de la empresa GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U, no procede la exclusión ya que en ambos lotes llega al umbral necesario de 15 puntos para poder resultar adjudicatario.

Por estas razones solicitamos al órgano de contratación, sean tenidas en cuenta las nuevas valoraciones, que se detallan a continuación, ya que, además, no genera perjuicio en el resto de las empresas adjudicadas con anterioridad y que se convoque una nueva mesa de contratación para proceder a la adjudicación definitiva de estos dos lotes

GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.

LOTE 21

	21.1. Punta pentafacetada (6 puntos)	
21	No (0 puntos)	0
AGUJA ALETAS PARA	21.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10	
SISTEMA EXTRACCIÓN	puntos)	
SANGRE VACÍO	Más de 18 cm (3 puntos)	3
CAMPANA	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)	



**Comunidad
de Madrid**

PREMONTADA. CON DISPOSITIVO SEGURIDAD. 21G X 19 MM. \pm 5%	21.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$ Máximo 14 puntos.	0,549	12,78
	TOTAL		15,78

LOTE 22

	22.1. Punta pentafacetada (6 puntos)		
22	No (0 puntos)		0
AGUJA ALETAS PARA SISTEMA EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO.	22.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10 puntos)		
CAMPANA	Más de 18 cm (3 puntos)		3
PREMONTADA CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 23G X 19 MM. \pm 5	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)		
	22.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$	0,37	12.04
	TOTAL		15,04

GARRIC MEDICA, S.L.

LOTE 21

21	21.1. Punta pentafacetada (6 puntos)		
AGUJA ALETAS PARA SISTEMA EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO	No (0 puntos)		0
CAMPANA	21.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10 puntos)		10
PREMONTADA. CON DISPOSITIVO SEGURIDAD. 21G X 19 MM. \pm 5%	Más de 18 cm (3 puntos)		
	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)		
	21.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$	0,58 mm	13.53
	TOTAL		23,53

LOTE 22

	22.1. Punta pentafacetada (6 puntos)		
22	No (0 puntos)		0
AGUJA ALETAS PARA SISTEMA EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO.	22.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10 puntos)		10
CAMPANA	Más de 18 cm (3 puntos)		
PREMONTADA CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 23G X 19 MM. \pm 5%	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)		
	22.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$	0,38mm	12.37
	TOTAL		22.37

CAJAL, S.A.

LOTE 22

22 AGUJA ALETAS PARA SISTEMA EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO. CAMPANA PREMONTADA CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 23G X 19 MM. ± 5%	22.1. Punta pentafacetada (6 puntos)	
	No (0 puntos)	0
	22.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10 puntos)	10
	Más de 18 cm (3 puntos)	
	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)	
	22.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$	0,37mm 12.04
	TOTAL	22.04

NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L.

LOTE 21

21 AGUJA ALETAS PARA SISTEMA EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO CAMPANA PREMONTADA. CON DISPOSITIVO SEGURIDAD. 21G X 19 MM. ± 5%	21.1. Punta pentafacetada (6 puntos)	
	No (0 puntos)	0
	21.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10 puntos)	10
	Más de 18 cm (3 puntos)	
	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)	
	21.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$	06mm 14
	TOTAL	24,00

LOTE 22

22 AGUJA ALETAS PARA SISTEMA EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO. CAMPANA PREMONTADA CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 23G X 19 MM. ± 5%	22.1. Punta pentafacetada (6 puntos)	
	No (0 puntos)	0
	22.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10 puntos)	10
	Más de 18 cm (3 puntos)	
	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)	
	22.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$	0,43 mm 14
	TOTAL	24

BECTON DICKINSON, S.A.

LOTE 21

21 AGUJA ALETAS PARA SISTEMA EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO CAMPANA PREMONTADA. CON DISPOSITIVO SEGURIDAD. 21G X 19 MM. ± 5%	21.1. Punta pentafacetada (6 puntos)	
	No (0 puntos)	0
	21.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10 puntos)	10
	Más de 18 cm (3 puntos)	
	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)	
	21.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$	0.547mm 12.76
	TOTAL	22.76

LOTE 22

22 AGUJA ALETAS PARA SISTEMA EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO. CAMPANA PREMONTADA CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 23G X 19 MM. ± 5%	22.1. Punta pentafacetada (6 puntos)	
	No (0 puntos)	0
	22.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10 puntos)	10
	Más de 18 cm (3 puntos)	
	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)	
	22.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$	0'37mm 12.04
	TOTAL	22.04

JUVAZQUEZ, S.L.

LOTE 22

22 AGUJA ALETAS PARA SISTEMA EXTRACCIÓN SANGRE VACÍO. CAMPANA PREMONTADA CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 23G X 19 MM. ± 5%	22.1. Punta pentafacetada (6 puntos)	
	No (0 puntos)	
	22.2. Medida del tubo prolongador. Más de 10 cm y menor o igual de 18 cm (10 puntos)	10
	Más de 18 cm (3 puntos)	
	Menor o igual de 10 cm (0 puntos)	
	22.3. Diámetro interior de la aguja. Se calcula de forma proporcional, asignando la mayor puntuación al producto ofertado que presente el diámetro interior con mayor calibre. Formula $P = (\text{valor a evaluar} \times 14) / \text{valor del diámetro interior del mayor calibre interno presentado}$	0.38mm 12.37
	TOTAL	22.37

En resumen, la motivación se basa en la reevaluación de los datos de dos empresas:

- 1.- NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. que en lote 21 se modifica el diámetro interior de 0.7 a 0.6 mm de diámetro interior y en el lote 23 de 0.535 mm a 0.430 mm
- 2.- CAJAL.S.A., se modifica en función de los datos de la ficha técnica de BD, ya presentan la misma referencia, siendo el fabricante BD y los datos se modifican de 0.6 mm a 0.37 mm

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS DE LAS EMPRESAS QUE CONTINUAN CON EL PROCESO DE LICITACION DE LOS LOTES 21 Y 22

EMPRESA	LOTE	PUNTUACION
GREINER	21	15.78
	22	15.04
GARRIC	21	23.53
	22	22.37
CAJAL	22	22,04
JUVAZQUEZ	22	22.37
BD	21	22,76
	22	22.04
NACIL	21	24.00
	22	24.00

ENFERMERO TECNICO EN PRODUCTOS SANITARIOS

Francisco Javier López Gómez