

Rdo.I. Técnico PASAPC 2023-1-11 ICA SUMINISTRO DE Prótesis total y parcial de cadera cementada						
Lote	Descripción Lote	Núm. Orden	Código Artículo	Artículo	Proveedor	Valoración (CUMPLE/NO CUMPE CON EL PPT)
1	Prótesis total y parcial de cadera cementada	1	55243	Vástago femoral para implante primario	EXACTECH IBERICA, S.L.U.	No cumple los tamaños de los vastagos cortos, no cumple los tamaños de las cúpulas bipolares, no cumple los tamaños de los cotilos cementados, los vastagos largos no cumplen las longitudes ni tienen suplementos de calcar. Los mangos de las rasps no presentan lateralidad derecha/izquierda, La evidencia que aportan es del modelo de su prótesis, pero no específica de su prótesis.
		2	55244	Cabeza metálica		
		3	55245	Cúpula bipolar		
		4	63551	Cotilo de polietileno para cementar		
		5	32744	Obturador restrictor		
		6	39573	Vastago Cementado largo		
		1	55243	Vástago femoral para implante primario	PROTECTRAUMA, S.L.	Las referencias del vástago largo son todas sin cementar y no son pulidos, el vástago largo no tiene suplementos de calcar,
		2	55244	Cabeza metálica		
		3	55245	Cúpula bipolar		
		4	63551	Cotilo de polietileno para cementar		
		5	32744	Obturador restrictor		
		6	39573	Vastago Cementado largo		
		1	55243	Vástago femoral para implante primario	ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.	No cumple los tamaños del vástago corto cementado ni la progresión solicitada, no cumplen los tamaños del cotilo cementado más pequeño, no cumple los tamaños solicitados de la cúpula bipolar
		2	55244	Cabeza metálica		
		3	55245	Cúpula bipolar		
		4	63551	Cotilo de polietileno para cementar		
		5	32744	Obturador restrictor		
		6	39573	Vastago Cementado largo		