

EXPEDIENTE PA 2023-0-003

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE APÓSITOS DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON DESTINO AL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de **Apósitos de Clorhexidina al 2%** para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE/ ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.1	297059	APÓSITOS DE CLORHEXIDINA AL 2% <ul style="list-style-type: none"> Lámina de poliuretano transparente y semipermeable. Gel transparente con Gluconato de Clorhexidina al 2%. Bordes reforzados de tejidos sin tejer fabricados en polipropileno o similar. Muesca de sujeción que permite asegurar el catéter Fáciles de usar y manipular con guantes Medidas: ancho 8,5 cm.; longitud 11,5 cm. Se acepta una discrepancia en las medidas de +/-5%. Libre de látex, Bisphenol A y phtalatos (DEHP)

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material necesario para la formación.

En Madrid, a la fecha de la firma

Fdo.:

Firmado digitalmente por: BAIGORRI RUIZ ELDA
Fecha: 2023.02.23 14:24


Supervisora Recursos Materiales

Conforme: El Adjudicatario

Documento firmado digitalmente por: COMTE GUERCH CESAR ADOLFO

Fecha: 2023.02.24 14:31

Referencia: 07/522051.9/23

Verificación y validez por CSV: 

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 2023 - 0 - 003

SUMINISTRO DE APÓSITOS DE CLORHEXIDINA AL 2% CON DESTINO AL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Lote	Código HIS	Descripción	Consumo 24 Meses	Unidad de Medida	Precio Unitario (s/IVA)	Precio Unitario (c/IVA)	Base Imponible (s/IVA)	IVA (10 %)	Importe Total (c/IVA)	Epígrafe Presupuestario
1.1	297059	Apósitos de Clorhexidina al 2%	30.000	Unidad	5,85 €	6,435 €	175.500,000 €	17.550,000 €	193.050,000 €	27004

IMPORTE TOTAL				175.500,000 €	17.550,000 €	193.050,000 €
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------