

DE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL ENTE PÚBLICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

A: PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ASUNTO: PUBLICACIÓN CORRECCIÓN DE ERRORES DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

**CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE PA SUM 23-006 PARA EL SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA IDENTIFICACIÓN POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON SISTEMA MALDITOF, SISTEMAS DE MEDIO DE CULTIVO Y ANTIBIOGRAMAS, CULTIVO DE MICOBACTERIAS Y LA CESIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL ENTE PÚBLICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA.**

Habiéndose observado error en el pliego prescripciones técnicas del expediente arriba indicado, publicado en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid el día 17 de febrero, pasamos a pormenorizar la subsanación de los mismos:

**En la cláusula segunda, página 7:**

**Tras el primer punto que dice:**

“- Los licitadores incluirán en su oferta los equipos necesarios para la realización de las determinaciones objeto de este expediente. Además, será obligatorio rellenar por cada equipo necesario el Anexo 1 de este pliego de prescripciones técnicas, e incluirlo en el sobre nº 1.B Documentación Técnica.”

**Debería aparecer el siguiente texto:**

- Para el lote 1, **Como mínimo** se deberá ceder durante el plazo de ejecución del contrato los siguientes equipos:
  - o Un equipo para realizar identificación por espectrometría de masas MALDI-TOF
  - o Un equipo ID/ATB

Lo que trasladamos para los efectos oportunos.

En Fuenlabrada, a 6 de marzo de 2023

Fdo.: Gema Sarmiento Beltrán  
Directora Gerente  
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada

