

EXPEDIENTE: 2022-0-131

Material: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE TRES SALAS DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

| LOTE | CONCEPTO | Que cumplen con las especificaciones técnicas | Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan |
|--------------------|---|--|--|
| 1 (Orden 1 a 3) | <p>MAMÓGRAFOS DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS, MAMOGRAFÍAS CON CONTRASTE Y DISPOSITIVO PARA BIOPSIA POR ESTEREOTAXIA.</p> <p>TOTAL PUNTOSHASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. <u>SOPORTE DEL CONJUNTO RADIOLÓGICO Y SISTEMA DE COMPRESIÓN HASTA 2 PUNTOS</u></p> <p>1.1. Mejores características de parrilla antidisfusa: mayor número de líneas por cm...2 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> > 60 l/cm..... 2 Puntos ≤ 60 l/cm..... 0 Puntos <p>2. <u>DETECTOR.....HASTA 14 PUNTOS</u></p> <p>2.1. Distancia foco-detector igual o superior a 65 cm hasta 3 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> >69cm..... 3 puntos de 66 a 69 cm..... 2 puntos <66 cm..... 0 puntos <p>2.2 Dosis glandular media de una adquisición 3D igual o menor a la dosis en 2D hasta 2 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Si..... 2 puntos No..... 0 puntos <p>2.3 Menor tiempo de barrido de la tomosíntesishasta 3 puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Igual o inferior a 5 seg.....3 puntos Entre 5 y 10 seg.....2 puntos Entre 5 y 10 seg.....0 puntos | <p>EMSOR, S.L.TOTAL 21 PUNTOS:</p> <p>1.1.- 41 l/cm. 0 puntos</p> <p>2.1.- 70 cm. 3 puntos</p> <p>2.2.- Sl. 2 puntos</p> <p>2.3.- 3,7 seg. 3 puntos</p> <p>2.4.- 15°. 3 puntos</p> <p>2.5.- 70 µm. 3 puntos</p> <p>3.1.- Sí. 2 puntos</p> <p>3.2.- NO. 0 puntos.</p> <p>4.1.- 1 equipo. 5 puntos.</p> <p>4.2.- NO. 0 puntos.</p> <p>GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 26 PUNTOS:</p> <p>1.1.- 67 l/cm. 2 puntos</p> <p>2.1.- 66 cm. 2 puntos</p> <p>2.2.- Sl. 2 puntos</p> <p>2.3.- 9 seg. 2 puntos</p> <p>2.4.- 25°. 2 puntos</p> <p>2.5.- 100 µm. 2 puntos</p> <p>3.1.- Sí. 2 puntos</p> <p>3.2.- Sl. 2 puntos.</p> | |
| | | | |

EXPEDIENTE: 2022-0-131

**Material: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE
TRES SALAS DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS**

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

| LOTE | CONCEPTO | Que cumplen con las especificaciones técnicas | Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan |
|------|--|---|--|
| | <p>2.4 Menor ángulo de barrido de la tomosíntesis hasta 3 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Igual o inferior a 15º.....3 puntos Entre 15 y 25.....2 puntos Superior a 25.....0 puntos <p>2.5 Menor tamaño de pixel en la imagen reconstruida de tomosíntesis.....hasta 3 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <80 µm.....3 puntos Entre 80 y 100µm.....2 puntos >100 µm.....0 puntos <p>3 ESTEREOTAXIA HASTA 4 PUNTOS</p> <p>3.1 Pantalla del dispositivo de biopsia táctil con indicaciones gráficas del objetivo y de la aguja además de las coordenadas..... hasta 2 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Si..... 2 puntos No.....0 puntos <p>3.2 Dispositivo láser que marque la entrada de la aguja para ayuda a la punción de la anestesia hasta 2 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Si..... 2 puntos No.....0 puntos <p>4 CONTRASTE.....HASTA 10 PUNTOS</p> <p>4.1 Licencia extra para Mx con contraste. hasta 5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Equipo adicional..... 5 puntos No..... 0 puntos | <p>4.1.- 1 equipo. 5 puntos.</p> <p>4.2.- Sí. 5 puntos.</p> | |

EXPEDIENTE: 2022-0-131

**Material: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE
TRES SALAS DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS**

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

| LOTE | CONCEPTO | Que cumplen con las especificaciones técnicas | Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan |
|------|--|---|--|
| | <p>4.2 Sistema para realizar Biopsia con Mx con contraste hasta 5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si..... 5 puntos • No..... 0 puntos | | |

Madrid, a 11 de mayo de 2023.

JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

ALBILLOS MERINO
JOSE CARMELO -

Digitally signed by ALBILLOS
MERINO JOSE CARMELO -

Date: 2023.05.11 18:20:04 +02'00'

Fdo.: Dr. Albillos Merino