

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**EXPEDIENTE: 2022-0-131**

**Material: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE TRES SALAS DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS**

**Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1 (Orden 1 a 3)	<p><b>MAMÓGRAFOS DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS, MAMOGRAFÍAS CON CONTRASTE Y DISPOSITIVO PARA BIOPSIA POR ESTEREOTAXIA.</b></p> <p><b>TOTAL PUNTOS .....HASTA 30 PUNTOS</b></p> <p><b>1. <u>SOPORTE DEL CONJUNTO RADIOLÓGICO Y SISTEMA DE COMPRESIÓN ..... HASTA 2 PUNTOS</u></b></p> <p>1.1. Mejores características de parrilla antidifusora: mayor número de líneas por cm...<b>2 puntos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 60 l/cm..... <b>2 Puntos</b></li> <li>≤ 60 l/cm..... <b>0 Puntos</b></li> </ul> <p><b>2. <u>DETECTOR.....HASTA 14 PUNTOS</u></b></p> <p>2.1. Distancia foco-detector igual o superior a 65 cm ..... hasta 3 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;69cm..... <b>3 puntos</b></li> <li>de 66 a 69 cm..... <b>2 puntos</b></li> <li>&lt;66 cm..... <b>0 puntos</b></li> </ul> <p>2.2 Dosis glandular media de una adquisición 3D igual o menor a la dosis en 2D ..... hasta 2 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si..... <b>2 puntos</b></li> <li>No..... <b>0 puntos</b></li> </ul> <p>2.3 Menor tiempo de barrido de la tomosíntesis .....hasta 3 puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Igual o inferior a 5 seg.....<b>3 puntos</b></li> <li>Entre 5 y 10 seg.....<b>2 puntos</b></li> <li>Entre 5 y 10 seg.....<b>0 puntos</b></li> </ul>	<p><b>EMSOR, S.L. ....TOTAL 19 PUNTOS:</b></p> <p>1.1.- 41 l/cm. <b>0 puntos</b></p> <p>2.1.- 70 cm. <b>3 puntos</b></p> <p>2.2.- SI. <b>2 puntos</b></p> <p>2.3.- 3,7 seg. <b>3 puntos</b></p> <p>2.4.- 15°. <b>3 puntos</b></p> <p>2.5.- 70 µm. <b>3 puntos</b></p> <p>3.1.- NO. <b>0 puntos</b></p> <p>3.2.- NO. <b>0 puntos.</b></p> <p>4.1.- 1 equipo <b>5 puntos.</b></p> <p>4.2.- NO. <b>0 puntos.</b></p> <p><b>GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. .... TOTAL 26 PUNTOS:</b></p> <p>1.1.- 67 l/cm. <b>2 puntos</b></p> <p>2.1.- 66 cm. <b>2 puntos</b></p> <p>2.2.- SI. <b>2 puntos</b></p> <p>2.3.- 9 seg. <b>2 puntos</b></p> <p>2.4.- 25°. <b>2 puntos</b></p> <p>2.5.- 100 µm. <b>2 Puntos</b></p> <p>3.1.- SÍ. <b>2 puntos</b></p> <p>3.2.- SI. <b>2 puntos.</b></p>	

**EXPEDIENTE: 2022-0-131**

**Material: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE TRES SALAS DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS**

**Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
	<p>2.4 Menor ángulo de barrido de la tomosíntesis ..... hasta 3 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Igual o inferior a 15°.....3 puntos</li> <li>Entre 15 y 25.....2 puntos</li> <li>Superior a 25.....0 puntos</li> </ul> <p>2.5 Menor tamaño de pixel en la imagen reconstruida de tomosíntesis.....hasta 3 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;80 µm.....3 puntos</li> <li>Entre 80 y 100µm.....2 puntos</li> <li>&gt;100 µm.....0 puntos</li> </ul> <p><b>3 ESTEREOTAXIA ..... HASTA 4 PUNTOS</b></p> <p>3.1 Pantalla del dispositivo de biopsia táctil con indicaciones gráficas del objetivo y de la aguja además de las coordenadas..... hasta 2 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si..... 2 puntos</li> <li>No.....0 puntos</li> </ul> <p>3.2 Dispositivo láser que marque la entrada de la aguja para ayuda a la punción de la anestesia ..... hasta 2 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si..... 2 puntos</li> <li>No.....0 puntos</li> </ul> <p><b>4 CONTRASTE.....HASTA 10 PUNTOS</b></p> <p>4.1 Licencia extra para Mx con contraste. .... hasta 5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Equipo adicional..... 5 puntos</li> <li>No..... 0 puntos</li> </ul>	<p><b>4.1.- 1 equipo. 5 puntos.</b></p> <p><b>4.2.- Sí. 5 puntos.</b></p>	

**EXPEDIENTE: 2022-0-131**

**Material: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE  
TRES SALAS DE MAMOGRAFÍA DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS**

**Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
	<p><b>4.2 Sistema para realizar Biopsia con Mx con contraste</b>  ..... hasta 5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si..... 5 puntos</li> <li>• No..... 0 puntos</li> </ul>		

Madrid, a 23 de mayo de 2023.

JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

**ALBILLOS MERINO**  
**JOSE CARMELO -**

Firmado digitalmente por  
ALBILLOS MERINO JOSE  
CARMELO -  
Fecha: 2023.05.23 10:31:28  
+02'00'

Fdo.: Dr. Albillos Merino