

Exp.: **P.A. HCCR-6/2023-SU (A/SUM-005977/2023)**

Objeto: **SUMINISTRO DE MATERIAL DE CIRUGÍA ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA CON DESTINO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA.**

CONTESTACIONES A CONSULTAS DE EMPRESAS

1) Martes, 14 de marzo de 2023 18:12

PREGUNTA:

Tenemos una consulta relativa al expediente PA HCCR 6/2023-SU, específicamente del lote 17 y los números de orden que lo componen.

Nos gustaría confirmar si podemos presentarnos a uno de los números de orden del lote.

Miércoles, 15 de marzo de 2023

CONTESTACIÓN:

En respuesta a su consulta les informamos que es necesario licitar a todo el lote.

Respecto a la configuración del Lote 17, con los tres números de orden, hemos trasladado su pregunta al Sº promotor del contrato y nos ha contestado lo siguiente:

"Es debido a la homogeneización de los materiales que evita en muchos casos la confusión a la hora de saber el fungible exacto que necesitas para un momento determinado. Al tener el fungible de la misma marca, manejas código de colores, formato de envase etc."

2) Miércoles, 15 de marzo de 2023 18:15

PREGUNTA:

Una vez revisadas las características del PPT entendemos que debe de haber un error en el lote 17 entre los órdenes 32 y 33

La descripción del producto del orden 32 es:

TUBO INSUFLACION LAPAROSCOPICA C/FILTRO GAS FLUJO MAXIMO 50L/MIN 3M cuando debiera ser:

TUBO INSUFLACION TERMICO HIDROFOBO C/FILTRO GAS 3M P/ENDOFLATOR 50

Y la descripción del producto del orden 33 es:

TUBO INSUFLACION TERMICO HIDROFOBO C/FILTRO GAS 3M P/ENDOFLATOR

Cuando debiera ser:

TUBO INSUFLACION LAPAROSCOPICA C/FILTRO GAS FLUJO MAXIMO 50L/MIN 3M

Rogamos confirmen si se trata de un error

CONTESTACIÓN:

Les confirmamos que efectivamente se trata de un error de transcripción según nos ha comunicado el Servicio promotor.

Está publicado en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid.



3.- Consulta viernes 17/03/2023 a las 11:26 horas

PREGUNTA : En relación al expediente objeto del asunto, queríamos confirmar con Uds. un par de puntos sobre el lote 16 : MEDIA COMPRESION del expediente objeto del asunto.

Actualmente somos proveedores de este mismo material, que servimos con referencia 74013 y nuestra duda surge cuando observamos en el PPT que rige esta contratación, que solicitan que el material sea estéril y con fecha de caducidad.

El material actualmente provisto desde esta casa comercial no es estéril y por tanto, necesitaríamos por favor, confirmación a si su petición en este pliego es en firme o bien puede tratarse de un cumplimiento generalista, que no aplique al lote 17- al cual estamos interesados en licitar.

CONTESTACION: Referente al Lote 16 MEDIA DE COMPRESIÓN: la solicitud de material estéril es generalista, no aplicable al lote 16

4.- Consulta viernes 17/03/2023 a las 12:32 horas

PREGUNTA: Consulta del lote 6 DISECTOR LAPAROSCOPIA ULTRASONIDOS Nº de orden 13 y 14: Disector laparoscopia ultrasónico inalámbrico: No coinciden las longitudes del disector inalámbrico requeridas en el lote 6 del pliego técnico para orden 13: 260 mm y orden 14: 390 mm, con las medidas descritas en las características técnicas del lote 6 donde aparecen longitudes de 13, 26 y 39 cm

Entendemos que es un error de transcripción.

CONTESTACIÓN: Es un error de transcripción: las medidas correctas son: 26 cm, 39 cm o lo que lo mismo 260 mm, 390 mm. Los 13 cm no es correcto

5.- Consulta martes 21 de marzo 14:00 horas

PREGUNTA: En las características técnicas del lote 2 del PPT pone "longitud de pala 24 mm y corte 21,8 mm". ¿Son esas medidas solicitadas exactas?

CONTESTACIÓN: Ambas medidas son aproximadas.

Madrid, a 21 de marzo de 2023

LA DIRECTORA DE GESTIÓN

Firmado digitalmente por: MAS CEBRIAN M. ESTRELLA



La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código seguro de verificación: