

**SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE DE ANESTESIA Y VENTILOTERAPIA
CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL (EXPT. A/SUM-
008095/2023)**

**Corrección de errores del Informe de cumplimiento de las prescripciones
técnicas**

Att. Mesa de Contratación

Una vez elaborado el informe de cumplimiento, con fecha 18 de mayo de 2023, se ha detectado la existencia de un error en la valoración del LOTE 1 del expediente. Concretamente, la valoración debe ser la siguiente:

LOTE 1 – MASCARILLAS LARINGEAS GEL

Se han presentado las siguientes empresas:

- INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. - cumple las prescripciones técnicas
- IBERIAN CARE 2016, S.L.- NO cumple con la característica técnica de ser "*sin balón inflado*", exigida en el Pliego Técnico.

En San Lorenzo de El Escorial, a 20 de junio de 2023



Guadalupe Jiménez Castro
Supervisora de Unidad de Hospitalización 3ª planta, Unidad de Fisioterapia y Recursos
Materiales