



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 1-2023

***“CONTRATO DE SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRURGICA
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”***

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL “CONTRATO DE SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRURGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA (PA 1-2023)”

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del contrato de suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de 24 meses y el presupuesto de licitación es **674.743,41 €**, siendo la base imponible **557.639,18 €** y el IVA (21%) **117.104,23 €**.

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es la adquisición de packs de cobertura quirúrgica por procedimiento, incluyendo la logística de este suministro según las características particulares y condiciones generales que se recogen en este pliego.

2. CANTIDADES Y PRECIOS

Nº ORDEN DEL LOTE UNICO	CODIGO DEL HOSPITAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	F08075	EQUIPO CESAREA.	16,67	430	7.168,10	1.505,30	8.673,40
2	F08041	EQUIPO PARTOS.	9,69	1336	12.945,84	2.718,63	15.664,47
3	F08087	EQUIPO CABEZA Y CARA.	14,78	400	5.912,00	1.241,52	7.153,52
4	F08095	EQUIPO UNIVERSAL REFORZADO U.	13,85	774	10.719,90	2.251,18	12.971,08
5	F08094	EQUIPO UNIVERSAL REFORZADO.	13,13	2136	28.045,68	5.889,59	33.935,27
6	F08066	EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO EN U.	37,93	80	3.034,40	637,22	3.671,62
7	F08073	EQUIPO ARTROSCOPIA RODILLA.	15,44	186	2.871,84	603,09	3.474,93
8	F08068	EQUIPO CADERA.	25,62	566	14.500,92	3.045,19	17.546,11
9	F08097	EQUIPO DE LITOTOMIA.	9,47	544	5.151,68	1.081,85	6.233,53
10	F08119	EQUIPO DE LITOTOMIA todo en uno	12,08	200	2.416,00	507,36	2.923,36
11	F08040	EQUIPO EXTREMIDADES.	11,93	590	7.038,70	1.478,13	8.516,83
12	F08077	EQUIPO FX FEMUR, AISLAMIENTO VERTICAL.	22,05	170	3.748,50	787,19	4.535,69
13	F08099	EQUIPO INTERVENCION MENOR.	1,71	622	1.063,62	223,36	1.286,98
14	F08089	EQUIPO LAPAROSCOPIA ABDOMINO PERINEAL (PIERNAS ABIERTAS)	29,01	1072	31.098,72	6.530,73	37.629,45
15	F08096	EQUIPO LAPAROSCOPIA ABDOMINAL (PIERNAS CERRADAS)	29,01	666	19.320,66	4.057,34	23.378,00
16	F08061	EQUIPO OFTALMICO incisión fenestrada.	4,19	28	117,32	24,64	141,96

17	F08035	EQUIPO ORL.	16,01	20	320,20	67,24	387,44
18	F08069	EQUIPO RTU / GINE BASE.	14,78	100	1.478,00	310,38	1.788,38
19	F08093	EQUIPO UNIVERSAL STANDART.	6,76	2168	14.655,68	3.077,69	17.733,37
20	F08098	EQUIPO. PIE-MANO.	10,66	1176	12.536,16	2.632,59	15.168,75
21	F08082	EQUIPO RADIOLOGIA VASCULAR GRANDE.	32,07	1066	34.186,62	7.179,19	41.365,81
22	F08092	EQUIPO RADIOLOGIA VASCULAR PEQUEÑO.	27,73	1386	38.433,78	8.071,09	46.504,87
23	F08043	EQUIPO MARCAPASOS	19,85	362	7.185,70	1.509,00	8.694,70
24	F08085	EQUIPO ANGIOGRAFIA RADIAL-FEMORAL.	30,45	1064	32.398,80	6.803,75	39.202,55
25	F08088	EQUIPO RTU	65,21	638	41.603,98	8.736,84	50.340,82
26	F08045	BOLSA AUXILIAR.	0,59	304	179,36	37,67	217,03
27	F08038	CINTA ADHESIVA 10 X 50.	0,37	2384	882,08	185,24	1.067,32
28	F08039	CUBREMESAS 140 X 190.	1,98	5288	10.470,24	2.198,75	12.668,99
29	F08044	FMM 80 X 145.	1,31	1600	2.096,00	440,16	2.536,16
30	F08037	STOKINETTE 20 X 96 CM.	2,34	1026	2.400,84	504,18	2.905,02
31	F08112	Funda amplificador imagen de 140 cm	1,94	1200	2.328,00	488,88	2.816,88
32	F08054	FUNDA ESTERIL EMA ecógrafo 15 X 120 CM + GEL	9,7	1200	11.640,00	2.444,40	14.084,40
33	F08113	FUNDA ESTERIL EMA ecógrafo 14 X 147 CM + GEL	9,7	1200	11.640,00	2.444,40	14.084,40
34	F08114	PAÑOS VISCERAS CON CONTRASTE RX 40 X 60 CM(sobre 2 uds)	3,56	388	1.381,28	290,07	1.671,35
35	F08034	PAÑO UTILIDADES CUBREMESA 90 X 150CM.	1,07	1550	1.658,50	348,29	2.006,79
36	F22441	PAÑOS QUIRURGICOS adhesivos 75 X 90.	0,59	9720	5.734,80	1.204,31	6.939,11
37	F08036	PAÑOS QUIRURGICOS FENESTRADO OVAL DESPLAZADO 150 X 180 CM.	2,89	344	994,16	208,77	1.202,93
38	F08049	PAÑO UTILIDADES 75 X 90 CM ,	0,44	48182	21.200,08	4.452,02	25.652,10
39	F08048	PAÑO ANESTESIA EPIDURAL.	1,22	6074	7.410,28	1.556,16	8.966,44
40	F08109	PAÑO FENESTRADO 50 X 60 CM FENESTRACION 6 X 8 CM	0,64	1000	640,00	134,40	774,40
41	F08046	SABANA QUIRURGICA adhesiva 150 X 200.	2,81	2842	7.986,02	1.677,06	9.663,08
42	F08047	SABANA QUIRURGICA adhesiva U 150 X 240 cm.	3,97	602	2.389,94	501,89	2.891,83
43	F08042	SABANA DE NEFROSCOPIA.	30,35	28	849,80	178,46	1.028,26
44	F08908	EQUIPO OFTALMOLOGIA MAYOR AMBULATORIA PÁRPADOS	15,25	900	13.725,00	2.882,25	16.607,25
45	F08115	EQUIPO ORL CARA NARIZ	35,69	500	17.845,00	3.747,45	21.592,45
46	F08118	EQUIPO ORL OIDO	42,16	500	21.080,00	4.426,80	25.506,80
47	F08116	EQUIPO ORL CUELLO	47,59	200	9.518,00	1.998,78	11.516,78
48	F08117	EQUIPO URETEROSCOPIA	72,93	900	65.637,00	13.783,77	79.420,77

BASE IMPONIBLE	557.639,18
IVA 21%	117.104,23
TOTAL	674.743,41

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Todos los productos ofertados deberán cumplir con las normativas y certificaciones que se indican a continuación:
 - Declaración CE de conformidad de los productos sanitarios según lo establecido en el Real Decreto 1591/09, de 16 de octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios
 - UNE- EN 13795: paños, batas y trajes de aire limpio de utilización quirúrgica como productos sanitarios, para pacientes, personal clínico y equipos. Requisitos generales para los fabricantes, procesadores y productos, métodos de ensayo, requisitos de funcionamiento y niveles de funcionamiento. (No aplica a las partidas 31,32 y 33)
 - El material ofertado deberá cumplir las siguientes características:
 - Fabricados en tejido no tejido o similar.
 - Los elementos de ajuste y/o cierre deberán garantizar en todo momento una correcta adaptación y ajuste durante toda la intervención quirúrgica y deberán ser tipo hipo alergénicos.
 - Presentación estéril. Embalaje en caja o bolsa individual de almacenamiento que garantice la esterilidad de los productos.
 - Todo el material ha de estar libre de látex
 - Los envases deberán ser de fácil apertura, debiendo garantizar la esterilidad del mismo en todo momento.
 - Etiquetas visuales del producto, con información de descripción, marcado CE, lote, caducidad, referencia del producto en todo el nº de orden.
 - Todos los componentes que se incluyen en los equipos (de acuerdo con la descripción que figura más adelante), deben ofertarse en un único paquete estéril.
 - 1. En caja de transporte deberá figurar la siguiente información:
 - Fabricante y / o Distribuidor
 - Marcado CE
 - Método de esterilización
 - Fecha de caducidad
 - Identificación clara de producto no reutilizable.
 - Composición
 - Código de barras
 - Producto estéril
 - 2. Envase individual estéril, con apertura de pestaña o solapa con la siguiente información
 - Fabricante y/o Distribuidor
 - Marcado CE
 - Método de esterilización
 - Fecha de caducidad
 - Identificación clara de producto no reutilizable.
 - Composición
 - Código de barras
 - Producto estéril

- Según las necesidades del centro dependiendo del tipo de intervención, en el apdo 2.3. de este pliego se recogen las medidas de los componentes de los diferentes equipos y del material suelto. Dichas medidas se entienden como mínimas, no pudiendo exceder como máximo en un 5% de la longitud indicada.

4.- DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES NÚMEROS DE ORDEN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.1.- Descripción de los diferentes números de orden

A continuación, se describe el diferente material objeto del contrato. Dicha descripción se completará con lo señalado en los apdos 4.2. y 4.3 de este pliego.

Numero orden 1. EQUIPO DE CESAREA

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x 190 cm	2 capas
1	Funda Mesa de Mayo 79 x 145 cm	2 capas
1	Sábana Cesárea en T 185/250 x 330 cm con campo de incisión fenestrado (16 x 18 cm), fenestration sabana 28 x 33 cm , con bolsa recogida líquidos y pasa tubos incorporado	2 capas
1	Manta de bebé 75 x 120 cm	55grs Spunlaced NW
1	Cinta adhesiva 9 x 50 cm	
4	Toallas secado campo 30 x 34 cm	

Numero orden 2. EQUIPO DE PARTOS

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 100 x 140 cm	2 capas
2	Perneras ginecológicas 75 x 122 cm	SMS 35 g/m2
1	Paño bajo nalgas con bolsa recogida líquidos de 100 x 110 cm	2 capas
1	Paño superior 100 x 100 cm	2 capas
1	Manta de bebé 75 x 100 cm blanca	45grs Spunlace
2	Toallas secado campo 30 x 40 cm	

Numero orden 3. EQUIPO DE CABEZA Y CARA

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x190 cm	2 capas
1	Funda Mesa de Mayo reforzada 79 x 145 cm	2 capas
1	Paño para cabeza de 150 x 175 cm. Abertura 75 cm, Turbante sobrepuesto 106 x 100 cm, Abertura 75 cm. Composición TNT viscosa, polietileno, polipropileno,	3 capas

1	Sábana adhesiva inferior reforzada-absorbente de 170 x 175 cm, con pasa tubos, con cuatro capas diferenciadas., y refuerzo en zona critica. TNT viscosa, polietileno, polipropileno, Material 3 capas + refuerzo: extra absorción y resistencia, impermeabilidad y confort	3 capas + refuerzo
1	Cinta adhesiva 9 x 49 cm	

Numero orden 4. EQUIPO UNIVERSAL REFORZADO EN “U”

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x 190 cm	2capas
1	Funda Mesa de Mayo 79 x 145 cm	2 capas + refuerzo
1	Sábana en U adhesiva de 230 x 260 cm con reforzado-absorbente 75 x 140 cm y pasa tubo, U de 20 x 100cm cóncava.	3 capas + refuerzo
1	Sábana adhesiva superior de 150 x 240 cm con reforzado-absorbente y pasa tubos	3 capas + refuerzo
1	Paño adhesivo de 75 x 90 cm	3 capas + refuerzo
1	Cinta adhesiva 9 x 50 cm	
4	Toallas secado campo 30 x 34 cm	

Numero orden 5. EQUIPO UNIVERSAL REFORZADO

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x190 cm	2 capas
2	Paños adhesivos con reforzado-absorbente y pasa tubos de 75 x 90 cm	3 capas + refuerzo
1	Sábana adhesiva inferior de 180 x 180 cm con reforzado-absorbente y pasa tubos	3 capas + refuerzo
1	Sábana adhesiva superior de 150 x 240 cm con reforzado-absorbente y pasa tubos	3 capas + refuerzo
1	Cinta adhesiva 9 x 50 cm	
4	Toallas secado campo 30 x 34 cm	

Numero orden 6. EQUIPO ARTROSCOPIA DE HOMBRO EN “U”

cantidad	componentes	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente reforzado de 150 x190 cm.	2 capas
4	Toallas secado campo 18 x 25 cm	
1	Sabana de hombro en U 230 x 295 cm REFORZADA , apertura de U de 10 x 70 cm adhesiva , con sistema de canalización FLUIDOS en tres zonas diferenciadas, absorción , canalización y recogida fluidos.	3 capas +refuerzo
1	Sabana de hombro en U 240 x 170 cm REFORZADA , apertura de U de 15 x 45 cm adhesiva , con bolsa recogida líquidos, 2 espitas y pasa tubos, con sistema de canalización FLUIDOS en tres zonas diferenciadas, absorción , canalización y recogida fluidos.	3 capas +refuerzo
1	Stokinette de 22 x 75 cm	2 capas
2	Cintas adhesivas de 9 x 49 cm	2 capas
1	FMM reforzada de 79 x 145 cm , refuerzo de 65 x 85 cm	2 capas

Numero orden 7. EQUIPO ARTROSCOPIA DE RODILLA

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x 190 cm	2 capas
1	Sábana de Artroscopia de rodilla de 200 x 300 cm, con reforzado-absorbente (80 x 120 cm.) y con bolsa recogida líquidos. Apertura elástica 20 x 20 cm	SMS 43 g/ .REFUERZO IMPERMEABLE POLIESTER ELASTICO
1	Stokinette forrado 20 x 96 cm	
2	Cintas adhesivas 10 x 50 cm	

Numero orden 8. EQUIPO DE CADERA

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x 190 cm	2capas
1	Funda Mesa de Mayo 79 x 145 cm	2capas
1	Sábana adhesiva inferior de 180 x 180 cm con reforzado-absorbente y pasa tubos	3 capas + refuerzo
1	Sábana adhesiva superior de 150 x 240 cm con reforzado-absorbente y pasa tubos	3 capas + refuerzo
1	Sábana en U adhesiva de 230 x 260 cm con reforzado-absorbente 75 x 140 cm y pasa tubos, U de 20 x 100 cm	3 capas + refuerzo
2	Paños adhesivos de 75 x 90 cm	3 capas + refuerzo
1	Stokinette forrado 30 x 120 cm IMPERMEABLE	2capas
3	Cintas adhesivas 9 x 50 cm	
1	Venda elástica 12 x 6 cm	
4	Toallas secado campo 30 x 34 cm	

Numero orden 9. EQUIPO DE LITOTOMIA

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 100 x 140 cm	2 capas
2	Perneras ginecológicas 75 x 122 cm	SMS 40 g/m2
1	Paño bajo nalgas de 100 x 110 cm	2 capas
1	Paño superior 100 x 150 cm	SMS 40 grs
2	Toallas secado campo 30 x 40 cm	

Numero orden 10. EQUIPO DE LITOTOMIA TODO EN UNO

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 140 x 190 cm	2 capas
1	Paño de litotomía todo en uno, perneras incorporadas 254 x 227/76 cm	2 capas + refuerzo
1	Paño bajo nalgas de 100 x 110 cm	2 capas
2	Cintas adhesivas 10 x 50 cm	
2	Toallas secado campo 30 x 40 cm	

Numero orden 11. EQUIPO DE EXTREMIDADES

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x 190 cm	2 capas
1	Sábana de Extremidades (rodilla) de 200 x 300 cm con reforzado-absorbente (80 x 120 cm.) .Apertura elástica 20 x 20 cm	SMS 43 g/m2 + REFUERZO ABSORBENTE PP+PE POLIESTER ELASTICO
1	Stokinette forrado 20 x 96 cm	
2	Cintas adhesivas 10 x 50 cm	
2	Toallas secado campo 30 x 40 cm	

Numero orden 12. EQUIPO DE Fx FEMUR, AISLAMIENTO VERTICAL

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x190 cm.	2 capas
1	FMM de 79 x 145 cm	2 capas
1	Sabana aislamiento vertical 330 x 240 cm transparente con film de incisión 86 x 25 cm, bolsas laterales para instrumentos, velcros pasa tubos, bolsa recogida líquidos con cierre y adhesivo en parte superior para sujeción	Polietileno
4	Toallas secado campo 18 x 25 cm	

Numero orden 13. EQUIPO DE INTERVENCION MENOR

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Paño utilidades de 80 x 90 cm	2 capas
1	Paño fenestrado adhesivo central 75 x 75 cm. fenestración 6 cm	2 capas
1	Toallas secado campo 30 x 40 cm	

Numero orden 14. EQUIPO DE LAPAROSCOPIA ABDOMINO PERINEAL (PIERNAS ABIERTAS)

cantidad	descripción	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x190 cm.	2 capas
1	Sábana de Laparoscopia/Laparotomía en T con perneras incorporadas 300/200/270x295 cm. Apertura Abdominal 25 x 30 cm y apertura Perineal 13 x 24 con faldón adhesivo. Bolsas auxiliares laterales incorporadas. Superficie adhesiva flexible y adaptable.	3 capas + refuerzo
1	Paño adhesivo 75 x 75 cm.	3 capas
1	Cinta adhesiva 9 x 49 cm	2 capas
1	Cinta adhesiva con pasa tubos 2,5 x 30 cm	
4	Toallas secado campo 18 x 25 cm	

Numero orden 15. EQUIPO DE LAPAROSCOPIA ABDOMINAL (PIERNAS CERRADAS)

cantidad	descripción	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x190 cm.	2 capas
1	Sábana de Laparoscopia en T 175/250 x 325cm. .Apertura Abdominal flexible 25 x 30 cm. Bolsas auxiliares laterales incorporadas. Superficie adhesiva flexible y adaptable	3 capas + refuerzo
1	FMM de 79 x 145 cm	2 capas
1	Cinta adhesiva 9 x 49 cm	2 capas
1	Cinta adhesiva con pasa tubos 2,5 x 30 cm velcro	
1	Funda cámara 14 x 250 cm punta perforada con cintas	
4	Toallas secado campo 18 x 25 cm	

Numero orden 16. EQUIPO DE OFTALMICO INCISION FENESTRADA

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 140 x 190 cm	2 capas
1	Paño oftalmológico fenestrado de 150 x 150 cm, con campo incisión integrado fenestrado y con bolsa lateral colectora fluidos.	PP absorbente + PE 55 g/m2

Numero orden 17. EQUIPO DE ORL

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x 190 cm	2 capas
1	Funda Mesa de Mayo 79 x 145 cm	2 capas
1	Sábana en U 150 x 250 cm, U de 7 x 70 cm con reforzado-absorbente y pasa tubos incorporado	3 capas
1	Paño adhesivo con reforzado-absorbente y pasa tubos de 75 x 90 cm	3 capas + refuerzo
1	Paño de utilidades 75 x 80 cm	2 capas
2	Cintas adhesivas 9 x 50 cm	
4	Toallas secado campo 30 x 43 cm	

Numero orden 18. EQUIPO DE RTU/GINE BASE

cantidad	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas envolvente de 150 x190 cm.	2 capas
1	Sábana de RTU en T con perneras incorporadas 175/270x180 cm. Bolsa recogida líquidos incorporada con válvula de cierre y sistema recogida muestras, apertura 8 cm supra púbica con zona adhesiva para fijación y dedil tacto rectal. Dos capas, capa confort en contacto con paciente y capa impermeable repelente superior.	2 capas
1	Cinta adhesiva con pasa tubos 9 x 18 cm	2 capas
1	Toallas secado campo 18 x 25 cm	

Numero orden 19. EQUIPO UNIVERSAL ESTÁNDAR

<i>cantidad</i>	<i>COMPONENTES</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas envolvente de 150 x 190 cm	2 capas
2	Paños adhesivos laterales de 75 x 90 cm	2 capas
1	Sábana adhesiva inferior de 170 x 175 cm	2 capas
1	Sábana adhesiva superior de 140 x 240 cm	2 capas
1	Velcro pasa tubos adhesivo 2 x 11 cm	
2	Toallas secado campo 30 x 40 cm	

Numero orden 20. EQUIPO PIE Y MANO

<i>cantidad</i>	<i>COMPONENTES</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas envolvente de 150 x 190 cm	2capas
1	Funda Mesa de Mayo 79 x 145 cm	2capas
1	Sábana de Extremidades pie -mano de 230 x 300 cm, con reforzado-absorbente 50 x 100 cm y pasa tubos. Apertura elástica 3,5 cm	3 capas + refuerzo

Numero orden 21. EQUIPO DE RADIOLOGIA VASCULAR GRANDE

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas envolvente 150 x 200 cm	2 capas
20	Compresas de gasa, 12 capas, 17 hilos s/RX	
2	jeringas 3 cuerpos LS 20 ml	
1	jeringas 3 cuerpos LS 5 ml	
2	jeringas 3 cuerpos LS 10 ml	
2	jeringas 3 cuerpos LS 10 ml	
6	toallas seca manos 43 x 30 cm	
1	Espátula desinfección naranja 20 cm mango	
1	Bata quirúrgica reforzada 70 cm en frontal, 35 cm mangas en talla L, tratamiento repelente alcohol y antiestático. Refuerzo transpirable	SMS 35 g/m2+ refuerzo 2 capas PE y PP
1	Bata quirúrgica reforzada 80 cm en frontal y 35 cm en mangas, talla M, tratamiento repelente alcohol y antiestático. Refuerzo transpirable	SMS 35 g/m2+ refuerzo 2 capas PE y PP
1	Bata quirúrgica reforzada 80 cm en frontal, y 39,5 cm en mangas talla XL, tratamiento repelente alcohol y antiestático. Refuerzo transpirable	SMS 35 g/m2+ refuerzo 2 capas PE y PP
1	Recipiente guía azul 2500 ml	
1	Recipiente azul 250 ml	
1	Paño quirúrgico utilidades 75 x 90 cm	2 capas 2 capas + refuerzo1
3	Paños quirúrgicos reforzados adhesivos 75 x 90 cm	
2	Cobertores amplificador circular 100 cm	
1	Recipiente graduado 250 ml	
1	Recipiente graduado ,PP, azul, NS 1000 ml	
1	Recipiente graduado 500 ml	
1	Cobertores amplificador 100 x 150 cm	
1	Sabana quirúrgica reforzada adhesiva 180 x 175 cm	2 capas + refuerzo1
1	Cinta adhesiva 10 x 50 cm	

Numero orden 22. EQUIPO DE RADIOLOGIA VASCULAR PEQUEÑO

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas envolvente 150 x 200 cm	2 capas
20	Compresas de gasa, 12 capas, 17 hilos s/RX	
2	jeringas 3 cuerpos LS 20 ml	
1	jeringas 3 cuerpos LS 5 ml	
1	jeringas 3 cuerpos LS 10 ml	
4	toallas seca manos 43 x 30 cm	
1	Espátula desinfección naranja 20 cm mango	
1	Bata quirúrgica reforzada 80 cm en frontal y 35 cm en mangas, talla M, tratamiento repelente alcohol y antiestático. Refuerzo transpirable	SMS 35 g/m2+ refuerzo 2 capas PE y PP
1	Bata quirúrgica reforzada 80 cm en frontal, y 39,5 cm en mangas talla XL, tratamiento repelente alcohol y antiestático. Refuerzo transpirable	SMS 35 g/m2+ refuerzo 2 capas PE y PP
1	Recipiente hilo guía azul 2500 ml	
1	Recipiente azul 250 ml	
1	Paño quirúrgico utilidades 75 x 90 cm	2 capas 2 capas + refuerzo1
4	Paños quirúrgicos reforzados adhesivos 75 x 90 cm	
2	Cobertores amplificador circular 100 cm	
1	Recipiente graduado 250 ml	
1	Cobertores amplificador 100 x 150 cm	

Numero orden 23. EQUIPO DE MARCAPASOS

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas envolvente 150 x 200 cm	2 capas
1	Cinta adhesiva 10 x 50 cm	
20	Compresas TNT c /hilo RX 20 x 15 cm 4 capas	TNT
2	Paños adhesivos 75 x 90 cm	2 capas
2	Jeringas luer 3 cuerpos 10 ml	
1	Sabana fenestrada oval adhesiva, agujero desplazado 80 cm hacia arriba hacia la cabeza, de 12 cm x 20 cm con campo incisión, zona adhesiva alrededor de 25 x 34 cm. Refuerzo de 80cm largo x 90cm ancho, adherido a capa inferior.	2 capas + refuerzo2
1	Espátula de desinfección naranja de 20 cm	
40	Compresas de TNT sin hilo Rx de 20 x 15 cm 4 capas	TNT
1	Bisturí nº 11 con mango y con protección	
2	Compresas de vientre TNT con hilo RX de 45 x 45 cm, plegadas 10 x 20 cm. 8 capas	TNT

Número orden 24. EQUIPO DE ANGIOGRAFIA RADIAL FEMORAL

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas envolvente 150 x 200 cm	2 capas
1	Cinta adhesiva 10 x 50 cm	
40	Compresas de TNT sin Rx plegadas en 10 x 10 cm	TNT
1	jeringas luer 3 cuerpos 5 ml	
4	jeringas luer 3 cuerpos 10 ml	
1	jeringas L/S 3 cuerpos 3 ml	
2	Compresas de vientre TNT con RX de 45 x 45 cm, plegadas 10 x 20. 8 capas	TNT
1	Sabana quirúrgica angiografía 4 fenestraciones , radial femoral 345 x 230 cm , refuerzo adherido totalmente a capa inferior, absorbente e impermeable de 120 x 180 cm, laterales transparentes de 57 x 345 cm. Orificios radiales de 6,5 x 5 cm desplazados hacia arriba 72 cm, área adhesiva de 15 x 12 cm. Orificios femorales de 12 x 12 cm con área adhesiva de 16 x 16 cm desplazados hacia arriba 84 cm. y área elástica transparente de 2 cm alrededor .Las cuatro áreas adhesivas con protección.	2 capas + refuerzo2
2	paños quirúrgicos adhesivos reforzados de 75 x 90 cm	2 capas + refuerzo
1	pañó fenestrado adhesivo reforzado de 75 x 90 cm	2 capas + refuerzo

Número orden 25. EQUIPO DE RTU

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas Reforzado , de 150 x 190 cm	2 capas
4	Toallas de manos	
1	Bata quirúrgica standard. SMS. talla L	SMS 35 gr/m2
1	Bata quirúrgica impermeable en su totalidad, protectora fluidos talla XL. Transpirable	57 gr/m2 de laminado de film PE +(PE+TNT)
1	Funda cámara 18 x 250 cm, con punta elástica	
1	Bolsa plástico transparente, 20 cm,30 cm. Zip	
1	Jeringa 20 ml L /S 2P excentrica	
10	Compresas de gasa 10 x 10 cm 12 p, 17 h con RX 5pc blanca	
5	Compresa abdominal 45 x 45 cm 17 h 4p con RX 5 pc blanca	
1	Tubo de succión PVCOD30Ch ID 21Ch 3 m F /F	
1	Sistema de irrigación doble OD 30 Ch 255cm 3 clamps Sil. Tubo 15 cm	
1	Sistema de irrigación simple OD20Ch ID14Ch 200cm c/ cámara L /L	
2	toalla secado de campo 18 x 25 cm blancas	
1	Sábana de RTU en T con perneras incorporadas 175/270x180 cm. Bolsa recogida líquidos incorporada con válvula de cierre y sistema recogida muestras, apertura 8 cm supra púbica con zona adhesiva para fijación y dedil tacto rectal. Dos capas, capa confort en contacto con paciente y capa totalmente impermeable en su superficie.	2 capas. PE impermeable + TNT capa confort

Número orden 26. BOLSA AUXILIAR

<i>cantidad</i>	<i>descripción</i>	Características MATERIAL
1	Bolsa Auxiliar Adhesiva 2 bolsillos transparente 40 x 35 cm	Polietileno

Número orden 27. CINTA ADHESIVA

<i>cantidad</i>	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm	SMS

Número orden 28. CUBREMESAS DE 140 X 190 CM

<i>cantidad</i>	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Cubre mesas de 140 x 190 cm	2 capas

Número orden 29. FMM 80 X 145

<i>cantidad</i>	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Funda mesa Mayo de 80 x 140 cm	2 capas

Número orden 30. STOKINETTE 20 X 96 CM

<i>cantidad</i>	COMPONENTES	Características MATERIAL
1	Stokinette forrado 20 x 96 cm	POLIESTER ELASTICO

Número orden 31. FUNDA AMPLIFICADOR IMAGEN 140 CM

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	Características MATERIAL
1	Funda amplificador imagen 140 cm	PE 50 nm

Número orden 32. FUNDA ESTERIL EMA ECOGRAFO 15 X 120 CM +GEL

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	Características MATERIAL
1	Cobertor de 15,2 x 122cm. Cobertor + gel 20 gr.+ elásticos. Sin látex	Cobertor EMA. Gel H2O

Número orden 33. FUNDA ESTERIL EMA ECOGRAFO 14 X 147 CM +GEL

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	Características MATERIAL
1	Cobertor de 14 x 147cm (3D) con doblado telescópico. Cobertor + gel + elásticos de colores. Sin látex	Cobertor POLIURETANO

Número orden 34. PAÑOS VISCERAS CON CONTRASTE RX 40 X 60 .SOBRES 2 UDS

<i>cantidad</i>	<i>descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Compresas de TNT tamaño 40 x 60 cm 130 g en 3 pliegues con contraste RX. Sobres de 2 Uds. Sistema de contaje doble para seguridad. COLOR verde. Envueltas en TNT blanco	3 capas TNT 40 gr/m2. 70% viscosa, 30 % poliéster. Refuerzo 25gr/m2 Polipropileno

Número orden 35. PAÑO UTILIDADES CUBREMESAS DE 90 X 150 CM

<i>cantidad</i>	<i>COMPONENTES</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	PAÑO UTILIDADES 90 X 150 CM	2 capas

Número orden 36. PAÑOS QUIRURGICOS ADHESIVOS DE 75 X 90 CM

<i>cantidad</i>	<i>COMPONENTES</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	PAÑO ADHESIVO LATERAL 75 X 90 CM	2 capas

Número orden 37. PAÑOS QUIRURGICOS FENESTRADOS OVAL, DESPLAZADO 150 X 180CM

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Paño quirúrgico fenestrado oval 6 x 9 cm desplazado , zona adhesiva de 15 x 15 cm, tamaño 150 x 180 cm	2 capas

Número orden 38. PAÑOS UTILIDADES 75 X 90 CM

<i>cantidad</i>	<i>COMPONENTES</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	PAÑO UTILIDADES 75 X 90 CM	2 capas

Número orden 39. PAÑO ANESTESIA EPIDURAL

<i>cantidad</i>	<i>descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Paño adhesivo fenestrado de 80 x 75 cm, abertura 6 x 15 cm. absorbente e impermeable	2 capas

Número orden 40. PAÑO FENESTRADO 50 X 60 CM, FENESTRACION 6 X 8 CM

<i>cantidad</i>	<i>descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Paño adhesivo fenestrado de 50 x 60 cm abertura 6 x 8 cm. 2 capas absorbente e impermeable	2 capas

Número orden 41. SABANA QUIRURGICA ADHESIVA 150 X 200 CM

<i>cantidad</i>	<i>COMPONENTES</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Sábana adhesiva de 150 x 200 cm	2 capas

Número orden 42. SABANA QUIRURGICA ADHESIVA EN "U" DE 150 X 240 CM

<i>cantidad</i>	<i>COMPONENTES</i>	<i>Características MATERIAL)</i>
1	Sábana en U 150 x 250 cm, U de 7 x 70 cm	3 capas

Número orden 43. SABANA NEFROSCOPIA

<i>cantidad</i>	<i>descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Sabana de nefroscopia 175 x 300 cm con bolsa recogida líquidos de 65 x 148 cm , Área de incisión con refuerzo 30 x 20 cm. Abertura elástica FLEXIBLE 5 cm	3 capas + refuerzo

Número orden 44. EQUIPO DE OFTALMOLOGIA MAYOR AMBULATORIA PARPADOS

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas envolvente 150 x 200 cm	2 capas
3	Paño quirúrgico utilidades 75 x 90 cm	2 capas
1	Sabana oftalmológica fenestrada , con bolsas laterales ,160 cm ancho x 250 cm largo . Ajuste nasal.	SMS 43 g/m2
10	Compresas de gasa 12 capas 17 hilos s RX plegadas 10 x 10 cm	
1	Recipiente azul 120 ml	
1	Jeringa 3 cuerpos LL 5 ml	
1	Aguja hipodérmica 16 mm x 0,5 mm. 25 G 5 /8"	
1	Jeringa 3 cuerpos LL 10 ml	
1	Saco para accesorios	

Número orden 45. EQUIPO DE ORL CARA -NARIZ

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas Reforzado , de 150 x 190 cm	2 capas
5	Compresa de gasa 12,5 x 20 cm 20 Th 32 P blanca	
1	Jeringa 5 ml L / L 3 P Concéntrica	
1	Jeringa 20 ml L / S 3 P Excentrica	
1	Tubo de succion 25 Ch 3,0 m F / F PVC	
1	Aguja hipodérmica 18 G 50 mm Rosa	
1	Aguja de 27 G x 32 mm	
1	Hoja de bisturí nº 15	
1	Cinta adhesiva 9 x 49 cm	
5	Compresa gasa blanca 10 x 10 cm 17 H 8 P	
1	Sujeta tubos de velcro 2,5 x 30 cm adhesivo	3 capas
1	Paño para cabeza de 150 x 175 cm. Abertura 75 cm, Turbante sobrepuesto 106 x 100 cm, Abertura 75 cm. Composición TNT viscosa, polietileno, polipropileno,	
1	Sábana adhesiva inferior reforzada-absorbente de 170 x 175 cm, con pasa tubos. Con cuatro capas diferenciadas., y refuerzo en zona critica. TNT viscosa, polietileno, polipropileno, Material 3 capas + refuerzo: extra absorción y resistencia, impermeabilidad y confort	3 capas + refuerzo1

Número orden 46. EQUIPO ORL OIDO

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas Reforzado , de 150 x 190 cm	2 capas
1	Hoja de bisturí nº 15	
5	Compresas de TNT 10 x 10 cm 30 g 4 p blanca paquetes de 5 Uds.	
1	Cánula de Frazier 1mm 7 cm punta redonda	
1	Cánula de Frazier 2mm 8 cm punta redonda	
1	tubo de aspiración de silicona 4 ,0 m.	
1	Aguja de 27 G x 32 mm	
1	Cánula de Frazier 0,7 mm 8 cm punta redonda	
1	Cánula de Frazier 1,4 cm 7 cm	
5	Gasas blanca 10 x 10 cm 17 H 8P	
1	Cazoleta 250 ml graduada azul	2 capas
1	Jeringa 3 ml L /L 3P concéntrica	
1	Jeringa 10 ml L /L 3P concéntrica	
1	Jeringa 5 ml L /L 3P concéntrica	
1	bolsa papel 18 cm 38 cm blanca	
1	Jeringa 20 ml L / S 3P concéntrica	
1	Sujeta tubos de velcro 2,5 x 30 cm adhesivo	
1	Sabana Oftalmo/ORL 150 x 300 cm, con film de incisión con abertura 6,5 x 3,5 cm con 2 bolsas laterales y puente nasal. Material 2 capas: Polietileno impermeable, Material , TNT Polipropileno confort Film con adhesivo Flexible que se adapta perfectamente a los contornos,	

Número orden 47. EQUIPO ORL CUELLO

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas Reforzado , de 150 x 190 cm	2 capas
1	Hoja de bisturí nº 15	
1	Hoja de bisturí nº 20	
1	Jeringa 5 ml L /L 3P concéntrica	
1	Jeringa 20 ml L / S 3P Excentrica	
1	Bolsa papel 18 cm 38 cm blanca	
10	Compresa d gasa 10 x 10 cm 17 h 16 p Rx blanca	
1	Aguja de 27 G x 32 mm	
1	Cazoleta 250 ml graduada azul	
1	Bolsa instrumental 40 x 35 cm 2 compartimentos adhesiva	
1	Compresa abdominal 45 x 45 cm 17 h 4 P Con RX. Paquetes 5 Uds.	
5		
1	Cánula de sujeción Yankauer 18 Ch 28 cm punta 6 orificio redondo	
1	Tubo de succión Yankauer 25 Ch 3,0 m F/F PVC	
1	Bisturí eléctrico 320 cm botones corte / coagulación	
1	Paño adhesivo 90 x 75 cm reforzado. TNT viscosa, polietileno, polipropileno, Material 3 capas + refuerzo: extra absorción y resistencia, impermeabilidad polietileno y capa confort	3 capas + refuerzo1
1	Cinta adhesiva 9 x 49 cm	3 capas + refuerzo1
1	Paño adhesivo 100 x 100 cm reforzado. Material TNT viscosa, polietileno, polipropileno, Material 3 capas + refuerzo: extra absorción y resistencia, impermeabilidad polietileno y capa confort	
1	Sabana adhesiva 175 x 175 cm reforzada con pasa tubos. TNT viscosa, polietileno, polipropileno, Material 3 capas + refuerzo: extra absorción y resistencia, impermeabilidad polietileno y capa confort	3 capas + refuerzo1

Número orden 48. EQUIPO URETEROSCOPIA

<i>cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Características MATERIAL</i>
1	Cubre mesas Reforzado , de 150 x 190 cm	2 capas
6	Toallas de manos	
1	Bata quirúrgica standard. SMS. talla L	SMS 35 gr/m2 57 gr/m2 de laminado de film PE +(PE+TNT)
2	Bata quirúrgica impermeable en su totalidad, protectora fluidos talla XL. Transpirable	
1	Tubo de succión PVC OD30Ch ID21Ch 3m F/F	
10	Compresas de gasa 10 x 10 cm 12 p, 17 h con RX 5pc blanca	
2	Cazoletas graduada azul de 250ml	
5	Compresa abdominal 45 x 45 cm 17 h 4p con RX 5 pc blanca	
1	Funda cámara 18 x 250 cm, Con punta elástica	
1	Bandeja 28 x 25 x 5 cm 3150 ml azul de polipropileno	
1	Jeringa 20 ml L / S 2P Excentrica	
1	Jeringa 10 ml 2P L / S Excentrica	

1	Cubremonitor circular 150 cm transparente	
1	Toallas de secado campo	
1	Sábana de RTU en T con perneras incorporadas 175/270x180 cm. Bolsa recogida líquidos incorporada con válvula de cierre y sistema recogida muestras,, Apertura 8 cm .agujero supra púbica con zona adhesiva para fijación y dedil tacto rectal. Dos capas, capa confort en contacto con paciente y capa impermeable repelente superior.	2 capas. Pe impermeable + TNT capa confort

4.2. Características técnicas generales del material para paños/sábanas de cobertura

1. Trilaminado:

- Capa superior de Material SPPNW, o similar, con capacidad de absorción de líquidos.
- Lámina barrera impermeable de Material polietileno, PE film.
- Capa extra inferior confort (en contacto con paciente) que evite el contacto con la película de polietileno de NW.
- Incorporación de refuerzos súper absorbentes en el área crítica de las sábanas empleadas en cirugías con alto nivel de fluidos, según se requiera en las composiciones. Material SSNW 80 g/m2
- Peso base MATERIAL. Mínima 30 g/m2 SPPNW+ 25 nmPE film+ 15 g/m2 NW.

2. Bilaminado: (55 g/m2)

- Capa superior de polipropileno hidrófilo, entre 55 y 30 grs/m2
- Capa inferior de polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes). 33 micras

3. Bi laminado + refuerzo1: (67,5 g/m2 + 94 g/m2)

- Capa superior de polipropileno hidrófilo,
- Capa inferior de polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes).
- Capa refuerzo tri laminado (1 polietileno + 2 viscosa)

4. Bi laminado + refuerzo2: (67,5 g/m2 + 135.5 g/m2)

- Capa superior de polipropileno hidrófilo,
- Capa inferior de polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes).
- Capa refuerzo tri laminado (Polietileno + Spunlaced +Viscosa)

5. SMS + Refuerzo impermeable y absorbente (43 g/m2 + 55 g/m2)

- Capa superior refuerzo de PP+ PE 55 g/m2
- Capa inferior de SMS 43 gr/m2

6. SMS (40 g/m2)

- Capa de SMS 40 gr/m2

- Todos los materiales deben estar exentos de látex
- Todos los nº de orden deberán prestarse estériles con métodos esterilización por óxido de etileno y /o radiación.

4.3. Especificaciones técnicas mínimas de obligado cumplimiento para los nº de orden 21, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 47, 48 (Equipos fabricados con combinado de cobertura quirúrgica y otro tipo de fungible).

- Este material deberá cumplir la siguiente normativa:

EN 11135: esterilización de productos sanitarios

EN ISO 20417:2021 Productos sanitarios. Información a suministrar por el fabricante.

ISO 13485: productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios.

ISO 11607: proceso de envasado para productos sanitarios

- Se aportarán las fichas técnicas de todos los productos incluidos en estos nº de orden. La ficha técnica de los componentes incluirá al menos: descripción detallada de todos los componentes así como foto, composición, fabricante, libre de látex.
- En caso de estos nº señalados en los que se indica el contenido y orden de los componentes que van dentro del mismo, este orden será de obligado cumplimiento. Los artículos al abrir el pack seguirán y cumplirán un orden secuenciado según su uso, al objeto de favorecer y garantizar la protocolización del proceso quirúrgico.
- Todos los artículos incluidos en estos nº de orden deberán estar incluidos en un único envase envueltos en un cubre mesas, y por lo tanto, estériles. No se aceptarán componentes que vayan fuera de los packs.
- El embalaje y envasado de estos materiales deberá presentar un triple nivel de embalaje.
- Los materiales deberán contener un etiquetado que incluya la referencia, el lote y la caducidad en los diferentes niveles de embalaje
- Asimismo, todas las etiquetas deberán contener un símbolo en barras según el formato GTIN 128 (en su defecto GTIN 13, incluyendo número de lote y fecha de caducidad)
- El envase unitario tendrá un sistema de apertura en pestaña y/o solapa, no estando permitido aperturas por rasgado.
- El etiquetado deberá contar con la siguiente información:
 - Nombre del producto y/o referencia comercial/ código.
 - Marcado CE
 - Fecha de caducidad
 - Número de lote
 - Método de esterilización
 - Dibujo y/o descripción del producto
 - Medidas de los productos incluidos en el envase

5.- LOGISTICA

Con el fin de garantizar la disponibilidad del material necesario para cada tipo de intervención, la oferta deberá incluir un proyecto donde se recojan todos los aspectos relativos a la gestión logística del suministro del objeto del contrato. Para ello deberá definirse la frecuencia del suministro así como los medios y recursos materiales y humanos que se pondrán a disposición del centro para garantizarlo.

El sistema de gestión presentado deberá incorporar un sistema de control de stock en todos los puntos de almacenamiento y consumo, totalmente informatizado, y sin la intervención del personal del centro. Deberá ser un sistema fiable de gestión de stock, información y reposición que garantice al centro la información necesaria del stocks físicos por artículo, así como reposiciones a realizar, y consumos reales por punto.

Para el desarrollo del proyecto habrá de tenerse en cuenta las siguientes premisas:

- La entrada del producto será a través del almacén general, con cotejo y justificación de entrada de mercancía con albaranes. El almacenamiento será en los 5 puntos de consumos designados por el centro con cotejo y justificación de colocación de mercancía y sellado de albaranes.

- Todos los puntos de consumo deberán disponer de un almacén organizado en estanterías anti polvo con el fin de que se disponga del stock suficiente y calculado para responder a las demandas previstas y no previstas.

Estos puntos de consumo son los siguientes:

LOCALIZACION	MEDIDAS PARED DERECHA. Largo , ancho , alto	MEDIDAS PARED IZQUIERDA. Largo , ancho , alto	MEDIDAS PARED FONDO. Largo , ancho , alto	TOTAL M3 DISPONIBLES
QUIROFANO CENTRAL	9 m X 1m X 2,5 m	5,2 m x 1 m x 2,5 m		35,62
PARITORIOS	1,8 m X 0,45 m X 2 m		0,68 m x 0,5 m x 2 m	2,3
CARDIO/HEMODINAMICA	1,8 m X 0,45 m X 2 m			1,62
ESTERILIZACION	0,9 m x 0,45 m x 2 m		3,04m x 1,8 m x 0,3 m	2,37
RADIOLOGIA	1,8 m X 0,9 m X 2 m			3,24
FARMACIA	0,5 X 0,45 X 0,45			0,1

El sistema de gestión de stock ofertado reunirá las siguientes características:

- Se deberá adaptar a los espacios físicos designados por el centro.
- Se garantizará, la limpieza, accesibilidad y orden adecuado.
- Se garantizará la capacidad suficiente para atender la actividad quirúrgica tanto programada como urgente.
- Se dispondrá de sistema eficiente de identificación del producto almacenado, mediante texto visible en castellano. Como mínimo dicha identificación incluirá la descripción, códigos de barras, unidades del stock del hueco.
- Se colocarán e incluirán en la oferta el sistema de estanterías y cajones para uso clínico, necesarias para mantener en perfectas condiciones la cobertura quirúrgica en forma de monodosis. De este modo se colocarán estanterías para equipos, estanterías cesta para paños quirúrgicos, sabanas quirúrgicas, y otros productos complementarios, así como otro material de cobertura que sea necesario incluir en este sistema logístico y no sea suministrado por el adjudicatario (batas quirúrgicas: cantidad aproximada 30.000 unidades/año con un volumen aproximado de 70m3).
- El transporte, desembalaje, colocación y retirada de cartón deberá ser realizado por el adjudicatario, así como otros transportes internos que el hospital pudiese solicitar desde el almacén del centro complementario de cobertura quirúrgica estéril.
- La oferta incluirá el servicio de reposición que deberá ser adaptado a las necesidades del centro y a las circunstancias de posible aumento de actividad quirúrgica por lista de espera, trabajos de peonadas, debiéndose adaptar a las necesidades del centro.
- La información de los niveles de stock de cada artículo almacenado, por cada punto de consumo , así como las reposiciones y los días de entrega será transmitido a cada responsable designado por el centro con la periodicidad establecida y mediante sistema informático que el adjudicatario ponga a disposición del centro.
- El sistema operativo completo deberá ser implementado por el adjudicatario en un plazo máximo de dos meses desde la firma del contrato (incluyendo, estanterías, cajones, codificación y todo lo necesario para pleno y óptimo funcionamiento)

El proyecto presentado describirá la implementación de todo lo necesario para el desarrollo del sistema descrito anteriormente y se presentará todas aquellas propuestas para la optimización del control y gestión del material, debiendo detallar lo siguiente:

- Descripción de la modalidad del suministro y mecanismos de control de almacenamiento que se propongan.
- Stocks logísticos a constituir en los diferentes centros de almacenamiento y consumo.
- Medios, recursos materiales y humanos a disposición de la gestión logística del suministro de material.
- Propuesta de protocolización por especialidad y formación de la correcta utilización del producto.

-Este proyecto deberá detallar de forma concreta como se resolverán técnicamente las necesidades normales así como las extraordinarias no previstas y las urgentes, siendo causa de exclusión la falta de ello.

-En la descripción de los recursos humanos previstos para el desarrollo del proyecto se especificará los medios puestos a disposición de este proyecto, el número de días, con horas de dedicación previstos para manejo y colocación del material en las diferentes áreas de consumo, así como la formación al personal de reposición para el desarrollo del trabajo en las áreas quirúrgicas limpias, manteniendo la limpieza y mayor grado de asepsia posible.

La empresa adjudicataria deberá de garantizar durante el periodo de implementación de los equipos quirúrgicos desechables, la presencia en quirófano de personal propio con experiencia para la asistencia y formación sobre la correcta utilización de los productos. Los licitadores en su oferta indicarán la persona que será responsable del proyecto, informando de su titulación, experiencia y dedicación.

-En el proyecto presentado se deberá incluir un plan de contingencia que recoja soluciones en caso de rotura de stock de alguna referencia, planteando posibles alternativas al centro.

- De forma trimestral o semestral, según indicación del centro, se presentará informe con la siguiente información:

Consumos reales por referencia por centro de consumo, Uds. y €
Consumos totales en € por centro de consumo.
Nº horas de dedicación de personal de logística.
Nº hora de dedicación de formación dentro del área quirúrgica al personal
Volumen en m3 de material movido al centro.
Grado de adaptación del presupuesto al concurso vs actividad quirúrgica

El adjudicatario, junto con los servicios quirúrgicos implicados, realizará una revisión continuada de los protocolos y los componentes de los diferentes equipos, a fin de ajustar los mismos a las necesidades reales, así como a la homogeneización de los mismos en el servicio. Estas propuestas se acordarán con el adjudicatario una vez validadas por el hospital.

6.- CONDICIONES GENERALES

Los precios unitarios ofertados deberán tener como máximo 2 decimales.

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital Universitario Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministros, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

Facturación

Se realizará a mes vencido, en función de los albaranes de entrega valorados, que hayan sido sellados tanto en la recepción del almacén de puerta de entrada, como de los responsables que el hospital designa en cada punto de consumo.

La factura/as deberá incluir la referencia del adjudicatario así como la referencia/código del hospital asignada a ese artículo.

El servicio de Suministros dentro del proceso de certificación en la ISO 9001:2015 en el que se encuentra incurso el Hospital Universitario Severo Ochoa realizará una evaluación anual del adjudicatario.

7.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando al Hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

La empresa será responsable de la gestión, retirada, almacenamiento, transporte y reciclado o destrucción de los envases vacíos de transporte que resulten de la ejecución del contrato.

La retirada de los envases será acorde a las instrucciones que la empresa adjudicataria reciba del centro.

Así mismo el adjudicatario se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones laborales vigentes, relativas a la contratación y empleo de su personal y la relativa a Seguridad Social y Seguridad e Higiene (Ley de Protección de Riesgos Laborales).

Leganes, 16 de marzo de 2023

**EL DIRECTOR GERENTE DEL
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA**

CONFORME ADJUDICATARIO:

Firmado digitalmente por: DEL CACHO MALO DOMINGO

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN: Debe ser incluido en el sobre 3 como primera hoja de la oferta técnica)

[illegible]