

INFORME DE VALORACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EXPEDIENTE GCASU2023/34 PARA EL SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚGICA Y MATERIAL DESECHABLE PARA QUIRÓFANO.

LICITADORES	LOTES	OBSERVACIONES
MEDLINE	1	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	2	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	3	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	4	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	5	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	6	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	7	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	8	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	9	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	10	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	11	NO CUMPLE, EN EL ORDEN 11.1 LA BATA SOLO TIENE UNA LAMINA DE POLIPROPILENO (SMS) Y SE SOLICITABA SMMMS
CV MEDICAL	2	NO CUMPLE, EN EL ORDEN 2.3 FALTA EN EL EQUIPO DE MUESTRA, EL PAÑO DE 75*90cm
	4	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	5	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS MINIMAS DE LA SABANA DE RTU QUE ES DE 240x175x170 Y SE SOLICITABA COMO MINIMO 160x250 x180cm
MOLNLYCKE	1	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	3	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	6	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	12	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
INDAS	5	NO CUMPLE, NO TIENE CINTA ADHESIVA NI PASATUBOS
	6	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
CARDIVA	1	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
BARNA	1	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	2	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	4	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	5	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS MÍNIMAS DE LA SABANA DE RTU
	6	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	8	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	9	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	11	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	12	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Fdo. Ildefonso Ibáñez Praena
Supervisor Área Funcional

Fdo. Mónica Sanchez Robuster
Supervisora Bloque quirúrgico