

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA Y MATERIAL DESECHABLE PARA QUIRÓFANO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

EXPEDIENTE: GCASU 2023/34

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de cobertura quirúrgica desechable para el Hospital Universitario del Sureste mediante un procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 ESPECIFICACIONES COMUNES A TODOS LOS ARTÍCULOS:

- Todos los productos deberán suministrarse en embalaje para dispensación clínicamente limpio.
- Libres de ingredientes tóxicos, olores nocivos o molestos tintes indelebles.
- En el caso de los equipos, deberán estar todos los elementos en el mismo paquete, todos ellos estériles tras la apertura del primer empaquetado y con un triple nivel de embalaje.
- Cobertura quirúrgica 100% impermeable y 100% absorbente.
- El adhesivo será hipo alergénico libres de látex, que no se despeguen con facilidad al contacto con líquidos.
- Todos los campos quirúrgicos deberán tener un correcto doblado, con pictogramas de dirección de despliegue y medidas.
- Todas las sábanas de los equipos deberán aportar pegatina indicativa (o similar) de apertura de equipo.
- Los paños y sabanas estarán exentos de costuras, podrán ser: pegados, sellados o termosellados.
- Las medidas serán aproximadas y admitirán discretas desviaciones, siempre y cuando se ajusten a las necesidades de quirófono. En las composiciones donde figuren medidas aproximadas, se admitirán variaciones de hasta un $\pm 5\%$ de las medidas indicadas en la descripción.
- Todos los materiales deberán ser estériles y han de estar libres de látex.
- En el ENVASE individual de todos los productos deberán figurar las medidas de los componentes, detalles y composición del producto, talla (si lo requiere), medidas, y contenido, todo en castellano, con simbología de no reutilizable. Libre de látex y etiqueta removible para seguimiento de la trazabilidad.
 - o deberán ser de fácil apertura, pelables sin necesidad de rasgar el envase para su apertura, para garantizar la menor contaminación por manipulación del producto. (solapa y pestaña)
 - o Los paños estarán doblados y dispuestos en un orden que facilite su disposición en la



mesa de operaciones.

- En el ETIQUETADO de todos los envases deberá figurar en castellano, incluyendo como mínimo, los siguientes datos:
 - o Identificación del fabricante.
 - o Número de Lote.
 - o Fecha de caducidad.
 - o Denominación del producto (modelo y referencia comercial)
 - o Marcado CE.
 - o Indicación de que el producto es de un solo uso

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA NÚMERO DE ORDEN:

En el **Anexo I** se definen los componentes imprescindibles mínimos en cada producto.

3. NORMATIVA APLICABLE

Todos los productos objeto de este contrato deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa que, a continuación, se indica durante toda la vigencia del contrato y será imprescindible aportar certificado de su cumplimiento:

- Todos los productos deberán ser clasificados como Clase I estéril según el Real Decreto 1591/2009.
- El etiquetado de producto deberá cumplir con los requisitos establecidos en el real Decreto 1591/2009 que regula los productos sanitarios.
- Certificado Marcado CE: Los productos ofertados deberán cumplir durante la vigencia del contrato, las condiciones recogidas en el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y en el Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, por la que se regulan los productos sanitarios.

Los licitadores deberán aportar una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa.

- UNE EN ISO 14644-1: 2015 Normativa de especial importancia en el proceso de fabricación de Packs, ya que consta de asegurar una correcta limpieza de las áreas donde se realiza el montaje de los equipos a medida.
- UNE EN ISO 13485 Certifica que los productos sanitarios que la empresa utiliza pasan ciertos parámetros de calidad y aseguran que el material usado posea un nivel adecuado para usarse correctamente.
- UNE- EN ISO 20417:2021 incluye los requisitos generales aplicables para la identificación y las etiquetas de un producto sanitario o un accesorio, y para la información de acompañamiento.
- UNE EN ISO 11135:2014 Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno
- UNE EN ISO 10993 Engloba una serie de estándares sobre los productos usados que son biocompatibles entre sí.



- UNE EN ISO 11810 - 1 Método de ensayo y clasificación para la resistencia al láser de paños quirúrgicos y/o cobertura protectora del paciente.
- UNE EN 13795: Normativa Europea de paños, batas y trajes de aire limpio, por Laboratorio Externo, donde se marcan las bases para asegurar una correcta asepsia en el uso de productos en quirófano.
- EN 556 - 1: Requisito de los productos sanitarios esterilizados en su estado terminal.

4. MUESTRAS

Se deberá aportar 3 muestras por cada nº de orden ofertado que incluirán en lugar visible, al menos los siguientes datos:

- Nombre de la empresa licitadora
- Número de expediente
- Número de lote del expediente
- Numero / código del material
- Referencia del producto ofertado que deberá ser EXACTO al del producto ofertado en el Sobre 3

Las muestras irán acompañadas de la ficha técnica correspondiente con cada material, indicándose igualmente los datos relacionados en el párrafo anterior.

El Hospital con posterioridad, podrá solicitar las muestras y la documentación complementarias necesarias para la correcta evaluación de los productos.

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

5. ROTURAS DE STOCK

En caso de producirse roturas de stock en alguno de los materiales adjudicados, el contratista estará obligado a informar al órgano de contratación e las causas que provocan las mismas y el tiempo estimado en el que podrá solventar la incidencia.

Así mismo, el contratista estará obligado a proponer un producto alternativo con la premura necesaria que permita mantener los plazos establecidos para el suministro ordinario o urgente en su caso.

Las prescripciones técnicas en este material alternativo se ajustarán a los pliegos que rigen la convocatoria de este expediente y que, en todo caso, deberá mantener las condiciones contractuales del producto al que sustituye. El suministro del producto alternativo requerirá la previa aceptación del órgano de contratación.

En Arganda del Rey,
LA DIRECTORA GERENTE

Fdo.: Paloma Casado Durández



ANEXO I



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 096428850084273009067

| LOTES | Descripción | Descripción | SAP | Cantidades 24 meses | Importe unitario | Total | IVA | IVA | Total con Iva |
|-------|--------------------|-------------|--|------------------------|---------------------|-------|------------|------------|---------------|
| 1 | Equipo de Cesárea. | 2 | Cinta adhesiva 9x49cm aprox. | 107431 | 600 | 44€ | 26.400,00€ | 5.544,00 € | 31.944,00 € |
| | | 1 | Manta para el bebé 90x120cm aprox. | | | | | | |
| | | 1 | Sábana de campo único para Cesárea, impermeable y absorbente de tamaño mínimo de 200x300cm, ventana de incisión aproximada de 38x32cm. Film integrado que cubre toda el área de la ventana de incisión, con bolsa circundante integrada con espita precortada y pasatubos/velcro para fijación mínima 2 tubos. | | | | | | |
| | | 1 | Cubremesas de mínimo 140x190cm. Impermeable o refuerzo como mínimo de 75x190cm | | | | | | |
| | | 1 | Venda de gasa de mínimo 5cmx4m. | | | | | | |
| | | 10 | Compresas abd. 45*45 aprox. 17hilos con contraste radiológico de color blanco, 4 pliegues. | | | | | | |
| | | 1 | Bolsa plástico de aprox. 38x50cm c/adhesivo | | | | | | |
| | | 2 | Cubre mango de lámpara universal | | | | | | |
| | | 1 | Canula yankauer 22 ch | | | | | | |
| | | 2 | Bisturí con mango nº20 | | | | | | |
| | | 3 | Batas quirúrgicas reforzadas talla L (Ancho entre 130cm-150 aprox. y Largo 119-140cm aprox) | | | | | | |
| | | 6 | Toallas de mano de mínimo de 30x30 cm | | | | | | |
| | | 1 | Tubo de succión de PVC 30CH de 3M aprox. con conexiones F/F | | | | | | |



www.saludmadrid.org/csv
094428850084277909067

La autenticidad de este documento se puede comprobar
mediante el siguiente código seguro de verificación:

| LOTES | Descripción | Descripción | SAP | Cantidades 24 meses | Importe unitario | Total sin IVA | IVA | Total con Iva | |
|-------|------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|------------|
| 2 | Equipo de partos | 1 | Cubreemesas como mínimo 100x150cm | 107429 | 1.200 | 7,65 € | 9.927,80 € | 1.927,80 € | 11.107,80€ |
| | | 1 | Paño adhesivo aprox. 75x75cm | | | | | | |
| | | 1 | Paño aprox. 75x90cm | | | | | | |
| | | 1 | Manta de bebé como mínimo.90x75cm | | | | | | |
| | | 2 | Perneras aprox. 75x120cm plegadas | | | | | | |
| | | 1 | Paño Bajonalgas aprox. 100x130cm c/bolsa | | | | | | |
| 3 | Equipo de extremidades | 1 | Cinta Adhesiva o velcro de aprox. 9x49cm | 103016 | 1.600 | 13,65€ | 21.840,00€ | 4.586,40€ | 26.426,40€ |
| | | 1 | Cubreemesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable. | | | | | | |
| | | 1 | Paño adhesivo aprox. 75x75cm | | | | | | |
| | | 1 | Sábana de Extremidades (mano/pie) como mínimo de 200x300cm, con apertura elástica para la introducción de brazo/pierna entre 5 y 7 cm de diámetro, con refuerzo mínimo 75x120cm | | | | | | |
| | | 1 | Funda de mayo de aprox 78x145 cm | | | | | | |



La autenticidad de este documento puede comprobarse en www.salud.madrid.org/csv
 mediante el siguiente código de verificación: **09642886008477909067**

| LOTES | Descripción | Descripción | SAP | Cantidades 24 meses | Importe unitario | Total sin IVA | IVA | Total con Iva | |
|-------|------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 4 | Equipo Universal | 1 | Cinta adhesiva aprox. 9x49cm | 101775 | 6.000 | 6,70€ | 40.200,00€ | 8.442,00€ | 48.642,00€ |
| | | 2 | Paño adhesivo aprox 90x75cm | | | | | | |
| | | 1 | Sábana Adhesiva aprox 175x175cm | | | | | | |
| | | 1 | Sábana Adhesiva aprox 240x150cm | | | | | | |
| | | 1 | Cubremeras de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | | | | | | |
| 5 | Equipo de RTU | 1 | Cinta adhesiva de 9x50 cm aprox con velcro/fijador de tubos 9x18cm, adh. Medidas aprox, salvo que esté incluido en sábana. | 113101 | 1.000 | 9,75€ | 9.750,00 € | 2.047,50 € | 11.797,50 € |
| | | 1 | Sábana de RTU como mínimo de 160/250 x180cm, con bolsa de recogida de líquidos con espita pre cortada o válvula de vaciado y con malla recolectora. Apertura supra púbica aprox. de 6cm diámetro y con fenestración en zona perineal, con dedil. (incluirá velcro/fijador en caso de no aportar cinta adhesiva) | | | | | | |
| | | 1 | Cubremeras de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | | | | | | |



| LOTES | Descripción | Descripción | SAP | Cantidades 24 meses | Importe unitario | Total sin IVA | IVA | Total con Iva | |
|-------|-----------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 6 | Equipo de cirugía oftalmológica. | 1 | Film de Incisión 10x12cm aprox. salvo que esté incluido en la sábana principal. | 113123 | 300 | 9,75€ | 2.225,00 € | 614,25€ | 3.539,25€ |
| | | 1 | Sábana desechable, impermeable y absorbente, para oftalmología, con 2 bolsas laterales, como mínimo de 150x175cm adh, apertura de campo quirúrgico aprox. 4x6cm (con film de incisión si no está incluido en la sábana de 10x12 aprox.) | | | | | | |
| | | 1 | Cubremesas como mínimo 140x150cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | | | | | | |
| 7 | Equipo de artroscopia de rodilla. | 1 | Funda de Mesa Mayo como mínimo 79x145cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | 109781 | 600 | 12€ | 7.200,00€ | 1.512,00 € | 8.712,00 € |
| | | 1 | Stockinette de mínimo 22x55cm. Medidas aprox. | | | | | | |
| | | 2 | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | | | | | | |
| | | 2 | Cintas Adhesivas 9x49cm. Medidas aprox. | | | | | | |
| | | 1 | Sábana de Artroscopia, desechable, impermeable y absorbente, con mínimo 2 pasatubos o velcro, de tamaño aprox. 230x320cm, fenestración elástica de mínimo 5 cm para introducir la pierna, y bolsa integrada con espita precortada. | | | | | | |
| | | 1 | Funda estéril de videocámara con punta precortada de aprox. 13x240cm y cinta de fijación adhesiva. | | | | | | |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **096428850084272019067**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **0964288850064277909067**

| LOTES | Descripción | Descripción | SAP | Cantidades 24 meses | Importe unitario | Total sin IVA | IVA | Total con Iva | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----|---|---------------------|---|-----|--|---|--|---|--|--------|-----|--------|-----------|---------|-----------|
| 8 | Equipo de artroscopia de hombro. | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Funda de Mesa Mayo como mínimo 79x145cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Cubre mesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fijador de Tubos/Cintas Adhesivas 9x49cm salvo que esté integrado en la sábana. Medidas aprox.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sábana desechable, impermeable y absorbente con apertura en "U" c/bolsa de doble espita integrada aprox. 240x170cm , Con apertura en como mínimo de 35x10cm, (fijadores de tubos integrados en la sábana o por separado)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sábana desechable, impermeable y absorbente, con apertura en "U" como aprox. de 200x260cm, con penetración de apertura aprox. 10x60cm.</td> </tr> </table> | 1 | Funda de Mesa Mayo como mínimo 79x145cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | 1 | Cubre mesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | 2 | Fijador de Tubos/Cintas Adhesivas 9x49cm salvo que esté integrado en la sábana. Medidas aprox. | 1 | Sábana desechable, impermeable y absorbente con apertura en "U" c/bolsa de doble espita integrada aprox. 240x170cm , Con apertura en como mínimo de 35x10cm, (fijadores de tubos integrados en la sábana o por separado) | 1 | Sábana desechable, impermeable y absorbente, con apertura en "U" como aprox. de 200x260cm, con penetración de apertura aprox. 10x60cm. | 113661 | 160 | 16,70€ | 2.692,00€ | 561,12€ | 3.233,12€ |
| 1 | Funda de Mesa Mayo como mínimo 79x145cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cubre mesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fijador de Tubos/Cintas Adhesivas 9x49cm salvo que esté integrado en la sábana. Medidas aprox. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sábana desechable, impermeable y absorbente con apertura en "U" c/bolsa de doble espita integrada aprox. 240x170cm , Con apertura en como mínimo de 35x10cm, (fijadores de tubos integrados en la sábana o por separado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sábana desechable, impermeable y absorbente, con apertura en "U" como aprox. de 200x260cm, con penetración de apertura aprox. 10x60cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código de verificación: **196628850184277909067**

| LOTES | Descripción | Descripción | SAP | Cantidades 24 meses | Importe unitario | Total sin IVA | IVA | Total con Iva |
|--------------|--|---|--------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 9 | Paño adhesivo 90x75cm | Paño desechable, impermeable y absorbente adhesivo 90x75cm mínimo | 104967 | 28.000 | 0,52 € | 14.560,00 € | 3.057,60 € | 17.617,60 € |
| | Sábana adhesivo en U como mínimo 150x200 cm aprox. | Sábana en U desechable, impermeable y absorbente, como mínimo 150x200 cm, adh. Apertura mínima 7x65cm. Medidas aprox. Con refuerzo de 50x80cm aprox. | 101873 | 600 | 2,10 € | 1.260,00 € | 264,60 € | 1.524,60 € |
| | Sábana 50x60 cm aprox. Fenestrada como mínimo 4cm | Sábana desechable, impermeable y absorbente, mínimo 50x60 cm aprox. Fenestrada como mínimo 4cm y como máximo 6 cm, con adhesivo. | 101766 | 6.000 | 0,31€ | 1.860,00 € | 390,60 € | 2.250,60 € |
| | Paño cubremesas impermeable como mínimo 140x190 cm | Cubremesas de tamaño mínimo 140x190cm, impermeable y con refuerzo o superficie de absorción mínima en el área de trabajo 74x190 cm | 104966 | 100 | 1,23€ | 123,00 € | 25,83 € | 148,83 € |
| | Sábana adhesiva cubrepaciente 160x260 cm aprox. | Sábana desechable, impermeable y absorbente, adhesiva aprox. 160x260cm | 103402 | 3.000 | 2,38€ | 7.140,00€ | 1.499,40 € | 8.639,40 € |
| Total | | | | | | 24.943,00 € | 5.238,03 € | 30.181,03 € |
| 10 | Equipo para laparoscopia | 1 cubremesa, de 140x190cm aprox. | 103399 | 500 | 12,80 € | 6.400,00 € | 1.344,00 € | 7.744,00 € |
| | | 2 toallas absorbentes de 20x30cm | | | | | | |
| | | 1 cinta adhesiva de 9x50 cm | | | | | | |
| | | 1 paño adhesivo bilaminado 90x75cm | | | | | | |
| | | 1 sabana bilaminada laparocopia 255x301cm aprox, fenestración abdominal de 34x38cm aprox con película de incisión fenestrada, refuerzo de 15 x18cm aprox., penetración con rectal con solapa y perneras | | | | | | |
| | | 2 bolsas de instrumental con dos compartimentos | | | | | | |
| | | 4 soportes de velcro para tubo | | | | | | |



La veracidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0964288508477909067

| LOTES | Descripción | Descripción | SAP | Cantidades 24 meses | Importe unitario | Total sin IVA | IVA | Total con IIVA |
|--------------|---|---|--------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 11 | Bata triple barrera, desechable, estándar y estéril | Bata Universal estéril. Gramaje mínimo de 35 gramos/m2. Puño elástico que ciña sin comprimir, mínimo de 7cm aprox. Cierre en el cuello con velcro y solapada en la espalda. cinturón ajustable. Largo aproximado 150cm y anchura aproximada de 160cm. Transpirable y antiestática, costura 100% termosellada. Repelente a fluidos, bacterias y al alcohol con triple barrera (SMMMS). Resistente a la perforación desgarre y torsión. Baja emisión de partículas Con dos toallas secamanos. | 101681 | 25.000 | 2€ | 50.000,00€ | 10.500,00€ | 60.500,00 € |
| | Bata triple barrera, desechable, estándar y estéril Talla grande | Bata Universal reforzada estéril. Gramaje mínimo de 35 gramos/m2 con refuerzo de 35g/m2 mínimo. Zona reforzada al menos en pecho, abdomen y antebrazos. Puño elástico que ciña sin comprimir, mínimo de 7 cm aprox. Cierre en el cuello con velcro y solapada en la espalda. cinturón ajustable. Largo aproximado 130cm y anchura aproximada de 150cm. Transpirable y antiestática, costura 100% termosellada. Repelente a fluidos, bacterias y al alcohol con triple barrera (SMMMS). Resistente a la perforación desgarre y torsión. Baja emisión de partículas Con dos toallas secamanos. | 104499 | 25.000 | 2,30 € | 57.750,00 € | 12.075,00€ | 69.575,00 € |
| | Bata triple barrera, desechable, estándar y estéril Talla extragrande | Bata Universal reforzada estéril. Gramaje mínimo de 35 gramos/m2 con refuerzo de 35g/m2 mínimo. Zona reforzada al menos en pecho, abdomen y antebrazos. Puño elástico que ciña sin comprimir, mínimo de 7 cm aprox. Cierre en el cuello con velcro y solapada en la espalda. cinturón ajustable. Largo aproximado 150cm y anchura aproximada de 160cm. Transpirable y antiestática, costura 100% termosellada. Repelente a fluidos, bacterias y al alcohol con triple barrera (SMMMS). Resistente a la perforación desgarre y torsión. Baja emisión de partículas. Con dos toallas secamanos. | 125516 | 15.000 | 2,30 € | 34.500,00 € | 7.245,00€ | 41.745,00€ |
| Total | | | | | | 142.000,00 € | 29.820,00 € | 171.820,00 € |

| LOTES | Descripción | Descripción | SAP | Cantidades 24 meses | Importe unitario | Total sin IVA | IVA | Total con Iva |
|--------------------|---------------------------------------|---|--------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 12 | Bolsa instrumental pequeña | Bolsa de instrumental de polietileno adhesiva como mínimo de 30 cm largo x 40 cm de ancho | 125266 | 3.200 | 0,45€ | 1.440,00 € | 302,40 € | 1.742,40 € |
| | Bolsa instrumental laparoscopia | Bolsa de instrumental de polietileno adhesiva como mínimo de 43cm de largo x 30cm de ancho | 125267 | 1.500 | 1,40€ | 2.100,00 € | 441,00 € | 2.541,00 € |
| | | | | | Total | 3.540,00€ | 743,40€ | 4.283,40€ |
| TOTAL LOTES | | | | | | 297.050,00 € | 62.380,50 € | 359.430,50 € |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
 mediante el siguiente código de verificación: 0906428830084277909067

ANEXO II: AUTOBAREMO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

D./Dña , con DNI/NIE en nombre propio o en representación de la empresa
 , con NIF nº , en calidad de , en relación con el contrato
 de.....

DECLARA

Que ha presentado oferta electrónica para los siguientes lotes y cumple con todos los criterios mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas de los mencionados lotes.

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE SI/NO |
|-------|--------------------------------------|--|--------------|
| 1 | Equipo de Cesárea estéril desechable | Cinta adhesiva 9x49cm aprox. | |
| | | Manta para el bebé 90x120cm aprox. | |
| | | Sábana de campo único para Cesárea, impermeable y absorbente de tamaño mínimo de 200x300cm, ventana de incisión aproximada de 38x32cm. Film integrado que cubre toda el área de la ventana de incisión, con bolsa circundante integrada con espita precortada y pasatubos/velcro para fijación mínima 2 tubos. | |
| | | Cubremesas de mínimo 140x190cm. Impermeable o refuerzo como mínimo de 75x190cm | |
| | | Venda de gasa de mínimo 5cmx4m. | |
| | | Compresas abd. 45*45 aprox. 17hilos con contraste radiológico de color blanco, 4 pliegues. | |
| | | Bolsa plástico de aprox. 38x50cm c/adhesivo | |
| | | Cubre mango de lámpara universal | |
| | | Canula yankauer 22 ch | |
| | | Bisturí con mango nº20 | |
| | | Batas quirúrgicas reforzadas talla L (Ancho entre 130cm-150 aprox. y Largo 119-140cm aprox) | |
| | | Toallas de mano de mínimo de 30x30 cm | |
| | | Tubo de succión de PVC 30CH de 3M aprox. con conexiones F/F | |

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE SI/NO |
|-------|---|---|--------------|
| 2 | Equipo de partos estéril y desechable compuesto por los siguientes elementos | Cubremesas como mínimo 100x150cm | |
| | | Paño adhesivo aprox. 75x75cm | |
| | | Paño aprox. 75x90cm | |
| | | Manta de bebé como mínimo.90x75cm | |
| | | Perneras aprox. 75x120cm plegadas | |
| | | Paño Bajonalgas aprox. 100x130cm c/bolsa | |
| 3 | Equipo de extremidades estéril desechable, integrado por los siguientes elementos | Cinta Adhesiva o velcro de aprox. 9x49cm | |
| | | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable, con o sin refuerzo. | |
| | | Paño adhesivo aprox. 75x75cm | |
| | | Sábana de Extremidades (mano/pie) como mínimo de 200x300cm, con apertura elástica para la introducción de brazo/pierna entre 5 y 7 cm de diámetro, con refuerzo mínimo 75x120cm | |



Este documento se puede comprobar en www.madrid.org con este código seguro de verificación: 09642885008427390167



www.salud.madrid.org/csv
 0064288800084277909067

| LOTES | Descripción | componentes | CUMPLE SI/NO |
|-------|--|---|--------------|
| 4 | Equipo Universal estéril y desechable, integrado por los siguientes elementos. | Cinta adhesiva aprox. 9x49cm | |
| | | Paño adhesivo aprox 90x75cm | |
| | | Sábana Adhesiva aprox 175x175cm | |
| | | Sábana Adhesiva aprox 240x150cm | |
| | | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | |
| 5 | Equipo de RTU, estéril y desechable, integrado por los siguientes elementos. | Cinta adhesiva de 9x50 cm aprox con velcro/fijador de tubos 9x18cm, adh. Medidas aprox, salvo que esté incluido en sábana. | |
| | | Sábana de RTU como mínimo de 160/250 x180cm, con bolsa de recogida de líquidos con espita pre cortada o válvula de vaciado y con malla recolectora. Apertura supra púbica aprox. de 6cm diámetro y con fenestración en zona perineal, con dedil. (incluirá velcro/fijador en caso de no aportar cinta adhesiva) | |
| | | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | |

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE SI/NO |
|-------|--|---|--------------|
| 6 | Equipo de cirugía oftalmológica estéril, desechable, integrado por los siguientes elementos. | Film de Incisión 10x12 cm aprox. salvo que esté incluido en la sábana principal | |
| | | Sábana desechable, impermeable y absorbente, para oftalmología, con 2 bolsas laterales, con un mínimo de 150x175cm adh, apertura de campo quirúrgico aprox. 4x6cm (con film de incisión si no está incluido en la sábana de 10x12 aprox.) | |
| 7 | Equipo de artroscopia de rodilla, estéril, desechable, integrado por los siguientes elementos. | Cubremesas como mínimo 140x150cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | |
| | | Funda de Mesa Mayo como mínimo 79x145cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | |
| | | Stockinette de mínimo 22x55cm. Medidas aprox. | |
| | | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | |
| | | Cintas Adhesivas 9x49cm. Medidas aprox. | |
| | | Sábana de Artroscopia, desechable, impermeable y absorbente, con mínimo 2 pasatubos o velcro, de tamaño aprox. 230x320cm, fenestración elástica de mínimo 5 cm para introducir la pierna, y bolsa integrada con espita precortada. | |

| LOTES | Descripción | componentes | CUMPLE SI/NO |
|-------|---|--|--------------|
| 8 | Equipo de artroscopia de hombro, estéril, desechable, integrado por los siguientes elementos. | Funda de Mesa Mayo como mínimo 79x145cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | |
| | | Cubremesas de tamaño mínimo de 140x190cm, impermeable y con superficie de absorción en el área de trabajo. | |
| | | Fijador de Tubos/Cintas Adhesivas 9x49cm salvo que esté integrado en la sábana. Medidas aprox. | |
| | | Sábana desechable, impermeable y absorbente con apertura en "U" c/bolsa de doble espita integrada aprox. 240x170cm , Con apertura en como mínimo de 35x10cm, (fijadores de tubos integrados en la sábana o por separado) | |
| | | Sábana desechable, impermeable y absorbente, con apertura en "U" como aprox. de 200x260cm, con penetración de apertura aprox. 10x60cm. | |



| LOTES | Descripción | componentes | CUMPLE SI/NO |
|-------|---|--|--------------|
| 9 | Sábanas y paños estériles y desechables | Paño desechable impermeable y absorbente adhesivo 90x70cm mínimo | |
| | | Sábana en U desechable, impermeable y absorbente, como mínimo 125x150 cm, adh. Apertura mínima 6x45cm. Medidas aprox. Con refuerzo de 50x80cm aprox. | |
| | | Sábana desechable, impermeable y absorbente, mínimo 45x45cm aprox. Fenestrada como mínimo 3cm y como máximo 6 cm, con adhesivo. | |
| | | Cubremesas de tamaño mínimo 150x200cm, impermeable con refuerzo o superficie de absorción mínima en el área de trabajo 75x200 | |
| | | Sábana desechable, impermeable y absorbente, adhesiva aprox. 150x240cm | |

La autenticidad del documento se puede comprobar accediendo a <https://sede.cajamadrid.es/portal/seguridad-del-sigilo>

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE SI/NO |
|-------|---------------------|--|--------------|
| 10 | Equipo laparoscopia | cubremesa de 140x190cm aprox | |
| | | toallas absorbentes de 20x30cm | |
| | | cinta adhesiva de 9x50 cm | |
| | | pañó adhesivo bilaminado 90x75cm | |
| | | sabana bilaminada laparocopia 255x301cm aprox, fenestración abdominal de 34x38cm aprox con película de incisión fenestrada, refuerzo de 15 x18cm aprox., penetración con rectal con solapa, perneras | |
| | | bolsas de instrumental con dos compartimentos | |
| | | soportes de velcro para tubo | |

| LOTES | Descripción | componentes | CUMPLE SI/NO |
|-------|--------------------|--|--------------|
| 12 | Bolsa instrumental | Bolsa de instrumental de polietileno adhesiva como mínimo de 30 cm largo x 40 cm de ancho | |
| | | Bolsa de instrumental de polietileno adhesiva como mínimo de 43cm de largo x 30cm de ancho | |

FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR

| LOTES | Descripción | Componentes | CUMPLE SI/NO |
|-------|---|---|--------------|
| 11 | Bata triple barrera, desechable estándar y estéril | Bata Universitaria Estándar. Gramaje mínimo de 35 gramos/m2. Puño elástico que ciña sin comprimir, mínimo de 7 cm aprox. Cierre en el cuello con velcro y solapada en la espalda. cinturón ajustable. Largo aproximado 150cm y anchura aproximada de 160cm. Transpirable y antiestática, costura 100% termosellada. Repelente a fluidos, bacterias y al alcohol con triple barrera (SMMMMS). Resistente a la perforación desgarrar y torsión. Baja emisión de partículas. Con dos toallas secamanos. | |
| | Bata triple barrera, desechable, estándar y estéril TALLA GRANDE | Bata Universitaria reforzada. Gramaje mínimo de 35 gramos/m2 con refuerzo de 35g/m2 mínimo. Zona reforzada al menos en pecho, abdomen y antebrazos. Puño elástico que ciña sin comprimir, mínimo de 7 cm aprox. Cierre en el cuello con velcro y solapada en la espalda. cinturón ajustable. Largo aproximado 130cm y anchura aproximada de 150cm. Transpirable y antiestática, costura 100% termosellada. Repelente a fluidos, bacterias y al alcohol con triple barrera (SMMMMS). Resistente a la perforación desgarrar y torsión. Baja emisión de partículas. Con dos toallas secamanos. | |
| | Bata triple barrera, desechable, estándar y estéril TALLA EXTRAGRANDE | Bata quirúrgica reforzada. Gramaje mínimo de 35 gramos/m2 con refuerzo de 35g/m2 mínimo. Zona reforzada al menos en pecho, abdomen y antebrazos. Puño elástico que ciña sin comprimir, mínimo de 7 cm aprox. Cierre en el cuello con velcro y solapada en la espalda. cinturón ajustable. Largo aproximado 150cm y anchura aproximada de 160cm. Transpirable y antiestática, costura 100% termosellada. Repelente a fluidos, bacterias y al alcohol con triple barrera (SMMMMS). Resistente a la perforación desgarrar y torsión. Baja emisión de partículas. Con dos toallas secamanos | |

*Los licitadores que, tras valorar las fichas técnicas, no cumplan con los criterios técnicos mínimos exigidos, no pasaran a la fase de valoración.

ANEXO III AUTOBAREMO VALORABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

D./Dña, con DNI/NIE en nombre propio o en representación de la empresa....., con NIF nº, en calidad de, en relación con el contrato de.....

DECLARA

Que cumple con los siguientes criterios de adjudicación:

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN | |
|----------------------|--|-------------|------------|--|
| 1. MÁXIMO 30 PUNTOS | Dispone de stick de desinfección | | | |
| | SI | 5 | | |
| | NO | 0 | | |
| | Número de capas extra en la sábana para cesárea | | | |
| | 3 capas o más + refuerzo | 15 | | |
| | 2 capas + refuerzo | 7,5 | | |
| | 2 capas sin refuerzo | 0 | | |
| | Nº de tubos que pueden fijarse en la sábana principal | | | |
| | Más de 4 tubos | 5 | | |
| | Entre 3-4 tubos | 2,5 | | |
| | ≤2 tubos | 0 | | |
| | Resistencia a penetración de agua | | | |
| | Entre 175-200 cm h2o | 5 | | |
| Entre 150-174cm h2o | 3 | | | |
| Entre 100-149 cm h2o | 2 | | | |
| Fuera de rango | 0 | | | |
| 2. MÁXIMO 30 PUNTOS | El Paño bajonalgas presenta espiga drenado | | | |
| | SI | 30 | | |
| | NO | 0 | | |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN | |
|----------------------|--|-------------|------------|--|
| 3. MÁXIMO 30 PUNTOS | Superficie zona reforzada de la sábana | | | |
| | Entre 75x130 y 75x140 | 15 | | |
| | Entre 75x130 y 75x121 | 7 | | |
| | Entre 75x120 y 75x120 | 0 | | |
| | Superficie zona reforzada del cubremesa | | | |
| | Entre 75x180 y 75x190 | 15 | | |
| | Entre 75x180 y 75x151 | 7 | | |
| | Entre 75x180 y ≤75x150 | 0 | | |
| 4. MÁXIMO 30 PUNTOS | Número de capas de las 2 sábanas | | | |
| | 3 capas o más y refuerzo: | 7,5 | | |
| | 2 capas y refuerzo | 5 | | |
| | 2 capas y sin refuerzo | 0 | | |
| | Nº de paños/sábana/cubremesas extra al mínimo establecido | | | |
| | Más de 2 elementos | 15 | | |
| | Entre 1 y 2 elementos | 7,5 | | |
| | No aporta | 0 | | |
| | Resistencia a penetración de agua del cubremesa | | | |
| | Entre 175-200 cm h2o | 7,5 | | |
| Entre 150-174 cm h2o | 5 | | | |
| Entre 100-149cm h2o | 2,5 | | | |
| Fuera de rango | 0 | | | |



La información contenida en este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
 mediante el siguiente código de verificación: 09642885008627790477

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN | |
|----------------------------|--|-------------|------------|--|
| 5. MÁXIMO 30 PUNTOS | Nº de batas reforzadas extras al mínimo establecido | | | |
| | Aporta 2 batas extra | 15 | | |
| | Aporta 1 bata extra | 7,5 | | |
| | No aporta | 0 | | |
| | Medida de la sábana | | | |
| | Si superior a 240/150x175 | 15 | | |
| Si igual a 240/150x175 | 0 | | | |
| 6. MÁXIMO 30 PUNTOS | ¿Aporta sábana extra al mínimo establecido? | | | |
| | SI | 10 | | |
| | NO | 0 | | |
| | Medida de largo de la sábana | | | |
| | > 190 | 15 | | |
| | Entre 176 y 190 | 10 | | |
| | 176 | 0 | | |
| | Localización del film de incisión | | | |
| Independiente de la sábana | 5 | | | |
| Añadido a la sábana | 0 | | | |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN | |
|---------------------------|--|-------------|------------|--|
| 7. MÁXIMO 30 PUNTOS | Nº de batas reforzadas extra que aporta | | | |
| | 2 batas extra | 15 | | |
| | 1 bata extra | 7,5 | | |
| | 0 | 0 | | |
| | Apertura fenestración de la sábana | | | |
| | De 5-7 cm | 10 | | |
| >7cm | 0 | | | |
| 7. MÁXIMO 30 PUNTOS | Nº de tubos que pueden fijarse en la sábana principal | | | |
| | Más de 4 tubos | 5 | | |
| | entre 3-4 tubos | 2,5 | | |
| | ≤2 tubos | 0 | | |
| 8. MÁXIMO 30 PUNTOS | Nº de batas reforzadas que aporta extra | | | |
| | Aporta 2 batas extra | 15 | | |
| | Aporta 1 bata extra | 7,5 | | |
| | No aporta | 0 | | |
| | Las sábanas en "U" presentan adhesivo en: | | | |
| | Las dos sábanas | 15 | | |
| | Solamente una | 10 | | |
| Ninguna | 0 | | | |



La autenticidad de este documento puede comprobarse en www.madrid.es/verificadordocumentos mediante el código de verificación 0964288500847409167

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN |
|------------------------|---|-------------|------------|
| 9.MÁXIMO 30 PUNTOS | Número de capas en todos los elementos de lote | | |
| | 3 capas o más y con refuerzo | 15 | |
| | 2 capas y con refuerzo | 7,5 | |
| | 2 capas sin refuerzo | 0 | |
| | Resistencia a penetración de agua en todos los elementos de lote | | |
| | Entre 175-200 cm h2o | 15 | |
| | Entre 150-174cm h2o | 5 | |
| | Entre 100-149 cm h2o | 2,5 | |
| Fuera de rango | 0 | | |
| 10.MÁXIMO 30 PUNTOS | Número de capas de la sábana | | |
| | 3 capas o más y con refuerzo | 15 | |
| | 2 capas y con refuerzo | 7,5 | |
| | 2 capas sin refuerzo | 0 | |
| | Nº de tubos que pueden fijarse en la sábana | | |
| | Para más de 6 tubos | 5 | |
| | Entre 4-6 tubos | 2,5 | |
| | Para menos de 4 tubos | 0 | |
| | Resistencia a penetración de agua | | |
| | Entre 175-200 cm h2o | 5 | |
| Entre 150-174 cm h2o | 3 | | |
| Entre 100-149 cm h2o | 2 | | |
| Fuera de rango | 0 | | |

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTUACIÓN |
|--|--|-------------|------------|
| 11. ORDEN 1.MÁXIMO 30 PUNTOS | Sellado | | |
| | 100% Termosellada en su totalidad | 10 | |
| | 100% Termosellada en zona crítica | 5 | |
| | Gramaje | | |
| | > 50 gr/m2 | 10 | |
| | Entre 40-50 gr/m2 | 7 | |
| | Entre 36-39 | 5 | |
| | Resistencia a penetración de agua | | |
| | Entre 145-55 cm h2o | 10 | |
| | Entre 140-44 cm h2o | 7 | |
| Entre 135-39 cm h2o | 5 | | |
| Fuera de rango | 0 | | |
| 11. ORDEN 2 Y 3 MÁXIMO 30 PUNTOS | Sellado | | |
| | 100% Termosellada en su totalidad | 10 | |
| | 100% Termosellada en zona crítica | 5 | |
| | Gramaje | | |
| | > 35 gr/m2 | 5 | |
| | Entre 42-50 gr/m2 | 2 | |
| | Resistencia a penetración de agua | | |
| | Entre 175-200 cm h2o | 10 | |
| | Entre 150-174 cm h2o | 7 | |
| | Entre 100-149 cm h2o | 5 | |
| Fuera de rango | 0 | | |
| ¿El área de refuerzo de la parte delantera es mayor de la zona crítica? | | | |
| SI | 5 | | |
| NO | 0 | | |



La información de este documento se puede consultar en www.madrid.es/procadpags/csv
 mediante el código de verificación: 09642885004277909067



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **096428885084277909067**

| LOTE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN | PUNTAJE |
|-----------------------------------|--|-------------|---------|
| 12.ORDEN1. MÁXIMO 30 PUNTOS | Resistencia del adhesivo a número de instrumentos quirúrgicos | | |
| | Soporta más de 3 portaagujas de 15 cm | 15 | |
| | Soporta entre 1 y 3 portaagujas de 15 cm | 7 | |
| | Presencia de compartimentos en la bolsa | | |
| | 3 o más compartimentos | 15 | |
| | 1-2 compartimentos | 7 | |
| 12.ORDEN2. MÁXIMO 30 PUNTOS | 0 compartimentos | 0 | |
| | Resistencia del adhesivo a número de instrumentos quirúrgicos | | |
| | Soporta más de 3 portaagujas de 15 cm | 10 | |
| | Soporta entre 1 y 3 portaagujas de 15 cm | 5 | |
| | Presencia de compartimentos en la bolsa | | |
| | 3 o más compartimentos | 10 | |
| | 1-2 compartimentos | 5 | |
| | 0 compartimentos | 0 | |
| | Largo de la bolsa de laparoscopia | | |
| Mayor de 45 cm | 10 | | |
| Entre 44 y 45 cm | 5 | | |

La información indicada quedara condicionada en todos los lotes, a su comprobación o verificación en la documentación aportada.

FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR