

INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMULAS, AQUELLOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS MINIMAS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE **UN ECÓGRAFO PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE:**

**EXPEDIENTE: GCASU2300054**

1º Revisada la documentación técnica relativa a los criterios objetivos de adjudicación presentada por el único licitador PALEX MEDICAL S.A NIF: A58710740, se comprueba que los datos son acordes y suficientes con las prescripciones técnicas del PCAP y cumple con los criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas y aquellos que dependen de un juicio de valor.

La valoración de los diferentes criterios se refleja en las siguientes tablas:

<b>Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas</b>	<b>Hasta 35 puntos</b>	<b>Baremo</b>
Teclado y controles en panel de cristal configurable, de fácil limpieza y desinfección	2,5	2,5
Botón inteligente para selección del transductor y congelar/descongelar imagen.	2,5	2,5
Opción de trabajar con imágenes en forma de cubo en 3D	5	5
Transductores completamente sumergibles y esterilizables.	10	10
Que el transductor ofrezca posibilidad de un tercer plano Endfire	15	15

<b>Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor</b>	<b>Hasta 15 puntos</b>	<b>Baremo</b>
Ergonomía y facilidad de uso	5	Si, 2,5 puntos
Calidad de imagen del monitor	10	Si, 10 puntos

2º Revisada la documentación técnica presentada, relativa al cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas del Pliego de prescripciones técnicas, se comprueba que cumple con todas las prescripciones técnicas solicitadas.

Fdo. Francisco Javier Madrid García  
Jefe de Sección de Urología  
Hospital Universitario del Sureste