

DE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
A: PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ASUNTO: PUBLICACIÓN CORRECCIÓN DE ERRORES AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, DEL EXPEDIENTE GCASU 20230054 PARA EL SUMINISTRO DE UN ECÓGRAFO PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Habiéndose observado error en el pliego del expediente arriba indicado, publicado en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid el día 22 de marzo de 2023, pasamos a pormenorizar la subsanación:

ACLARACIONES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

- En el punto 2.1 del PPT, página 2:

Donde dice:

Mínimo 8 puertos USB

Debe decir:

Con aproximadamente, 8 puertos USB

Lo que trasladamos para los efectos oportunos.

En Arganda del sur, a 28 de marzo de 2023

Fdo.: Paloma Casado Duráñez
Directora Gerente
Hospital Universitario del Sureste

