 SaludMadrid Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

EXPEDIENTE: 2023000001

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de SISTEMA PARA ESTIMULACIÓN DE BARORRECEPTORES CAROTIDEOS, para cubrir las necesidades del Hospital.

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	ARTÍCULO
1	1	314133	SISTEMA PARA ESTIMULACION DE BARORRECEPTORES CAROTIDEOS El sistema se compone de: <ul style="list-style-type: none"> • Generador de impulsos programable: <ul style="list-style-type: none"> - En amplitud frecuencia - Posibilidad de programación diferente en tres bandas horarias • Electrodo de Seno Carotideo: <ul style="list-style-type: none"> - Con puntos de fijación. • Sistema de implantación del electrodo


ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
5. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.

Fdo. Dr. Zamorano Gómez José Luis
JEFE SERVICIO CARDIOLOGIA

3/01/2023

Fdo. Dr. Fernando Roldán Moll
SUBDIRECTOR AREA MEDICA
SUBDIRECCIÓN MÉDICA


 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SaludMadrid</p>	<p>SERVICIO DE SUMINISTROS</p>	<p>SUMC</p>	<p>ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 25</p>
--	---------------------------------------	--------------------	---	-----------------

P.A. 20230000001

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	314133	SISTEMA PARA ESTIMULACION DE BARORRECEPTORES CAROTIDEOS	UNIDAD	10	16.349,00	163.490,00	10,00	16.349,00	179.839,00

TOTAL	179.839,00
-------	------------

DIRECTOR MÉDICO
SERVICIOS MÉDICOS



FERNANDO ROLDÁN MOLÍ