

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

EXPEDIENTE:	GCASU2300008
OBJETO:	SUMINISTRO DE VENDAS, GASAS Y COMPRESAS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 10 de mayo de 2023, la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

Nombre/Razón social	NIF
BATIST MEDICAL ESPANHA, S.L.	B70405923
KRAPE, S.A.	A28329704
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	A45063583
TEGOSA MEDICA SL	B66827163

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

Licitador NIF	Nombre/Razón social
B83720029	ALBINO DIAS ANDRADE S.L.
A28906394	ARIAS Y ARIAS, S.A.
A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
B61566006	BASTOS MEDICAL, S.L.
B70405923	BATIST MEDICAL ESPANHA S.L
B96497540	CALVO IZQUIERDO S.L.
B28451383	ESSITY SPAIN S.L.
A60211653	FARMABAN, S.A.
A25017666	GASPUNT, S.A.
B08438731	IZASA HOSPITAL S.L.U.
B28931202	JUVAZQUEZ, S.L.
A28329704	KRAPE, S.A.
A45002516	LABORATORIO INDAS, S.A.
B08707010	ORTOPEDIA Y CIRUGIA, S.L.
A45063583	PRODUCTOS FAVESAN, S.A.
B66827163	TEGOSA MEDICA SL
A08564502	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.

Seguidamente se procede a la valoración técnica de cumplimiento de PPT:

Lote 1: Vendas de acolchado

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
ARIAS Y ARIAS, S.A.	SI		
IZASA HOSPITAL, S.L.U.		NO	La venda no soporta un alargamiento comprendido entre el 90% y el 200% ya que parte antes.
LABORATORIO INDAS, S.A.		NO	La venda no soporta un alargamiento comprendido entre el 90% y el 200% ya que parte antes.
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.		NO	Se solicita 100% de fibras naturales y se oferta 100% poliester.
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		NO	Se solicita hidrófila y se oferta hidrófoba. Se solicita 100% de fibras naturales y se oferta 100% poliester.

Lote 2: Vendas elásticas de crepé

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.		NO	Se solicita que pese al menos 85 grs/m2 y pesa 68. No tiene bordes orillados por lo que se deshila.
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	SI		
CALVO IZQUIERDO, S.L.	SI		
FARMABAN, S.A.		NO	Se solicita que pese al menos 85 grs/m2 y pesa 84. La venda no alcanza los 10 mts. En su máxima elongación.
GASPUNT, S.A.	SI		
IZASA HOSPITAL, S.L.U.		NO	Se solicita elasticidad de al menos 180% y presenta del 100 al 130%. Se solicita de 85g/m2 y se presenta de 84 grs/m2
JUVAZQUEZ, S.L.		NO	Se solicita elasticidad de al menos el 180% y oferta el 135%
LABORATORIO INDAS, S.A.		NO	Se solicita elasticidad de al menos el 180% y oferta el 120%
ORTOPEDIA Y CIRUGIA, S.L.	SI		
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	SI		
TEGOSA MEDICA, S.L.		NO	Se solicita que pese al menos 85 grs/m2 y pesa 83. No tiene bodes orillados por lo que se deshila.
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		NO	La venda esta deshila en su comienzo y se solicita con bordes orillados para el evitar el deshila.

Lote 3: Vendas de yeso

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
CALVO IZQUIERDO, S.L.		NO	Se solicita que el envase sea transparente y es opaco.
ESSITY SPAIN, S.L.	SI		

Lote 4: Gasas estériles

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.		NO	Todas las muestras se presentan deshila y con hilos sueltos
BATIST MEDICAL ESPANHA, S.L.		NO	Se solicita que no esté esterilizado con óxido de etileno y lo presenta esterilizado por óxido de etileno.
GASPUNT, S.A.	SI		
TEGOSA MEDICA, S.L.	SI		
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	SI		

Lote 5: Apósitos de tejido sin tejer

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.	SI		
BATIST MEDICAL ESPANHA, S.L.		NO	Presenta producto esterilizado por óxido de etileno y se solicita que no lo esté.
GASPUNT, S.A.	SI		
KRAPE, S.A.		NO	Presenta producto esterilizado por óxido de etileno y se solicita que no lo esté.
ORTOPEDIA Y CIRUGIA, S.L.		NO	Presenta producto esterilizado por óxido de etileno y se solicita que no lo esté.
TEGOSA MEDICA, S.L.	SI		
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	SI		

Lote 6: Compresas estériles

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.	SI		
GASPUNT, S.A.	SI		
LABORATORIO INDAS, S.A.		NO	En el orden 19, Presenta plegado de 11x7 cms y se solicita de 11x22 cms.
ORTOPEDIA Y CIRUGIA, S.L.		NO	Se solicita cosido al centro longitudinal y transversal y presenta cosido circular.
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	SI		
TEGOSA MEDICA, S.L.	SI		
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	SI		

Lote 7: Compresas no estériles

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.	SI		
BASTOS MEDICAL, S.L.		NO	Se solicita 40x40 cms. Y presenta de 20x40 cm.
BATIST MEDICAL ESPANHA, S.L.		NO	Se solicita 40x40 cms. Y presenta de 20x40 cm.
GASPUNT, S.A.		NO	Presenta envase de 25 uds y se solicita de 100 uds.
TEGOSA MEDICA, S.L.	SI		
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	SI		

Quedando excluidos del procedimiento los licitadores para los lotes presentados que no cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 10 de mayo, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

F mado d g almen e po TORCAL OCHOA JOSÉ ALBERTO
Fecha 2023 05 12 12 18

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.