



EXPEDIENTE: 2023000027

OBJETO DEL CONTRATO


El presente contrato tiene por objeto el suministro de CATÉTERES GUÍAS, para cubrir las necesidades del Servicio Cardiología – Unidad de Hemodinamia Adultos del Hospital Ramón y Cajal.

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	CATETER GUÍA FLEXIBLE Y ALTO SOPORTE <ul style="list-style-type: none">- Catéter guía para cardiología intervencionista de 5F (diámetro interno de 0.058"), 6F (0.071"), 7F (0.081") y 8F (0.090").- Material del cuerpo externo de Nylon Vest-Tech reforzada con malla metálica plana de acero inoxidable encapsulada, con material para el segmento distal de Pebax y longitud de segmento distal de 2 cm.- Banda marcadora radiopaca a 3 cm de la punta distal en 5 F y 6 F y a 4 cm de la punta en 7 F y 8F.- Curvas básicas: Judkin izquierda estándar y corta, Amplatz izquierda estándar y corta, Ebu soporte adicional, Judkin derecha estándar y corta, Amplatz derecha estándar y corta.
2	2	EXTENSOR CATÉTER GUÍA <ul style="list-style-type: none">- Extensor catéter guía de 5 hasta 8F. Recubrimiento hidrofílico, capa trenzada de acero inoxidable, segmento de intercambio rápido de 35 cm y diseño con orificios laterales. Longitud total 150 cm.

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso y, aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
5. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. El cumplimiento de todos estos extremos debe justificarse en el sobre 2.

Fdo. Dr. J.L. Zamorano Gómez
Jefe de Servicio de Cardiología

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
--	--	----------

P.A. 2023000027

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	CATETER GUÍA FLEXIBLE Y ALTO SOPORTE	UNIDAD	1.100	60,00	66.000,00	21	13.860,00	79.860,00
2	2	EXTENSOR CATÉTER GUÍA	UNIDAD	45	325,00	14.625,00	21	3.071,25	17.696,25

IMPORTE TOTAL:	80.625,00		16.931,25	97.556,25
-----------------------	------------------	--	------------------	------------------