

Servicio de RRMM

Asunto: Informe adecuación al pliego de prescripciones técnicas del A/SUM-008954/2023 suministro de sensores de pulsioximetría desechables, del pulsioxímetro Ref Max-N-I de Medtronic.

Tras revisar las muestras y la documentación presentada por Medtronic en relación al sensor de pulsioximetría con REF MAX-N-I, se concluye que se cumplen las características solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente A/SUM-008954/2023 suministro de sensores de pulsioximetría desechables.

Así mismo, con la revisión de la documentación presentada, se establecen los criterios de valoración con la puntuación correspondiente a dicho producto. La puntuación es de 20 puntos sobre 30.

Lote 1. SENSOR DE PULSIOXIMETRÍA. MEDTRONIC. REF MAX-N-I	
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTOS
Disponer de un sistema de gestión ambiental (EMAS o ISSO 14001) certificado por una entidad acreditada.	0 a 10 puntos
SÍ	10
Si permite su uso durante la desfibrilación	0 a 5 puntos
NO ESPECIFICA	0
Si contiene chip de memoria con curva de calibración digital.	0 a 5 puntos
SÍ	5
Si oferta envase individual estéril	0 a 5 puntos
SÍ	5
Removilidad y grado de adhesividad: Se valorará la removilidad superior a 9 veces.	0 a 5 puntos
NO ESPECIFICA NÚMERO DE VECES	0
TOTAL PUNTOS	20

Aranjuez a 13 de abril de 2023



 Hospital Universitario
del Tajo
Comunidad de Madrid
 José Antonio Sepúlveda Armendáriz
 Supervisor Análisis y
 Recursos Materiales

Fdo. José A. Sepúlveda Armendáriz