



**EXPEDIENTE: 2023-0-14**

Material: REACTIVOS PARA DETECCIÓN Y TIPADO AUTOMÁTICO DEL VIRUS PAPILOMA HUMANO (HPV) PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	<b>SOLUCIÓN COMPLETA AUTOMATIZADA PARA LA DETECCIÓN DE HPV EN CITOLOGÍA LÍQUIDA</b>  <b>TOTAL PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</b>  1. Reactivos detectables por radiofrecuencia ..... <b>25 PUNTOS</b>  2. Obtención de la información de los genotipos 16 y 18, de manera individualizada, en un único paso y en el menor tiempo* ..... <b>5 PUNTOS</b> (*Se valorará de manera proporcional)	<b>ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</b>  1. Si Dispone..... <b>25 Puntos</b>  2. 2 h 45 minutos ..... <b>5 Puntos</b>	
2	<b>SOLUCIÓN PARA LA DETECCIÓN Y GENOTIPADO DE HPV EN BIOPSIAS DE TEJIDO PARAFINADO</b>  <b>TOTAL PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</b>  1. Detección de más de 30 genotipos de HPV individualmente, mediante técnica de PCR e hibridación automatizada a partir de una única mix, con sistema de captura de imágenes integrado ..... <b>10 PUNTOS</b>  2. Si los resultados de cada genotipo se presentan por duplicado ..... <b>10 PUNTOS</b>  3. Tratamiento directo de las muestras, sin necesidad de la extracción previa del ADN de las mismas . <b>5 PUNTOS</b>  4. Si el sistema de genotipado individualizado incluye una sonda universal de HPV ..... <b>5 PUNTOS</b>	<b>VITRO, S.A.....TOTAL PUNTOS: 30</b>  1. 35 genotipos..... <b>10 Puntos</b>  2. Si cumple..... <b>10 Puntos</b>  3. Si cumple..... <b>5 Puntos</b>  4. Si Dispone..... <b>5 Puntos</b>	

Madrid, a 11 de mayo de 2023

**JEFE DE SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA**  
Fdo.: José Luis Rodríguez Peralto