

EXPEDIENTE: 2022-0-134

Material: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE DENSITOMETRIA OSEA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	EQUIPO DE DENSITOMETRIA OSEA	EMSOR, S.L.....TOTAL PUNTOS: 29,50	RADIOLOGIA, S.A.
	TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS		
	➤ Mayor número de detectores (>16)5 Puntos	➤ 64 detectores.....5 puntos	Se solicita (Apartado 2.3): "Análisis del estado de la trabécula ósea (TBS) con licencia permanente".
	➤ Menor altura de la mesa (<72 cm)5 Puntos	➤ Altura 71 cm.....4,50 puntos	Se oferta una herramienta de "Análisis de hueso trabecular y cortical. Densitometría 3D" que no es el software TBS solicitado.
	➤ Mayor capacidad de carga de la mesa (>155)5 Puntos	➤ Capacidad mesa 227 Kg.....5 puntos	
	➤ Camilla desplazable lateralmente5 Puntos	➤ Desplazamiento lateral.....5 puntos	
	➤ Escaneo de antebrazo en decúbito5 Puntos	➤ Escaneo antebrazo en decúbito.....5 puntos	
	➤ Mayor amplitud camilla-arco (>50 cm)5 Puntos	➤ Amplitud camilla-arco 61 cm.....5 puntos	
		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.....TOTAL PUNTOS: 13,50	
		➤ 16 detectores.....0 puntos	
		➤ Altura 64 cm.....5 puntos	
		➤ Capacidad mesa 159 Kg.....3,50 puntos	
		➤ No desplazamiento lateral.....0 puntos	
		➤ Escaneo antebrazo en decúbito.....5 puntos	
		➤ Amplitud camilla-arco 50 cm.....0 puntos	

Madrid, a 12 de abril de 2023


Fdo.: Dr. Albillos Merino
JEFE Sº DE RADIODIAGNOSTICO