

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.

EXPEDIENTE: 2023-0-016 (A/SUM-009778/2023)



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA “ADQUISICIÓN DE ENDOCLIPS, BALÓN EXTRACCIÓN CÁLCULOS BILIARES Y AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (3 LOTES).

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS ADQUISICIÓN DE ENDOCLIPS, BALÓN EXTRACCIÓN CÁLCULOS BILIARES Y AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL. 1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA “ADQUISICIÓN DE ENDOCLIPS ENDOSCOPIA, BALÓN EXTRACCIÓN CÁLCULOS BILIARES Y AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (3 LOTES).

PRIMERA. -DEFINICIÓN DEL OBJETO

El presente pliego contiene las prescripciones técnicas que, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, han de regir la contratación y ejecución del contrato administrativo cuyo objeto es la adquisición de endoclips, balón extracción cálculos biliares y aguja de punción transbronquial para el Hospital Universitario Infanta Leonor (HUIL).

División en Lotes: SI.

Número y denominación de los Lotes: 3.

LOTE	NEXUS	DESCRIPCIÓN
1	107770	ENDOCLIP ENDOSCOPIA
2	120894	BALÓN EXTRACCIÓN CÁLCULOS BILIARES 3 VÍAS X 190CM
3	122100	AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO DE 22G

Las cuantías y precios unitarios se desglosan en el ANEXO I.

SEGUNDA. -PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Los productos descritos en el presente pliego deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas:

LOTE 1: ENDOCLIP ENDOSCOPIA (107770)

Endoclip hemostático y de cierre para el tratamiento de lesiones sangrantes y realización de polipectomía endoscópica con las siguientes características:

- Dispositivo de aplicación de hemoclip precargado y radiopaco para hemostasia, con mango ergonómico.
- Compatible para gastroscopia y colonoscopia.
- Indicación para uso en duodenoscopia.
- Indicación para fijación de prótesis esofágicas y cierre perforaciones menores de 2 cm.
- Longitud mínima 230 cm.
- Aptos para canal de trabajo de 2,8mm.
- Función de apertura controlada y ajustable y palas independientes al cierre.
- Posibilidad de apertura entre palas a partir de 15 mm con dientes de agarre en la punta y apertura regulable a tamaños más pequeños.
- Compatible con RMN.
- Desechable. Estéril.

LOTE 2: BALONES EXTRACCIÓN CÁLCULOS BILIARES 3 VIAS X 190CM (120894).

Balón para la extracción de cálculos biliares en CPRE con las siguientes características:

- Catéter balón de tamaños entre 8.5 y 20 mm para extracción de cálculos en vías biliares.
- De 3 vías, con inyección de contraste por debajo o por encima del balón.
- Doble marca radiopaca para localizar el balón.
- Marcas de referencia externas indicativas de la profundidad de introducción del catéter.
- Vaina transparente para facilitar la visión de la guía.
- Uso para guía larga y corta.
- Longitud total mínima de 190 cm aproximadamente.
- Para canal de trabajo de 2,8 mm.

LOTE 3: AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO, DE 22G (122100).

Aguja para EBUS con punción aspiración con las siguientes características:

- Compatible con ecobroncospio propiedad del Hospital.
- Aguja con bisel afilado que permita una excelente punción incluso en lesiones duras, lo que ayuda a aumentar la seguridad del paciente. Punta con marcas ecogénicas de máxima ecogenicidad.

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS ADQUISICIÓN DE ³ ENDOCLIPS, BALÓN EXTRACCIÓN CÁLCULOS BILIARES Y AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL.

- Mango ergonómico.
- Equipadas con jeringa de vacío ajustable, admitiéndose entre 5 y 30cc.
- Aguja 22G x 50mm (±10mm)
- Longitud de trabajo máxima 680-730mm aproximadamente.
- Para canal de trabajo mínimo de 1,8mm.
- Estéril, de un solo uso.
- Libre de Látex.

TERCERA. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS NÚMEROS DE ORDEN:

- Tendrán que cumplir con la legislación española y comunitaria vigente. Siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.
- Los productos tendrán su correspondiente Marcado CE, Declaración de Conformidad y la certificación del Organismo Notificador, si procede, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios.
- Todas las medidas se entenderán aproximadas, aceptándose variaciones que no impidan a los instrumentos cumplir con la función a la que están destinados.

Madrid, a día de la fecha
POR LA ADMINISTRACIÓN,
LA DIRECTORA GERENTE.

Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2023.03.21 09:10

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

ANEXO I. PRECIOS UNITARIOS

LOTE	NEXUS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
1	107770	ENDOCLIP ENDOCIRUGÍA	330	82,00	27.060,00	21	5.682,60	32.742,60
TOTAL LOTE 1					27.060,00		5.682,60	32.742,60
2	120894	BALÓN EXTRACCIÓN CÁLCULOS BILIARES 3 VIAS X 190CM	200	143,00	28.600,00	21	6.006,00	34.606,00
TOTAL LOTE 2					28.600,00		6.006,00	34.606,00
3	122100	AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS PARA USO CON ECOBRONCSCOPIO DE 22G	100	263,00	26.300,00	21	5.523,00	31.823,00
TOTAL LOTE 3					26.300,00		5.523,00	31.823,00
TOTALES					81.960,00		17.211,60	99.171,60

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS ADQUISICIÓN DE ENDOCLIPS, BALÓN EXTRACCIÓN CÁLCULOS BILIARES Y AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL.

5