

EXPEDIENTE: 2023-0-9

Material: SUMINISTRO DE FILTROS, PINZAS Y BOQUILLAS PARA FUNCIÓN PULMONAR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1 (Orden 1)	<p>PINZA OCLUSION NASAL PRUEBAS FUNCION PULMONAR</p> <p>TOTAL PUNTOSHASTA 30 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Capacidad de oclusión nasal.....Hasta 25 puntos <ul style="list-style-type: none"> • Oclusión insuficiente (fuga de aire por nariz o caída de la pinza durante alguna maniobra).....0 puntos • Oclusión excesiva (eritema nasal en 2 de cada 3 sujetos)0 puntos • Capacidad de oclusión que mantenga las narinas cerradas tras abrir y cerrar la pinza más de 20 veces (*).....Hasta 25 puntos (*se valorará de manera proporcional) ❖ Bordes redondeados.....5 puntos 	<p>AB MEDICA GROUP, S.A.....TOTAL 30 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Oclusión nasal 25 veces..... 25 puntos ❖ Bordes redondeados 5 puntos <p>CAHNOS, S.L.....TOTAL 30 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Oclusión nasal 25 veces..... 25 puntos ❖ Bordes redondeados 5 puntos <p>HOSPITAL HISPANIA, S.L.....TOTAL 5 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Produce eritema nasal por oclusión excesiva..... 0 puntos ❖ Bordes redondeados 5 puntos <p>INTERSURGICAL ESPAÑA S.L....TOTAL 5 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ La pinza resbala de la nariz en algunas maniobras con facilidad..... 0 puntos ❖ Bordes redondeados 5 puntos <p>PEREZ FERNANDEZ MATERIAL MEDICO S.L.....TOTAL 30 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Oclusión nasal 25 veces.....25 puntos ❖ Bordes redondeados..... 5 puntos 	

EXPEDIENTE: 2023-0-9

Material: SUMINISTRO DE FILTROS, PINZAS Y BOQUILLAS PARA FUNCIÓN PULMONAR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
2 (Orden 2)	<p>FILTRO VIRICO Y BACTERIANO PARA SISTEMA DE EXPLORACION PULMONAR</p> <p>TOTAL PUNTOSHASTA 30 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Capacidad de filtrado vírico y bacteriano superior a lo solicitado (*).....Hasta 20 puntos (*se valorará de manera proporcional) ❖ Resistencia menor a la solicitada (*)Hasta 10 puntos (*se valorará de manera proporcional) 	<p>HOSPITAL HISPANIA, S.L.....TOTAL 0 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Capacidad de filtrado vírico y bacteriano no superior a lo solicitado..... 0 puntos ❖ Resistencia 150 Pa/(l/s) a 14 l/s..... 0 puntos <p>SANROSAN S.A.....TOTAL 10 PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Capacidad de filtrado vírico y bacteriano no superior a lo solicitado..... 0 puntos ❖ Resistencia 0,79 cmH₂O/(l/s) a 14 l/s.....10 puntos (convertor 0,79 cmH₂O = 0,0778 kPa < 0,15 kPa) 	<p>INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.:</p> <p>En PPT se solicita test de filtrado para rango de flujo de 400 a 700 l/min. Los test de filtrado aportados solo están realizados a bajo flujo de 30 l/min.</p> <p>En PPT se solicitan test avalados por laboratorio externo a la empresa. Los certificados de test recibidos incluyen logotipo de la empresa ofertante, ningún sello o logotipo de un laboratorio independiente.</p> <p>PEREZ FERNANDEZ MATERIAL MEDICO S.L.:</p> <p>En PPT se solicitan test avalados por laboratorio externo a la empresa. No aporta estudios de filtrado de laboratorio independiente.</p>

EXPEDIENTE: 2023-0-9

Material: SUMINISTRO DE FILTROS, PINZAS Y BOQUILLAS PARA FUNCIÓN PULMONAR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
3 (Orden 3)	KIT FUNCION PULMONAR	HOSPITAL HISPANIA, S.L.....TOTAL 5 PUNTOS	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.:
	TOTAL PUNTOSHASTA 30 PUNTOS	❖ Capacidad de filtrado vírico y bacteriano superior a lo solicitado..... 0 puntos	En PPT se solicita test de filtrado para rango de flujo de 400 a 700 l/min. Los test de filtrado aportados solo están realizados a bajo flujo de 30 l/min
	❖ Capacidad de filtrado vírico y bacteriano superior a lo solicitado (*)..... Hasta 15 puntos (*se valorará de manera proporcional)	❖ Resistencia 150 kPa(l/s) a 14 l/s..... 0 puntos	En PPT se solicitan test avalados por laboratorio externo a la empresa. Los certificados de test recibidos incluyen logotipo de la empresa ofertante, ningún sello o logotipo de un laboratorio independiente.
	❖ Resistencia menor a la solicitada (*)..... Hasta 10 puntos (*se valorará de manera proporcional)	❖ Boquilla de buzo apta para uso infantil y adulto..... 5 puntos	En PPT se solicita boquilla de buzo desechable y flexible, con posibilidad de separación de sus componentes. La boquilla de buzo ofertada tiene los bordes más rígidos comparadas con las de otros proveedores, de modo que algunos pacientes neuromusculares refieren molestias al usarla, y al retirar la boquilla el filtro se queda sin boquilla de ningún tipo que permita su uso con y sin ella.
	❖ Boquilla de buzo apta para uso infantil y adulto..... 5 puntos		

Madrid, a 9 de mayo de 2023.

JEFE DE Sº DE NEUMOLOGÍA



Fdo.: Dra. Villena Garrido

RESPONSABLE LABORAT. PRUEBAS
FUNCIONALES RESPIRATORIAS

Fdo.: Dra. García García

