

EXPEDIENTE: 2023-0-9

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE FILTROS, PINZAS Y BOQUILLAS PARA FUNCIÓN PULMONAR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de filtros, pinzas y boquillas para función pulmonar del Hospital.

El Expediente consta de los siguientes lotes:

LOTE	Nº Orden	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO
1	1	PINZA OCLUSIÓN NASAL PARA PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR <ul style="list-style-type: none"> Pinza desechable para oclusión nasal que mantenga la oclusión efectiva tras abrirla y colocarla de nuevo hasta 20 veces seguidas, para asegurar su uso durante todas las maniobras necesarias en distintas pruebas del mismo paciente.
2	2	FILTRO VÍRICO Y BACTERIANO PARA SISTEMA DE EXPLORACIÓN PULMONAR <ul style="list-style-type: none"> Filtro con capacidad de filtrado vírico igual o superior a 99,9999% y bacteriano igual o superior a 99,9999%, y comprobada con un flujo espiratorio alto de forma continua (rango de flujo de 400 a 700 l/min). Filtrado viral testado para partículas virales <0,8 micras. Ambas capacidades de filtrado deberán estar avaladas por un laboratorio con acreditación tipo ISO o similar y externo a la empresa. Los filtros serán desechables, y con una resistencia <0.15 kPa/l/s. Serán aptos para uso en equipo Master Lab, Master Scope de Jaeger, Viasys Healthcare, MasterScreen-PFT-Pro, Vyntus IOS y Vyntus Spiro. Embalaje individual que permanezca íntegro hasta su uso.
3	3	KIT FUNCIÓN PULMONAR <ul style="list-style-type: none"> Kit compuesto de filtro y boquilla de buzo desechable y flexible, con posibilidad de separación de sus componentes. Filtro con capacidad de filtrado vírico igual o superior a 99,9999% y bacteriano igual o superior a 99,9999%, y comprobada con un flujo espiratorio alto de forma continua (rango de flujo de 400 a 700 l/min). Filtrado viral testado para partículas virales <0,8 micras. Ambas capacidades de filtrado deberán estar avaladas por un laboratorio con acreditación tipo ISO o similar y externo a la empresa. Los filtros serán desechables, y con una resistencia <0.15 kPa/l/s. Serán aptos para uso en equipo Master Lab, Master Scope de Jaeger, Viasys Healthcare, MasterScreen-PFT-Pro, Vyntus IOS y Vyntus Spiro. Embalaje individual que permanezca íntegro hasta su uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El material deberá cumplir el siguiente requisito con carácter general:

- Exento de látex. Se acreditará mediante Certificación.

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: **10 muestras por lote y número de orden.**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

Horario: lunes a viernes (de 8:30 a 13:30).

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

Las muestras vendrán identificadas dentro y fuera del embalaje, incluyendo un albarán que especifique claramente la relación de muestras que se presentan y a qué lote/orden corresponden para proceder a su registro.

FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 28 de febrero de 2023

JEFA DE SERVICIO
DE NEUMOLOGÍA



Fdo.: Dra. Villena Garrido

RESPONSABLE LABORAT. PRUEBAS
FUNCIONALES RESPIRATORIAS



Fdo.: Dra. García García

EXPEDIENTE: 2023-0-9

OBJETO: SUMINISTRO DE FILTROS, PINZAS Y BOQUILLAS PARA FUNCIÓN PULMONAR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO				
LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	CANTIDAD PRÓRROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA (21%)	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPÍGRAFE
1	1	PINZA OCLUSIÓN NASAL PARA PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR	38.000	38.000	0,3732	14.181,60	2.978,14	17.159,74	31.199,52	27004
2	2	FILTRO VÍRICO Y BACTERIANO PARA SISTEMA DE EXPLORACIÓN PULMONAR	33.000	33.000	0,9400	31.020,00	6.514,20	37.534,20	68.244,00	27004
3	3	KIT FUNCIÓN PULMONAR (FILTRO Y BOQUILLA)	12.600	12.600	1,4500	18.270,00	3.836,70	22.106,70	40.194,00	27004
						63.471,60	13.329,04	76.800,64	139.637,52	