

ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente A/SUM-011303/2023.

SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE Y EQUIPAMIENTO EN CESIÓN DE USO PARA MEDIR EL TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADO Y LA MONITORIZACIÓN DE LA TERAPIA DE HEPARINA NO FRACCIONADA EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.

Para general conocimiento de los interesados en la licitación se publican las respuestas dadas por la Unidad Promotora de este expediente, a las consultas realizadas por la empresa **WERFEN**:

PREGUNTA

- En el apartado 3.5 del PPT se solicita un proyecto de adecuación de las instalaciones y espacios y, por la tipología del producto a suministrar, que es muy pequeño (un palmo), no entendemos en qué términos hemos de redactar ese proyecto o si, por el contrario, podemos indicar en una declaración que no aplica.

RESPUESTA

Debe entregarse un proyecto de adecuación de las instalaciones y espacios realizado por la empresa/s ofertantes/s como se indica en el Pliego, en el que conste:

- Adaptación de espacios actuales a las necesidades requeridas por los equipos cedidos, adaptación eléctrica, red de datos.*
- Descripción de los flujos de trabajo previsto.*
- Equipamiento y puesta a punto de los equipos.*
- Recursos humanos de apoyo por parte de la empresa, número de horas y periodo en que estarán disponibles.*
- Cronograma de sustitución de equipos que incluya el impacto en el funcionamiento del servicio.*

Madrid, 21 de abril de 2023

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Nieves Carrión Sánchez



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1054937030705156350586**