

## **5ª Contestación a ACLARACIONES 2022-0-133**

### **SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID S.L.**

#### **PREGUNTA:**

**Respecto a la especificación técnica requerida en el apartado "Tubo de RX y sistema de colimación", donde se solicita "· Con cinta métrica incorporada": Solicitamos se admitan también equipos con sistema de medida electrónico, cuyo valor aparece en la pantalla de la cabeza del Tubo de RX. Este tipo de medición es más precisa y está siempre presente en dicha pantalla**

#### **RESPUESTA**

El requisito indicado en el pliego de "con cinta métrica incorporada" no es incompatible con la medición electrónica, por lo que no será un motivo de exclusión el contar con ambos sistemas: cinta métrica y medición electrónica en pantalla. La cinta métrica se mantiene como sistema de apoyo ante fallos en el sistema electrónico.