

**EXPEDIENTE 2022-0-133**

**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA POR LA QUE SE SUBSANA EL ERROR MATERIAL O DE HECHO OBSERVADO EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO SALAS DE RADIOLOGÍA SIMPLE DIGITAL PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.**

Una vez analizada la observación recibida por una empresa, advertido error material o de hecho en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este procedimiento y resultando que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, autoriza a las Administraciones públicas a rectificar de oficio en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, esta Directora Gerente,

**RESUELVE**

**Primero.** - Subsanan el error observado en el **Pliego de Prescripciones Técnicas**, en la página 7, apartado 2. Lote 2. 3. **Suspensión a techo para tubo de RX:**

**Donde dice:**

- Con rotación del tubo sobre su eje horizontal y vertical de al menos +/- 120° en ambos.

**Debe decir:**

- Con rotación del tubo sobre su eje horizontal y vertical de al menos +/- 115° en ambos.

**Segundo.** - Publicar esta Resolución en el perfil de contratante del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

En Madrid, a fecha de firma  
**LA DIRECTORA GERENTE,**

Firmado digitalmente por: MARTINEZ DE PANCORBO GONZALEZ CARMEN  
Fecha: 2023.04.28 13:47

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González