

4ª Contestación a ACLARACIONES 2022-0-133

Siemens Healthcare, S.L.U.

PREGUNTA 1:

Lote 01:

En las Páginas 03 y 07 del PPT donde solicitan: “Con movimiento de desplazamiento vertical y basculación de -20° a +90° ambos” Entendemos que se aceptaran movimientos manuales y/o motorizados mientras se cumplan los rangos de basculación solicitados debido a que el tipo de movimiento no representa una limitación clínica. ¿Es correcta esta interpretación?

RESPUESTA

No procede la modificación del pliego, siendo de aplicación el texto de “Con movimiento de desplazamiento vertical y basculación de -20º a +90º ambos motorizados”

PREGUNTA 2:

Lote 01:

Pág. 04 PPT donde solicitan: “Tamaño de campo mínimo: 35 x 42 cm”. Entendemos que una variación del menos del 1% en el área de tamaño activa del detector no representa limitaciones en el flujo de trabajo ni en el uso clínico del detector por lo que no sería motivo de exclusión, es correcta esta interpretación?

RESPUESTA

Variaciones en mínima proporción (y menos de un 1% entra dentro de ese rango) no serían motivo de exclusión.

PREGUNTA 3:

Lote 02

Pág. 07 PPT (Mesa para Detector digital) Con detector digital de al menos 42 x 42 cm, solicitamos que, con el fin de ampliar la concurrencia de participación en este lote, se acepten soluciones de otros tamaños en el detector como por ejemplo el tamaño solicitado en el lote 01 para mesa (35 cm x 42 cm).”

RESPUESTA

No procede la modificación del pliego, siendo de aplicación el texto propio del lote 02 de “Con detector digital de al menos 42 x 42 cm.”