

Expte.: PASO-SUM 013/23
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TORRE DE HISTEROSCOPIA PARA LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN.

El objeto del presente expediente es la contratación del suministro de torre de histeroscopia para la Unidad de Ginecología del Hospital de acuerdo a las especificaciones técnicas y de calidad detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del PASO-SUM 013/23.

Una vez abierto el sobre que contiene la documentación administrativa y técnica del expediente, se ha realizado la evaluación de la documentación técnica de las ofertas presentadas por todos los licitadores con lo que se procede a la emisión del informe con la valoración técnica final expuesto en la siguiente tabla.

LICITADOR	KARL STORZ	TGH ENDOSCOPIA	NEOMEDIC
Lote 1. Torre Histeroscopia.	Cumple con los requerimientos técnicos exigidos.		La energía de la fuente de luz es de 64W (se requería 175W). El monitor es de 22". El carro solo tiene 2 estantes. No consta que la cámara sea compatible con cabezales Full-HD. No consta resolución Full-HD del cabezal o zoom digital. Histeroscopio de 26CH ofrece ángulo de 12° y no de 30°. Histeroscopio de 15CH ofrece vaina de 18,5 Ch y se requiere 15 Ch. Generador bipolar no ofrece potencia requerida de 400W.
Lote 2. Bomba	Cumple con los requerimientos técnicos exigidos	Cumple con los requerimientos técnicos exigidos.	Cumple con los requerimientos técnicos exigidos

De este modo, las conclusiones son:

- Ofertas declaradas como no aptas técnicamente:
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L. – CIF B62838784 – Lote 1
- Ofertas declaradas como técnicamente aptas.
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. – CIF A78936606 – Lote 1 y 2.
TGH ENDOSCOPIA, S.L. – CIF B80561293 – Lote 2.
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L. – CIF B62838784 – Lote 2

Para que así conste se firma el presente informe con fecha 28 de abril de 2023.

En Alcorcón,

Fdo. Begoña Adiego Burgos
Jefa Unidad Obstetricia y Ginecología

