

Madrid, a 6 de junio de 2023

**Informe técnico emitido por el Servicio de Hematología del Hospital Gregorio Marañón para el expediente de licitación para la adjudicación del “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAPEO OPTICO DE GENOMA” (expediente: FIBHGM PA 05/2023).**

Analizada la documentación técnica (Sobre nº 2) de la entidad **BIONANO GENOMICS INC**, recibida por el Órgano de Contratación y referida al citado expediente, desde el Servicio de Hematología del Hospital Gregorio Marañón, como entidad evaluadora de dicha documentación, se considera lo siguiente:

- 1) La documentación aportada es suficiente para valorar técnicamente la oferta.
- 2) La oferta cumple con todos los requerimientos técnicos especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y en el pliego de prescripciones técnicas (PPT). Se ha aportado documentación suficiente que acredita el cumplimiento de todos los requerimientos estipulados en el PPT.
- 3) Atendiendo a los criterios de adjudicación del contrato, en lo referente al apartado de **“Criterios evaluables mediante juicio de valor” (Propuesta Técnica)** del PCAP, cuya ponderación total es de 40 puntos, la puntuación propuesta es de **40 puntos**, ya que cumple en general con los requerimientos, con el siguiente detalle:
  - A) **Metodología a emplear, donde se especifica la forma de llevar a cabo el suministro y descripción exhaustiva del equipo según los requisitos exigidos en el PPT:** se especifica que la respuesta exhaustiva del equipo según los requisitos exigidos en el PPT está recogida en el documento con nombre “Respuesta técnica FIBHGM PA 05-3023”. En cuanto a la forma de llevar a cabo el suministro, el equipo Saphyr se pondrá en contacto con las personas de la fundación designadas para este cometido para planificar el suministro mediante un WEBEX con el personal especializado de Bionano. En esta primera toma de contacto se planificará como se llevará la máquina al lugar de instalación, como debe estar habilitado el lugar, las conexiones necesarias y se decidirá fecha de entrega e instalación. El tiempo de instalación de dos días y lo llevará a cabo Jose Vega. Asimismo, se acordará la fecha del curso de capacitación de tres días a manos de Valeria Romanelli. Además, se planificará una llamada mensual para hablar de los avances realizados.
  - B) **Planificación de la entrega que pone de manifiesto la posibilidad de la correcta ejecución según el plazo previsto con todas las exigencias contenidas en el PPT y medios que aseguran el correcto funcionamiento de la máquina una vez instalada:** se detalla que Bionano ya ha aceptado en el PPT que el plazo de ejecución será de dos meses a partir de la fecha del contrato. En este punto indicar que Bionano es el fabricante de la tecnología y que tiene en España todos los medios para cumplir con las exigencias del PPT y los medios que aseguren el correcto funcionamiento de la máquina una vez instalada. Tras la instalación se recibirá un certificado conforme la instalación ha sido correcta. Además, el soporte técnico de Bionano no se acaba con el curso ya que se programan llamadas presenciales y no presenciales sistemáticas para ver cómo avanzan los proyectos y que la tecnología implementada por la fundación para la investigación biomédica del hospital Gregorio Marañón es satisfactoria para los investigadores y sus objetivos.

Puntuación otorgada: **40 puntos**.

Por todo lo anteriormente descrito, la oferta de **BIONANO GENOMICS INC** se ajusta a lo requerido tanto en el PPT como en el PCAP.

Fdo.: D. Carolina Martínez Laperche  
Servicio de Hematología  
del Hospital Gregorio Marañón



Financiado por la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia