

	<b>MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. USO</b>	<b>GERENCIA DE TALLERES CENTRALES</b>
<b>GAMA</b> GM P490-1	<b>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO</b> LAVADORA MANUAL (GME)-(ALBRICH-380)- (ORAPI)	<b>FRECUENCIA USO</b>
<b>FECHA</b> 25/10/2010	<b>EDICIÓN</b> Revisión 2	<b>HOJA</b> 1/1

## OBSERVACIONES

### Normativa y Documentación de referencia:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.
- Guía Técnica editada por el **Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo**
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por **R.D. 842/2002**
- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.
- **R.D. 485/97** sobre disposiciones mínimas en materia de **Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo**.
- **R.D. 773/1997 B.O.E. 12.06.97** relativo a **utilización de Equipos de Protección Individual (EPI)**.
- Ley 42/1975 sobre **Desechos y Residuos Sólidos Urbanos** y 20/1986 **Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos**
- Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento.
- Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los Anexos de la Ley 10/1993, de 26 de Octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

## CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

### 1. MEDIDAS A TENER EN CUENTA

- Los **residuos** generados serán depositados en los puntos establecidos, debidamente clasificados, etiquetados y acondicionados.
- En caso de que se produzca un **derrame accidental**, se deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que el vertido alcance la red de saneamiento.

### 2. OPERACIONES A REALIZAR

#### 2.1 LIMPIAR

- El filtro, en caso necesario.

#### 2.2 SUSTITUIR

- Líquido limpiador en caso necesario.

#### 2.3 VERIFICAR

- Existencia y estado de señalización de seguridad.



**NOTA:** Cualquier anomalía observada de orden superior que requiera una operación imprevista que implique ampliación de la orden de trabajo, solicitar autorización al mando de conservación