

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO EXPEDIENTE MIC PACU 2023-1-10 (IMPORTES SIN IVA)						
"DIVERSO MATERIAL PARA PRUEBAS DE MICROBIOLOGÍA"						
INFORME TÉCNICO REALIZADO POR JEFE DE SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA						
LOTE	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PROVEEDOR	IMPORTE LICITACIÓN SIN IVA	IMPORTE OFERTA SIN IVA	VALORACIÓN
1	049960	Pruebas de detección rápida de Antígenos	VIRCELL SPAIN S.L.U	37.785,00	37.719,00	CUMPLE
	049958					
	049422					
	021360					
	064866					
	049959					
2	040260	Kit para la detección rápida simultánea de S. Pneumoniae y Legionella pneumophila en orina	SUMINISTROS CLINICOS LANAU S.L.	41.458,00	28.500,00	NO CUMPLE. Solo detecta el serogrupo 1 de legionella y no más
			VIRCELL SPAIN S.L.U		41.420,00	CUMPLE
			MATERLAB, S.L.		31.616,00	NO CUMPLE. Solo detecta el serogrupo 1 de legionella y no más
3	064869	Detección simultánea por PCR a tiempo real de microorganismos productores de infecciones de transmisión sexual que incluya N.gonorrhoeae,C.trachomatis (incluida variante sueca), T.vaginalis,M.genitalium, U.urealyticum, U.parvum y M.hominis	WERFEN ESPAÑA, S.A.U	69.000,00	65.999,96	CUMPLE
	065533					

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código seguro de verificación:

4	071815	Sistema automatizado de detección de ADN de diferentes microorganismos directamente en distintos tipos de muestra por amplificación de ácidos nucleicos por PCR	BECTON DICKINSON, S.A.	27.464,46	27.416,67	CUMPLE
	061390					
5	062412	Identificación de Mycobacterium tuberculosis complex, de sus especies y micobacterias no tuberculosas y detección de genes de resistencia a isoniacida y rifampicina de M.	BRUKER ESPAÑOLA, SA	10.686,00	10.686,00	CUMPLE
	056527					
	056823					
	056525					
	056526					
	064870					
6	21478	Tinción de Gram	NO SE HAN RECIBIDO OFERTAS			
	21470					
	21401					
7	030743	Tinción de Gram y Tinción de Auramina-Rodamina	RAL TECNICA PARA EL LABORATORIO, S.A.	24.720,00	24.720,00	CUMPLE
	065547					
8	023694	Fucsina fenicada	RAL TECNICA PARA EL LABORATORIO, S.A.	328,50	EXCLUIDO POR SUPERAR EL IMPORTE DE LICITACIÓN	
9	025071	Sobres generadores de atmósfera	BECTON DICKINSON, S.A.	8.937,56	8.610,00	CUMPLE
	025354					
	021425					

10	039424	Kit para concentración de parásitos	C.E. DURVIZ, S.L.	12.363,64	10.700,00	NO CUMPLE. El diseño del kit no evita que se produzca la fuga de desechos
11	039659	Niveles de antibióticos	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.	18.647,16	18.638,87	CUMPLE
	039658					
	039657					
	035555					
12	056947	Tiras con antibiótico o antifúngico para determinación de CMI o detección de mecanismos de resistencia	WERFEN ESPAÑA, S.A.U	15.600,00	15.540,00	CUMPLE
13	046161	Hisopo con medio de transporte para virus Chlamydia, Mycoplasma y ureaplasma.	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU(A PHADIA)	2.800,00	2.790,00	CUMPLE
			NIRCO, S.L.		2.500,00	
			AKRALAB, S.L.		1.580,00	
			ILIET M. APOTELA RODRIGUEZ		2.300,00	

14	071622	PCR en tiempo Real de SARS-CoV-2 (TÉCNICA RÁPIDA) y PCR en tiempo Real de SARS-CoV-2, gripe A y B, Virus respiratorio sincitial (VRS) en muestra directa (TÉCNICA RÁPIDA)	LUMIRADX HEALTHCARE,S.L.U	129.600,00	113.025,00	071622 - NO CUMPLE. SARS-Cov-2 no tiene el gen ORF1ab. Requiere manipulación previa de reactivos antes del ensayo.No indica los genes utilizados para gripe y VRS.No incluye ficha técnica y no la encuentro en su página web
	071872					071872 - NO CUMPLE. SARS-Cov-2 no tiene el gen ORF1ab. Requiere manipulación previa de reactivos antes del ensayo.No consta que todo el material fungible esté incluido en el kit
			MATERLAB, S.L.		129.600,00	CUMPLE

