

PA 31-2023 "ADQUISICIÓN DE SALA RADIOLÓGICA DIGITAL SUSPENDIDA DE TECHO ROBOTIZADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE:

ÚNICO

LICITADOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 3)										
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	1.- Guía de posicionamiento en la pantalla del tubo:		2.- Potencia nominal del foco fino superior a 50 kw:		3.- Capacidad térmica del ánodo superior a 800.000 HU:		4.- Capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza superior a 2.500.000 HU:			
						SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS		
APR SALUD, S.L.	SALA RADIOLÓGICA DIGITAL SUSPENDIDA DE TECHO ROBOTIZADA	GC85A	SI CUMPLE			si	4,00	no	0,00	no	0,00	no	0,00	no	0,00
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.	SALA RADIOLÓGICA DIGITAL SUSPENDIDA DE TECHO ROBOTIZADA	YSIO X.PREE	SI CUMPLE			si	4,00	si	2,00	si	4,00	si	4,00	si	4,00

LICITADOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 3)										
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	7.- Distancia desde el centro del detector de bucky mural al suelo ≥27 cm:		8.- Desplazamiento del detector dentro del bucky de mesa ≥ 100 cm:		9.- Software que permita visualizar el ángulo del tubo y el detector en proyecciones en directo:		10.- Detector inalámbrico con asa integrada central y única de fibra de carbono:			
						SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS		
APR SALUD, S.L.	SALA RADIOLÓGICA DIGITAL SUSPENDIDA DE TECHO ROBOTIZADA	GC85A	SI CUMPLE			no	0,00	si	2,00	si	2,00	si	2,00	si	2,00
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.	SALA RADIOLÓGICA DIGITAL SUSPENDIDA DE TECHO ROBOTIZADA	YSIO X.PREE	SI CUMPLE			si	4,00	si	2,00	si	2,00	si	2,00	si	2,00

PA 31-2023 "ADQUISICIÓN DE SALA RADIOLÓGICA DIGITAL SUSPENDIDA DE TECHO ROBOTIZADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LICITADOR	CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 3)				TOTAL (MÁXIMO 66 PUNTOS)
	11.- Cobertura en cm de la composición de la telemetría ≥157 cm: SI = 3 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	12.- Cámara 3D integrada en el tubo con la función de colimación en tiempo real en la pantalla táctil de la consola de adquisición: SI = 11 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	13.- Sistema de inteligencia artificial que permita la detección y colimación automática según el tamaño y posición de cada paciente en los estudios de tórax: SI = 10 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	SI / NO	
APR SALUD, S.L.	si	si	no	no	31,00
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.	si	si	si	si	66,00

Leganés, a 19 de mayo de 2023
JEFE DE SERVICIO DE RADIOLOGÍA

Dr. Juan Manuel Fernández Gallardo