

INFORME TÉCNICO

Expediente:			
A/SUM-005938/2023	Suministro de oftalmoscopio portátil, otoscopio portátil y pulsioxímetros portátiles		

Lote:					
1	OFTALMOSCOPIO PORTÁTIL				
Prescripciones técnicas:	ver PPT	Criterios de valoración establecidos en el PCAP			Máximo puntos
		1.	Plazos de Entrega	10	
		2.	Disponibilidad de atención telefónica	10	
		3.			
		4.			

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
4 B32155269	GALMEDICA, S.L.	X	FMO-008-7400	NO	SI	NO	No presenta muestra, no se puede valorar		15 20
7 B48434096	NACIL MÉDICA 4 GROUP, S.L.	X		NO	SI	NO	no presenta muestra no se puede valorar		
8 B50610401	OSTEOGEN MEDICA, S.L.	X	31527	NO	SI	NO	no presenta muestra no se puede valorar		
9 B41127473	OFTALMICA INSTRUMENTS SL	X	sin identificar	NO	SI	NO	No presenta muestra, no se puede valorar		
10 B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	X	2076	SI	SI	SI			
11 B41406711	SALVADOR NAVARRO S.L.	X	2076	SI	SI	SI			
12 07979183T	SILVIA MARTIN	X	31530	NO	SI	NO	No presenta meustra, no se puede valorar		

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
005938/2023

Suministro de oftalmoscopio portátil, otoscopio portátil y pulsioxímetros portátiles

Lote:

2

OTOSCOPIO PORTÁTIL HALÓGENO 2,5V C/PILAS

Prescripciones técnicas:

Ver PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo puntos

1.	Plazos de Entrega	10
2.	Disponibilidad de atención telefónica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
2	A59198770	AMPLIFON IBERICA, S.A.	X	A1.416.114	SI	SI	NO	Presenta luz led. No está identificada la muestra con Ref 94089 indica A1.416.114	
3	B87118139	CARPAL MÉDICA S.L	X	190-8001	SI	SI	NO	Presenta luz led.	
4	B32155269	GALMEDICA, S.L.	X	FMO-008-8300	NO	SI	NO	No presenta muestra, no se puede valorar.	
7	B48434096	NACIL MÉDICA 4 GROUP, S.L.	X	570517	SI	SI	NO	Presenta luz led.	
8	B50610401	OSTEOGEN MEDICA, S.L.	X	31524	NO	SI	NO	No presenta muestra, no se puede valorar.	
10	B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	X	2056-201	SI	SI	SI		
11	B41406711	SALVADOR NAVARRO S.L.	X	2056-201	SI	SI	SI		
12	07979183T	SILVIA MARTIN	X	31520. GIMALUX F.O	NO	SI	NO	No presenta muestra, no se puede valorar.	
14	B80609365	SUMINISTROS GENERALES SANITARIOS S.L.	X	2056-201	SI	SI	SI		
									15 20 15

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
005938/2023

Suministro de oftalmoscopio portátil, otoscopio portátil y pulsioxímetros portátiles

Lote:

3

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL C/SENSOR INTEGRADO

Prescripciones técnicas:

Ver PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo puntos

1.	Plazos de Entrega	10
2.	Disponibilidad de atención telefónica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
1 3 A08736431 B87118139	AB MEDICA GROUP S.A. CARPAL MÉDICA S.L	X X	AB7800003 754-PUL03-310	SI SI	SI SI	SI NO	35-100% la precision es 70% - 90% . No especifica tiempo de apagado automatico.		15
4 5 B32155269 B81933830	GALMEDICA, S.L. HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	X X	34285 BM100C	NO SI	SI SI	NO NO	No presenta muestra, no se puede valorar precision +/- 2 (80%-100%) +/- 3 (70%-79%). Sin histograma. No consta apagado en menos 8s.		
6 7 A08432247 B48434096	LABOLISER, S.A. NACIL MÉDICA 4 GROUP, S.L.	X X	M0320 CMS50D	NO SI	SI SI	NO NO	no presenta muestra, no se puede valorar no consta señal de batería baja		
8 10 B50610401 B82032467	OSTEOGEN MEDICA, S.L. PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	X X	no aparece 402736	NO SI	SI SI	NO SI	no presenta muestra, no se puede valorar		15
11 13 B41406711 B81617664	SALVADOR NAVARRO S.L. C M TECMA S L	X X	MD300C2 C1011H1	SI SI	SI SI	NO NO	precision +/- 2 (70%-100%) +/- 3 (70%-79%). pantalla contraste bajo, mala visibilidad. No consta apagado		

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
005938/2023

Suministro de oftalmoscopio portátil, otoscopio portátil y pulsioxímetros portátiles

Lote:

4

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL C/SENSOR INTEGRADO ESPECIAL PEDIATRÍA

Prescripciones técnicas:

Ver PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo
puntos

1.	Plazos de Entrega	10
2.	Disponibilidad de atención telefónica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
1 A08736431	AB MEDICA GROUP S.A.	X	AB7800006	SI	SI	SI			20
4 B32155269	GALMEDICA, S.L.	X	PC-60D2	NO	SI	NO	no presenta muestra, no se puede valorar		
6 A08432247	LABOLISER, S.A.	X	M0321	SI	SI	SI			15
7 B48434096	NACIL MÉDICA 4 GROUP, S.L.	X	221056 OXYFROG	SI	SI	NO	no consta rango de medicion ni precisión, no consta señal de baterial baja		
8 B50610401	OSTEOGEN MEDICA, S.L.	X	OXYFROG	NO	SI	NO	no presenta muestra, no se puede valorar		
10 B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	X	MD300C52	SI	SI	NO	Precisión (80-100%) +/-2 (70-79%)+/- 3. rango de medición 70-99%.		
11 B41406711	SALVADOR NAVARRO S.L.	X	MD300C52	SI	SI	NO	Precisión (80-100%) +/-2 (70-79%)+/- 3. rango de medición 70-99%.		