

PA 25-2023 "SUMINISTRO DE MARCADORES TIPO SEMILLA PARA LA PATOLOGÍA MAMARIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"
VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)				TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)			
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	Sistema de localización de la semilla magnética mediante navegación informando de la distancia y dirección de punto de la sonda hasta la semilla implantada. Si..... 10 Puntos No..... 0 puntos	Capacidad de localizar la semilla implantada hasta 5 cm de profundidad. Si..... 10 Puntos No..... 0 puntos	Uso del instrumental quirúrgico metálico convencional que se tiene en el Hospital. Si..... 10 Puntos No..... 0 puntos		PUNTOS		
SIRIUS MEDICAL SYSTEMS, B.V.	X			si	10,00	Si/No	10,00	Si/No	10,00	30,00

Leganés a 29 de mayo de 2023
 JEFE DE SERVICIO DE GINECOLOGÍA

FDO. Juan José Escribano Tórtola

