

EXPEDIENTE PA 2023-0-053

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE LOS FLUIDOS CORPORALES DE LOS PACIENTES CON LIMITACIÓN DE MOVILIDAD, ASI COMO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA DESINFECCIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE LOS FLUIDOS CORPORALES DE LOS PACIENTES CON LIMITACIÓN DE MOVILIDAD, ASI COMO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA DESINFECCIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL PERSONAL SANITARIO, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICA PARTICULARES

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	1	023416	BOTELLA ORINAL DE PLÁSTICO PARA HOMBRE (REUTILIZABLE) <ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco. • Capacidad: 1000 ml • Diámetro del orificio: al menos 5 cm (+/-20%) • Con bordes redondeados. • Fabricada en plástico de alta resistencia. • Orinal tipo botella con mango. • Calibrado exterior para registrar la capacidad. • No estéril.
2	1	023734	CUÑA ORINAL DE PLÁSTICO PARA MUJER (REUTILIZABLE) <ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco. • Capacidad: 2500 ml • Con bordes redondeados.

Procedimiento Abierto. Criterio Único.

PA 2023-0-053 Suministro del material necesario para la recogida y evacuación de los fluidos corporales de los pacientes con limitación de movilidad, así como el material necesario para la desinfección de los mismos por parte del personal sanitario del HCSC.

			<ul style="list-style-type: none"> Fabricada en plástico de alta resistencia. Debe disponer de asa con empuñadura para facilitar su manejo. Forma anatómica. No estéril.
3	1	274099	<p>BOTELLA ORINAL DE PULPA DE PAPEL PARA HOMBRE</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 800 ml Diámetro del orificio: al menos 5 cm (+/-20%) Con bordes redondeados. Fabricada a partir de pulpa de celulosa Orinal tipo botella. Desechable o de un solo uso. No estéril.
4	1	274100	<p>CUÑA ORINAL DE PULPA DE PAPEL PARA MUJER</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 2000 ml Con bordes redondeados. Fabricada a partir de pulpa de celulosa Desechable o de un solo uso. No estéril.
5	1	010177	<p>PROTECTOR DE CUÑA PARA CONTENER LOS EXCREMENTOS EN PACIENTES INFECCIOSOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Protector compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> Una Bolsa hipoalergénica de polietileno. Dimensiones 60x40cm (+/-5%). Un paño superabsorbente con micro-celulosa. Capacidad de absorción hasta 600ml. Debe permitir la absorción de cualquier líquido o fluido biológico. Debe disponer de asas para la protección de las manos del personal sanitario. No debe liberar ningún derivado clorado que pueda formar dioxinas tras su incineración. Desechable o de un solo uso. Conforme a la Directiva 93/42/CE de Productos Sanitarios (Clase I) No estéril.
6	1	015317	<p>BATEA PARA VÓMITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Batea con forma de riñón. Material: de pulpa de celulosa moldeada resistente e impermeable. Capacidad: 600 - 700ml. Apto para la contención de líquidos a altas temperaturas. Biodegradable. Desechable o de un solo uso. No estéril.

7	1	302527	<p>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRALIZADOR Y DESCALCIFICADOR PARA DESINFECTADORA DE CUÑAS MODELO HAMO BM-10 y AF2.45PG</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Formato</u>: detergente líquido todo en uno • Para uso en aplicaciones de limpieza automática. • Composición: Libre de fosfatos y con inhibidores de corrosión. • Propiedades: <ul style="list-style-type: none"> – Baja alcalinidad – Bajo poder espumante – Antiincrustante – Fácil aclarado • Envase biodegradable. • Compatible con las lavadoras desinfectadoras de cuñas propiedad del Hospital (Modelo: HAMO BM-10 y AF2.45PG).
8	1	298316	<p>DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRALIZADOR Y DESCALCIFICADOR PARA DESINFECTADORA DE CUÑAS MODELO: LP-IN60-SDTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Formato</u>: detergente líquido todo en uno • Para uso en aplicaciones de limpieza automática. • Composición: Libre de fosfatos y con inhibidores de corrosión. • Propiedades: <ul style="list-style-type: none"> – Baja alcalinidad – Bajo poder espumante – Antiincrustante – Fácil aclarado • Envase biodegradable. • Compatible con las lavadoras desinfectadoras de cuñas propiedad del Hospital (Modelo: LP-IN60-SDTA).

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material necesario para la formación.

En Madrid, a la fecha de la firma

Fdo.:

Firmado digitalmente por: BAIGORRI RUIZ ELDA
Fecha: 2023.04.14 01:02

Fdo.:

Supervisora de Área de Recursos Materiales

Conforme: El Adjudicatario

POR LA ADMINISTRACIÓN:

Documento firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2023.04.20 10:02
Referencia: 47/058893.9/23
Verificación y validez por CSV: [Redacted]

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

Procedimiento Abierto. Criterio Único.

PA 2023-0-053 Suministro del material necesario para la recogida y evacuación de los fluidos corporales de los pacientes con limitación de movilidad, así como el material necesario para la desinfección de los mismos por parte del personal sanitario del HCSC.

ANEXO I- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN

Nº EXPEDIENTE: PA 2023 - 0 - 053

TÍTULO EXPEDIENTE: MATERIAL NECESARIO PARA LA RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE LOS FLUIDOS CORPORALES DE LOS PACIENTES CON LIMITACIÓN DE MOVILIDAD, ASÍ COMO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA DESINFECCIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DEL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Lote	Item	Código	Descripción	Unidades (36 meses)	Unidad Medida	Precio Unitario (s/IVA)	IVA	Precio Unitario (c/IVA)	Base Imponible (s/IVA)	Importe IVA	Importe Total (c/IVA)	Epígrafe Presupuestario
1	1	023416	Botella orinal de plástico para hombre	2.700	Unidad	1,00 €	21%	1,2100 €	2.700,0000 €	567,0000 €	3.267,0000 €	27004
2	1	023734	Cuña orinal de plástico para mujer	720	Unidad	3,54 €	21%	4,2834 €	2.548,8000 €	535,2480 €	3.084,0480 €	27004
3	1	274099	Botella orinal de pulpa de papel para hombre	66.500	Unidad	0,41 €	21%	0,4961 €	27.265,0000 €	5.725,6500 €	32.990,6500 €	27004
4	1	274100	Cuña orinal de pulpa de papel para mujer	54.000	Unidad	0,36 €	21%	0,4356 €	19.440,0000 €	4.082,4000 €	23.522,4000 €	27004
5	1	010177	Protector de cuña para contener los excrementos	1.200	Unidad	0,57 €	21%	0,6897 €	684,0000 €	143,6400 €	827,6400 €	27004
6	1	015317	Batea para vómitos	100.000	Unidad	0,10 €	21%	0,1210 €	10.000,0000 €	2.100,0000 €	12.100,0000 €	27004
7	1	302527	Detergente Líquido Neutralizador Y Descalcificador para Desinfectadora cuñas Modelo: HAMO BM-10 y AF2.45PG	1.300	Litro	8,80 €	21%	10,6480 €	11.440,0000 €	2.402,4000 €	13.842,4000 €	27004
8	1	298316	Detergente Líquido Neutralizador Y Descalcificador para Desinfectadora cuñas Modelo: LP-IN60-SDTA	1.400	Litro	8,30 €	21%	10,0430 €	11.620,0000 €	2.440,2000 €	14.060,2000 €	27004

IMPORTE TOTAL	85.697,8000 €	17.996,5380 €	103.694,3380 €
---------------	---------------	---------------	----------------