

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

EXPEDIENTE: 2022400058

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de, SENSOR BIORREACTANCIA P/GASTO CARDIACO para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	SENSOR BIORREACTANCIA P/GASTO CARDIACO` Sensores de biorreactancia para medición de parámetros hemodinámicos. Sistema de gel: Glicerina, socio, poliacrilato, NaCl Adhesivo biocompatible Dimensiones 4 sensores doble, 107,9 x 20 mm cada uno.

ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Así mismo, todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
 - La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado CE.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
- Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
- La documentación técnica acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos se incluirá en el sobre 2.

Firmado por JOSÉ ROBERTO PENEDO ALONSO - DNI
 [Redacted] a 07/02/2023 con un certificado
 emitido por SIA SUB01

Fdo. Dr. José Roberto Penedo Alonso
 COORDINADOR URGENCIAS

 **Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
 Fdo. Dr. Fernando Roldán Moll
 SUBDIRECTOR MÉDICO
 [Redacted]

P.A. 2022400058

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no nduido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	302170	SENSOR BIORREACTANCIA P/GASTO CARDIACO	UNIDAD	325	130,00	42.250,00	21	8.872,50	51.122,50

IMPORTE TOTAL:	42.250,00		8.872,50	51.122,50
-----------------------	------------------	--	-----------------	------------------