



**Hospital Universitario
Severo Ochoa**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 40-2023

***“SUMINISTRO DE PACK DESECHABLE PARA INYECCIÓN
INTRAVITREA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO
OCHOA”***

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE PACK DESECHABLE PARA INYECCIÓN INTRAVITREA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 40-2023)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de **24 MESES** y el presupuesto de licitación es **93.170,00 €**, siendo la base imponible **77.000,00 €** y el I.V.A. (21%) **16.170,00 €**.

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto el suministro de pack desechable para inyección intravítrea con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características particulares y en las cantidades, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

2. CANTIDADES, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO HOSPITAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 24 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
F21612	PACK QUIRURGICO PARA INYECCION INTRAVÍTREA (BASICO) DESECHABLE	11,00	7.000	77.000,00	21	16.170,00	93.170,00

TOTAL:	77.000,00
I.V.A. (21 %):	16.170,00
IMPORTE TOTAL:	93.170,00

PACK QUIRÚRGICO DESECHABLE PARA INYECCIONES INTRAVÍTREAS:

El Pack para Inyecciones intravítreas debe incluir los siguientes componentes:

- 1 campo quirúrgico de TNT. Medidas mínimas de 40x40cm y como máximo 80x80 cm, ambas medidas incluidas. Fenestrado con film protector.
- 1 paño cubremesa, de medidas mínimas de 60x60cm y como máximo 90x90 cm, ambas medidas incluidas. Con propiedades de barrera bacteriana y antiestático.
- 1 marcador escleral doble de plástico de 3.5 – 4.0mm.
- 1 blefarostato tipo Barraquer, no ajustable, de 14mm.
- 1 paquete de 5 unidades de hemostetas de celulosa.
- 5 unidades de gasas estériles de algodón TNT de 12 pliegues.

Envasado

Todos los componentes que se incluyen en el pack deben ofertarse en un único paquete estéril.

En el paquete externo deberá figurar la siguiente información:

- Fabricante
- Marcado CE
- Método de esterilización
- Fecha de caducidad
- Identificación clara de producto no reutilizable
- Producto estéril
- Exento de látex

Envase individual estéril, con apertura de pestaña o solapa

* Para el adecuado diagnóstico de los pacientes con Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) tratados con inyecciones intravítreas, el adjudicatario de este contrato cederá sin cargo alguno durante la vigencia del mismo, un módulo de Angio-OCT que incluya OCT2 y Angio-OCT compatible con la plataforma OCT del hospital (plataforma Spectralis de Heidelberg Engineering) cuyas características deben ser las siguientes:

- Velocidad de Escaneo: 85.000Hz (A-Scans/Seg)
- Resolución Óptica (μm): 7 axial x 14 Lateral
- Resolución Digital (μm): 3,9 axial x 5,7 Lateral
- Resolución Transversal (ENFACE- OCTA): 5,7 micras/Pixel
- Tamaño de imagen digital axial (Pixel): 496 pixeles
- Índice máximo de tomografía A (KHz): 85 KHz
- Profundidad del barrido en el tejido (mm): 2,2 mm
- Tamaño de la tomografía ($^{\circ}$): 30/20/15 (Aprox. 4,5 – 9mm)
- Diámetro de la tomografía circular ($^{\circ}$): 12
- Tamaño de la tomografía ($^{\circ}$) WideField OCT (opcional): 55/35/25 (Aprox. 8,5 – 16,5mm)
- Incorporación a través de la imagen 3D y Enface de la función OCTA (angiografía sin contraste)
- Capturas de Angio-Oct 512 A-scan x 496 B-scan.

3. CONDICIONES GENERALES

- Las medidas que figuran en la descripción de los artículos del pack, relativas al tamaño, deben venir expresadas en medidas europeas.
- Los precios unitarios ofertados deberán tener como máximo 2 decimales.
- El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital Universitario Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

Plazo de Entrega/ reposición.

Plazo de entrega/reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido. Los pedidos calificados como urgentes serán suministrados en las 24 horas siguientes a la recepción del pedido.

Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministros, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

El servicio de Suministros dentro del proceso de certificación en la ISO 9001:2015 en el que se encuentra incurso el Hospital Universitario Severo Ochoa realizará una evaluación anual de los adjudicatarios.

4. REQUERIMIENTOS REGULATORIOS

Los productos suministrados objeto de este contrato deberán cumplir la legislación vigente que sea de aplicación.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando al Hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

Así mismo el adjudicatario se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones laborales vigentes, relativas a la contratación y empleo de su personal y la relativa a Seguridad Social y Seguridad e Higiene (Ley de Protección de Riesgos Laborales).

Leganés, a 23 de mayo de 2023
EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: DEL CACHO MALO DOMINGO

Fdo.: D. DOMINGO DEL CACHO MALO

CONFORME ADJUDICATARIO:

A N E X O 1

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN): Debe ser incluido en el sobre 3 como primera hoja de la oferta técnica)

CODIGO INDICADO EN EL PPT <i>(Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)</i>	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR <i>(Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)</i>	REFERENCIA DEL LICITADOR

EQUIPOS

DESCRIPCION DEL EQUIPO. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL EQUIPO DADA POR EL LICITADOR CON MARCA Y MODELO <i>(Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)</i>	REFERENCIA DEL LICITADOR