

Este documento se ha obtenido directamente del original  
que contenía todas las firmas auténticas y se han  
ocultado los datos personales protegidos y los códigos  
que permitirían acceder al original

57/695574.9/23



PA 41-2023 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INFUSIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PUEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

ACCESORIO REGULADOR INFUSIONES (REF. HOSPITAL: F05013)						
		CUMPLIMIENTO PUEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)	
LICITADOR	REF LICITADOR	CUMPLIMIENTO PUEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			MECANISMO DE FIADO DE FLUJO QUE BOLQUEE LA RUEDA	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI..... 30 Puntos No..... 0 puntos	PUNTOS
IZASA HOSPITAL , S.L.U.	DOSHFLOW 1 Regulador Estándar / 259-0257-50	SI CUMPLE			No	0,00
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA, S.L	RFLMBM	SI CUMPLE			No	0,00
SUPERA PRECIO LICITACIÓN						
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	DF050	SI CUMPLE			No	0,00
OJARSO SDAD. COOP	139.03		NO CUMPLE	Empieza la graduación en 10 ml/hora		
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	3.082.012	SI CUMPLE			No	0,00
LLAVE TRES PASOS CON ALARGADERA DE 10 CM. (REF. HOSPITAL: F05040)						
		CUMPLIMIENTO PUEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)	
LICITADOR	REF LICITADOR	CUMPLIMIENTO PUEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			MAYORES BARES SOPORTADOS	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	PI = $\frac{\text{Bares de la oferta a valorar}}{\text{Bares de la oferta con mayor nº de bares}} \times 30$	PUNTOS
AMEVISA, S.A.	NT1843384B7F		NO CUMPLE	Se solicita 6 bares y acreditan 5,1		
BATIST MEDICAL ESPANHA, S.L.	KTP-10		NO CUMPLE	No se acredita ISO 594 o la ISO 8538-10.	6 bares	30,00
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA, S.L	LLAL10LLMBM	SI CUMPLE			6-8 Bares	30,00
C.V. MEDICA S.L.	8400021		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 3-5 bares		
FARMABAN, S.A.	2660		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 4,5 bares		
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	9000EX	SI CUMPLE			6 bares	30,00
IBERHOSPITEX, S.A.	0044401.		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 5,5 bares		
IBERIAN CARE 2016, S.L.	SCVEL-10	SI CUMPLE			6 bares	30,00
KRAPE, S.A.	180030		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 1,99bares		
OJARSO SDAD. COOP	135,01		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 1 bar		
OXGEM, S.L.	9721101		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 1 bar		
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	3.072.804	SI CUMPLE			6 bares	30,00

LLAVE DE TRES PASOS (REF.HOSPITAL: F05050)

LOTE 3:

LICITADOR	REF LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	MAYORES BARES SOPORTADOS $PI = \frac{\text{Bares de la oferta a valorar}}{\text{Bares de la oferta con mayor nº de bares}} \times 30$	
					NÚMERO DE BARES	PUNTOS
AMEVISA, S.A.	NT1400044039		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 5,1 bar		
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA, S.L	LL3VBM		NO CUMPLE	No remite muestra		
C.V. MEDICA S.L.	8400020		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 5 bar		
FARMABAN, S.A.	2651	SI CUMPLE			6 bares	18
GARRIC MEDICA, S.L.	TS001	SI CUMPLE			6 bares	18
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	HNMLSCB45	SI CUMPLE			6 bares	18
IBERHOSPITEX, S.A.	0044400.		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 5,5bar		
IBERIAN CARE 2016, S.L.	SC-3	SI CUMPLE			6 bares	18
KRAPE, S.A.	180004		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 1,99 bar		
OJARSO SDAD. COOP	104,19	SI CUMPLE			6 bares	18
OXGEM, S.L.	9711112		NO CUMPLE	Resistencia a la presión 1,4 bar		
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	3,102,750	SI CUMPLE			10 bares	30

LOTE 4:

SISTEMA DE SANGRE ADULTOS (REF.HOSPITAL: F05405)

LICITADOR	REF LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	PRESENTA DOBLE PUNZÓN PERMITIENDO ACOPLAR SIMULTÁNEAMENTE DOS BOLSAS $\frac{\text{Si..... 30 Puntos}}{\text{No..... 0 puntos}}$	
					SI/NO	PUNTOS
BECTON DICKINSON, S.A.	VH-94-EG	SI CUMPLE			NO	0
BIOMERICA DIVISION HOSPITALARIA, S.L	ETSBM170	SI CUMPLE			NO	0
KRAPE, S.A.	180008		NO CUMPLE	con punto de inyección	NO	0
OJARSO SDAD.COOP	SUN-AEY-NY	SI CUMPLE			NO	0
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	2,063,772	SI CUMPLE			NO	0
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.U.	ST12	SI CUMPLE			NO	0

LOTE 5:
 SISTEMA SUERO CON DOSIFICADOR 150 C.C. (REF.HOSPITAL: F05435)

LICITADOR	REF LICITADOR	CUMPLIMIENTO PUEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)	TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	PUNTO DE ADITIVACIÓN CON TAPA PROTECTORA PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CALENTAMIENTO SI..... 30 Puntos No..... 0 puntos	
BECTON DICKINSON, S.A.	DFF-87-FH		NO CUMPLE	Con punto de inyección		
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA, S.L	EMGBM150		NO CUMPLE	Se oferta "aprox. 150cm" y se solicita>170		
OJARSO SDAD. COOP	124.15	SI CUMPLE			30	30
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	1.090.243		NO CUMPLE	No posee asa para colgarlo como se exige en el PFI		
LOTE 6:           SISTEMA SUERO MACRO, 20 GOTAS/MINUTO, CON FILTRO DE AIRE (REF.HOSPITAL: F05450)						

LICITADOR	REF LICITADOR	CUMPLIMIENTO PUEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS				CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)	TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SISTEMA "AUTOSTOP" QUE NO PERMITE EL VACIADO DEL SISTEMA CUANDO FINALIZA LA PERFUSIÓN. SI..... 30 Puntos No..... 0 puntos		
AMEVISA, S.A.	SMP2BQP/V	SI CUMPLE			SI	30	30
B.BRAUN MEDICAL, S.A.	40E2957E		NO CUMPLE	Ofertan 150 y se solicita 180			
BECTON DICKINSON, S.A.	NT-420-ELL180	SI CUMPLE			No	0	0
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA, S.L	EGSBM180-2	SI CUMPLE			SI	30	30
C.V. MEDICA S.L.	8400030		NO CUMPLE	En prueba clínica realizada por un mínimo de tres profesionales con seis unidades pierden líquido tras el purgado.			
FARMABAN, S.A.	2602	SI CUMPLE			SI	30	30
GARRIC MEDICA, S.L	SS10	SI CUMPLE			No	0	0
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	1001		NO CUMPLE	En prueba clínica realizada por un mínimo de tres profesionales con seis unidades pierden líquido tras el purgado.			
IBERIAN CARE 2016, S.L.	BQIV23027		NO CUMPLE	Las muestras presentadas vienen rotuladas "No para uso clínico", tal y como se exige en el PCAF.			
IHT MEDICAL, S.A.	0102150(14263)	SI CUMPLE			SI	30	30
IZASA HOSPITAL , S.L.U,	Set infusión cT Aire s/ty LL / 03408000D		NO CUMPLE	En prueba clínica realizada por un mínimo de tres profesionales con seis unidades pierden líquido tras el purgado.			
KRAPE, S.A.	180002		NO CUMPLE	Con punto de inyección			
MACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	BDJNC159	SI CUMPLE			SI	30	30
OJARSO SDAD. COOP	SUN-V0001L		NO CUMPLE	En prueba clínica realizada por un mínimo de tres profesionales con seis unidades pierden líquido tras el purgado.			
PALEX MEDICAL, S.A.	421065		NO CUMPLE	Al fijar el rodillo regulador con una velocidad de infusión y comprobado varía el ritmo. Esta prueba ase realiza con varias unidades tanto con pacientes como con caída libre (sin árbol venoso que ofrezca resistencias)			
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	1.081.507	SI CUMPLE			NO	0	0
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.U.	SGSB04	SI CUMPLE			SI	30	30

LOTE 7:
 SISTEMA SUERO SIN TOMA DE AIRE (REF.HOSPITAL: F05455)

LICITADOR	REF LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS				CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS ( MÁXIMO 30 PUNTOS)		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SISTEMA "AUTOSTOP" QUE NO PERMITE EL VACIADO DEL SISTEMA CUANDO FINALIZA LA PERFUSIÓN.			
					Si..... 30 Puntos No..... 0 puntos	PUNTOS		
BECTON DICKINSON, S.A.	NT-890CF180ELLP	SI CUMPLE			NO	0	0	
C.V. MEDICA S.L.	8400033	SI CUMPLE			NO	0	0	
GARRIC MEDICA, S.L	SS05	SI CUMPLE			NO	0	0	
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	1.080.200		NO CUMPLE	Se solicitan 180cm y ofertan 150				

LOTE 8:
 JERINGAS 5 ML. CONO LUER CONCÉNTRICO 3 PIEZAS (REF.HOSPITAL: F04005)

LICITADOR	REF LICITADOR	CUMPLIMIENTO PUEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS				CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	EXTRA LECTURA DE COMO MÍNIMO 0,5 ML. SI ..... 30 Puntos No ..... 0 puntos			
					SI/NO	PUNTOS		
AMEBIL, S.L.	002022500	SI CUMPLE			NO	0	0	
AMEVISA, S.A.	CHRA03005LC	SI CUMPLE			SI	30	30	
BATIST MEDICAL ESPANHA, S.L.	1321610506	SI CUMPLE			NO	0	0	
BECTON DICKINSON, S.A.	307731	SI CUMPLE			NO	0	0	
BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA, S.L	JBWLC5ML	SI CUMPLE			NO	0	0	
C.V. MEDICA S.L.	8500005	SI CUMPLE			SI	30	30	
ENELLEN HEASTHCARE, S.L.	55LC	SI CUMPLE			NO	0	0	
ENVASES FARMACEÚTICOS, S.A.	JS3	SI CUMPLE			SI	30	30	
GARRIC MEDICA, S.L	27IN-0503000003	SI CUMPLE			NO	0	0	
IBERIAN CARE 2016, S.L.	S3PL5C	SI CUMPLE			NO	0	0	
JUVAZQUEZ S.L.	AJ0402004	SI CUMPLE			NO	0	0	
KRAPE, S.A.	40661	SI CUMPLE			NO	0	0	
LAMBRA, S.L	CH03005L	SI CUMPLE			SI	30	30	
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	CCAR00501000	SI CUMPLE			SI	30	30	
NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.	SY3-4SC-GECC	SI CUMPLE			SI	30	30	
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	5ML	SI CUMPLE			NO	0	0	
SOL MILLENNIUM ESPAÑA	SJ180005ST	SI CUMPLE			NO	0	0	
ZEUMAT, S.L.	S-5000		NO CUMPLE	No consta en ficha técnica libre de latex ni libre de bpa.				

Leganés a 24 de octubre de 2023

SUPERVISORA RECURSOS MATERIALES

Fdo. Anna Postbauer

Firmado digitalmente por: POSTLBAUER CORREAS ANNA  
 Fecha: 2023.10.24 10:24